

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 210

~~~~~  
SzW- X-2416/ / ZP – 07 / 09

19.02.2009

## **Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę endoprotez stawu biodrowego**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

### **1. Dotyczy umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy wyrażają Państwo zgodę na następujące zmiany w projekcie umowy.

**a)** na zmianę w & 2 ust. 8- „*bezpłatne użyczenie instrumentarium*” na „*udostępnienie w ranach umowy*”

**b)** na dopisanie & 3 ust. 8- Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.

**Odp.: 1a) Nie wyrażamy zgody.**

**1b) Nie wyrażamy zgody.**

### **2. Zapytanie o dopuszczenie**

**a)** głowę ceramiczną w 3 długościach szyjki ( S, M, L ) Ø 32 mm: panewka hemisferyczna tytanowa press – fit średnicach zewnętrznych od 48 do 68 mm ze skokiem co 2 mm, pokryta plazmą tytanową z otworami do kotwiczenia wraz z 2 śrubami tytanowymi do kotwiczenia w komplecie , oraz w opcji zamiennie panewka hemisferyczna tytanowa wkręcana w rozmiarach od 48 – 68 mm.

**b)** panewka hemisferyczna tytanowa press – fit średnicach zewnętrznych od 44 do 68 mm ze skokiem co 2 mm, pokryta plazmą tytanową z otworami do kotwiczenia wraz z 2 śrubami tytanowymi do kotwiczenia w komplecie , oraz w opcji zamiennie panewka hemisferyczna tytanowa wkręcana w rozmiarach od 44– 68 mm.

**Odp.: 2 a) Tak dopuszczamy.**

**2 b) Tak dopuszczamy.**

Podpisał  
*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO