

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWE

WYMAGANIA:

1. Rękaw:

- bezcelulozowy
- warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek
- ze wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie z koloru czerwonego na żółty

2. Torebka do zgrzewania, torebka samozamykająca się:

- bezcelulozowa
- warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek
- z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie z koloru czerwonego na żółty

3. Kasetka do sterylizacji Sterrad 100S:

- zawierająca czynnik sterylizujący 58 % r – r nadtlenu wodoru.

4. Chemiczny wskaźnik paskowy:

- przebarwiający się po procesie z koloru czerwonego na żółty

5. Chemiczny wskaźnik taśmowy:

- rolka 55 m.

Zaferowany asortyment musi być walidowany (bez kaset) w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad 100S zgodnie z ISO 14937

Lp	Artykuł	Ilość mb / szt. / arkuszy / op.	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/ nazwa
1	Rękaw Tyvek, zgrzewalny ze wskaźnikiem chemicznym : Tolerancja wym. +10%						
1.1	15 cm	840 m					
1.2	20 cm	840 m					
1.3	25 cm	1120 m					
1.4	35 cm	700 m					
2.	Torebka Tyvek, zgrzewalna ze wskaźnikiem chemicznym:						

2.1	10 x 26 cm - tolerancja wym. + 10 %	3500 szt.						
2.2	25 x 48 cm tolerancja wym. + 10 %	1600 szt.						
3.	Torebka samozamykająca Tyvek ze wskaźnikiem							
3.1	7,5 x 20 cm tolerancja wym. + 10%	2000 szt.						
3.2	15 x 32 cm tolerancja wym. + 10%	2000 szt.						
4.	Kaseta sterylizacyjna do sterylizatora Sterrad 100 s	25 op. / 625cykli						
5.	Chemiczny wskaźnik paskowy	8000 szt.						
6.	Chemiczny wskaźnik taśmowy	330 m						
7.	Walidacja sterylizatora zgodnie z ISO 14937	1						
8.	Zestaw akcesoriów Komplet (kartony - 6 sztuk, papier - 12 rolek, taśmy do drukarki - 3 sztuki, płytki - 6 sztuk)	1 kpl						
Wartość całego pakietu (brutto)								
Wartość całego pakietu (netto)								