

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 210

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 11 / 09

22.04.2009r.

.....  
.....

**Dotyczy: postępowania przetargowego na ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestnika postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy.

1. Dot Ucyfrowienie aparatu III pkt. 25, pkt. 26, pkt. 27, pkt. 28  
Czy zamawiający biorąc pod uwagę zakup systemów cyfrowych (zgodnie z SIWZ) oraz w związku z tym niewielką ilością zdjęć wykonywanych w technice analogowej potrzebuje tak dużo ilości kaset?

## **Ad. 1.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

2. Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej przy modyfikacji zapisu w Załączniku nr 6 do SIWZ w pkt. II.5 i nie powinno być „min. 800 mA” zamiast zapisu „powyżej 800 mA, zgodnie z udzieloną odpowiedzią z dnia 7 kwietnia 2009 roku potwierdzającą, by maksymalny prąd anodowy wynosił min. 800 mA dla napięcia min. 80kV?

## **Ad. 2.**

**Zamawiający poprawia omyłkę pisarską na min.800 mA**

3. Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg czasu reakcji w okresie gwarancji: przyjęcie zgłoszenia- podjęcie naprawy do 24godz.. Prosimy zmianę zapisu tak, aby powyższy termin biegł z wyłączeniem niedziel i świąt.

## **Ad. 3.**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

