

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 210

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 11 / 09

04.2009r.

.....

.....

**Dotyczy: postępowania przetargowego na ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Na podstawie art. 183 ust. 5 pkt 2 i art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuję zmian treści ogłoszenia i SIWZ.

## **W rozdziale 2 SIWZ pkt 2.1.4 i pkt 2.2.4 otrzymają brzmienie :**

**Wykonawca powinien zaoferować tylko taki sprzęt, który jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r., o Wyrobach Medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 z późniejszymi zmianami), oznakowany znakiem CE, przedkładając następujące dokumenty:**

- 1) Deklarację Zgodności z dyrektywami zasadniczymi tj. dyrektywą UE 93/42 EEC,**
- 2) Certyfikat CE, wystawiony przez jednostkę notyfikującą,**
- 3) Zgłoszenie aparatu do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych**

*Jeżeli Wykonawca zaoferuje wyroby medyczne klasy I i IIa, wyroby na zamówienie oraz wyroby do diagnostyki in vitro nie klasyfikowane, których wytwórca ma siedzibę poza Polską, i które już zostały wprowadzone do obrotu w innych krajach członkowskich UE lub EFTA, nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, to w takim przypadku Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie, iż z uwagi na w/w okoliczności dany wyrób medyczny nie jest objęty obowiązkiem zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, ze wskazaniem kraju i podmiotu, który dokonał czynności wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania.*

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiału, sprzętu niebędącego wyrobem medycznym Zamawiający wymagać będzie posiadania i dostarczenia na etapie realizacji zamówienia dokumentów potwierdzających, iż użyte materiały i sprzęt posiadają deklaracje zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej –szpitala.

**W rozdziale 6 SIWZ pkt 6.12 otrzyma brzmienie :**

**Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r - Dz.U. z 2004r nr 93 poz. 896 z późniejszymi zmianami)..**

*Jeżeli Wykonawca zaoferuje wyroby medyczne klasy I i IIa, wyroby na zamówienie oraz wyroby do diagnostyki in vitro nie klasyfikowane, których wytwórca ma siedzibę poza Polską, i które już zostały wprowadzone do obrotu w innych krajach członkowskich UE lub EFTA, nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich prowadzenie do obrotu i do używania, to w takim przypadku Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie, iż z uwagi na w/w okoliczności dany wyrób medyczny nie jest objęty obowiązkiem zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, że wskazaniem kraju i podmiotu, który dokonał czynności wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania.*

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiału, sprzętu niebędącego wyrobem medycznym Zamawiający wymagać będzie posiadania i dostarczenia na etapie realizacji zamówienia dokumentów potwierdzających, iż użyte materiały i sprzęt posiadają deklaracje zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej –szpitale.

Na przedłożonych do oferty w/w dokumentach należy umieścić adnotację, którego pakietu i pozycji dotyczą

**W rozdziale 2 SIWZ Pkt 2.1.5 otrzyma brzmienie:**

*Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1.4 powinny mieć charakter zbiorczy i odnosić się do poszczególnej aparatury rentgenowskiej jako całości, co oznacza, że Zamawiający wyklucza możliwość zaoferowania aparatury rentgenowskiej, dla której na główne podzespoły (odpowiednio dla aparatu: lampa, detektor, generator, stół, statyw) wystawiono oddzielne deklaracje zgodności i certyfikaty CE oraz dokonano oddzielnego zgłoszenia lub wpisu do Rejestru wyrobów medycznych. W odniesieniu do systemów informatycznych Zamawiający dopuszcza dokumenty wymienione w pkt 2.1.4 odnoszące się do systemów jako całości lub na poszczególne elementy składowe.*

**Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku nr 7 i 8 do SIWZ**

**Załącznik nr 7 część II pkt 22, część III pkt 33, część IV pkt 66, część V pkt 91, część VI pkt 104 otrzymują brzmienie :**

***Oznakowanie znakiem CE, Deklaracja Zgodności z dyrektywami zasadniczymi Certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikującą - jeśli dotyczy, zgłoszenie lub wpis wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych - jeśli dotyczy.***

***We wszystkich punktach Załącznika gdzie występuje powyższy zapis przedłożyć wymagane dokumenty.***

**Załącznik nr 8 część I pkt 14, część III pkt 31, część IV pkt 37, część V.13. pkt 233 otrzymują brzmienie:**

*Oznakowanie znakiem CE, Deklaracja Zgodności z dyrektywami zasadniczymi Certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikującą - jeśli dotyczy, Zgłoszenie lub wpis wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych - jeśli dotyczy.*

*We wszystkich punktach Załącznika gdzie występuje powyższy zapis przedłożyć wymagane dokumenty.*

**Zamawiający dokonuje zmian w rozdziale 5 SIWZ Pkt 5.2.1 i 5.3, rozdziale 6 SIWZ pkt 6.11. Zapisy otrzymują brzmienie:**

**Dotyczy Pakietu 1**

**Rozdział 5 SIWZ Pkt 5.2.1**

*Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający żąda przedstawienia minimum dwóch dostaw z potwierdzeniem ich należytego wykonania z podaniem ich wartości w tym.:*

- *jednej referencji obejmującej adaptację pomieszczeń, dostawę i montaż aparatu rtg cyfrowego z systemem informatycznym PACS/RIS*
  - *jednej referencji ucyfrowienia aparatu rtg analogowego – system CR*
- Łączna suma min dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł*

**Rozdział 5 SIWZ Pkt 5.3**

**W przypadku Pakietu nr 2**

*Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający żąda przedstawienia minimum dwóch dostaw- dwóch aparatów USG z potwierdzeniem ich należytego wykonania z podaniem ich wartości. Łączna suma min. dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.*

**rozdziale 6 SIWZ pkt 6.11**

*Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający żąda przedstawienia minimum dwóch dostaw z potwierdzeniem ich należytego wykonania z podaniem ich wartości w tym.:*

- *jednej referencji obejmującej adaptację pomieszczeń, dostawę i montaż aparatu rtg cyfrowego z systemem informatycznym PACS/RIS*
- *jednej referencji ucyfrowienia aparatu rtg analogowego – system CR*

*Łączna suma min dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł*

**W przypadku Pakietu nr 2**

*Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należyście. Zamawiający żąda przedstawienia minimum dwóch dostaw- dwóch aparatów USG z potwierdzeniem ich należytego wykonania z podaniem ich wartości. Łączna suma min. dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.*

**Jednocześnie na podstawie art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje niezbędnych zmian ogłoszenia.**

**Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr. 12 do SIWZ § 2 ust.7 umowy, nadając mu brzmienie:**

*Wykonawca zobowiązuje się do czynnego uczestniczenia w procedurach odbiorowych objętych przedmiotem umowy w tym w odbiorze Pracowni Rtg przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku w celu uzyskania przez Zamawiającego zezwoleń na eksploatację oferowanych urządzeń. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w wyznaczonych terminach wymaganych prawem i przepisami dokumentów, oświadczeń niezbędnych do dokonania odbiorów.*

**Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 5 do SIWZ część I pkt 5 na:**

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 5. | Pozytywna opinia PZH na kompletny aparat RTG. | TAK /NIE<br>TAK -do oferty załączyć aktualną opinię PZH<br>NIE dołączyć oświadczenie wykonawcy, iż po montażu aparatu RTG wykona on wymagane testy akceptacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień montażu aparatury. |  | Bez punktacji |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|

**Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 6 do SIWZ część I pkt 4 na:**

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 4. | Pozytywna opinia PZH na kompletny aparat RTG. | TAK /NIE<br>TAK -do oferty załączyć aktualną opinię PZH<br>NIE- dołączyć oświadczenie wykonawcy, iż po montażu aparatu RTG wykona on wymagane testy akceptacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień montażu aparatury. |  | Bez punktacji |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|

**Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ rozdział 4. nadając mu brzmienie**

**4. WARUNKI PŁATNOŚCI**

4.1. Płatność - w zakresie *Pakietu 1* - realizowana będzie w etapach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym załącznik nr 4 do SIWZ, odpowiednio do adaptacji pomieszczeń, dostawy i montażu aparatury rentgenowskiej oraz systemu informatycznego. Płatność nastąpi w terminach 21

dni od przekazania faktury Zamawiającemu w odniesieniu do każdego etapu, przy czym wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru robót adaptacyjnych, montażu, uruchomienia sprzętu i aparatury medycznej, systemu informatycznego i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.2. Płatność - w **zakresie Pakietu 2** - nastąpi w terminie 14 dni od przekazania faktury Zamawiającemu, przy czym wystawienie faktury nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po uruchomieniu aparatu.

4.3. Końcowe protokoły zdawczo-odbiorcze zostaną podpisane po uzyskaniu przez Zamawiającego zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów medycznych.

Za każdy etap należy rozumieć :

-etap I Dostawa i montaż aparatu wielogłowicowego USG - 1 szt. zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego

-etap II Roboty adaptacyjne pomieszczeń pod montaż systemów informatycznych -system PACS,RIS ,CR zakończone podpisaniem protokołu odbioru robót adaptacyjnych

-etap III Roboty adaptacyjne pomieszczenia pod montaż aparatu cyfrowego dwustanowiskowego do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych zakończone podpisaniem protokołu odbioru robót adaptacyjnych

-etap IV Roboty adaptacyjne pomieszczenia pod montaż aparatu cyfrowego wielofunkcyjnego z telekomando zakończone podpisaniem protokołu odbioru robót adaptacyjnych

-etap V Ucyfrowienie aparatu BK-12 z przystawką tomo do zdjęć warstwowych - system CR zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego

-etap VI Dostawa i montaż aparatu dwustanowiskowego do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego

-etap VII Dostawa i montaż systemów informatycznych PACS i RIS zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego

-etap VIII Dostawa i montaż aparatu cyfrowego wielofunkcyjnego z telekomando -1 szt. zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego

Zakończenie etapów I, II, III, IV nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego, natomiast zakończenie etapów V, VI, VII nastąpi po odbiorze przez zamawiającego i sanepid radiologiczny.

Zapłata za etap VIII stanowić będzie zakończenie realizacji całości zamówienia zakończonego podpisaniem pozytywnych końcowych protokołów zdawczo-odbiorczych przez Zamawiającego, Sanepid ,PIP i PSP w terminie 21 dni licząc od odbioru.

**Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 12 do SIWZ § 9 ust 4 który otrzymuje brzmienie :**

Płatność – w zakresie Pakietu 1 - realizowana będzie w etapach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym załącznik nr 4 do SIWZ, odpowiednio do adaptacji pomieszczeń, dostawy i montażu aparatury rentgenowskiej oraz systemu informatycznego. Płatność nastąpi w terminach 21 dni od przekazania faktury Zamawiającemu w odniesieniu do każdego etapu, przy czym wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru robót adaptacyjnych, montażu, uruchomienia sprzętu i aparatury medycznej, systemu informatycznego i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Końcowe protokoły zdawczo-odbiorcze zostaną podpisane po uzyskaniu przez Zamawiającego zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów medycznych.

Za każdy etap należy rozumieć :

-etap II Roboty adaptacyjne pomieszczeń pod montaż systemów informatycznych -system PACS, RIS, CR zakończone podpisaniem protokołu odbioru robót adaptacyjnych

-etap III Roboty adaptacyjne pomieszczenia pod montaż aparatu cyfrowego dwustanowiskowego do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych zakończone podpisaniem protokołu odbioru robót adaptacyjnych

-etap IV Roboty adaptacyjne pomieszczenia pod montaż aparatu cyfrowego wielofunkcyjnego z telekomando zakończone podpisaniem protokołu odbioru robót adaptacyjnych

-etap V Ucyfrowienie aparatu BK-12 z przystawką tomo do zdjęć warstwowych - system CR zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego

-etap VI Dostawa i montaż aparatu dwustanowiskowego do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego

-etap VII Dostawa i montaż systemów informatycznych PACS i RIS zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego

-etap VIII Dostawa i montaż aparatu cyfrowego wielofunkcyjnego z telekomando -1 szt. zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego

Zakończenie etapów II, III, IV nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego, natomiast zakończenie etapów V, VI, VII nastąpi po odbiorze przez zamawiającego i sanepid radiologiczny.

Zapłata za etap VIII stanowić będzie zakończenie realizacji całości zamówienia zakończonego podpisaniem pozytywnych końcowych protokołów zdawczo-odbiorczych przez Zamawiającego, Sanepid, PIP i PSP w terminie 21 dni licząc od odbioru.

### **Zamawiający dokonuje zmian w pkt 6.4. i 6.5 SIWZ. Zapisy otrzymują brzmienie:**

#### **pkt.6.4 SIWZ**

- na treść:

*Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*

#### **pkt.6.5 SIWZ**

- na treść: *aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*

**Jednocześnie na podstawie art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje niezbędnych zmian ogłoszenia.**

### **Zamawiający dokonuje zmian w pkt 5.4. i 6.8 SIWZ. Zapisy otrzymują brzmienie:**

#### **pkt.5.4**

na treść:

*Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki finansowe lub*

*zdolność kredytową w wysokości minimum 1.500.000 zł w pakiecie nr 1 i minimum 300.000 zł w pakiecie nr 2, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

**pkt.6.8**

na treść:

*Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.500.000 zł w pakiecie nr 1 i minimum 300.000 zł w pakiecie nr 2, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

**Jednocześnie na podstawie art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający zamierza dokonać niezbędnych zmian ogłoszenia.**

**Zamawiający dokonuje zmian w pkt 5.5. i 6.19 SIWZ. Zapisy otrzymują brzmienie:**

**pkt.5.5.**

na treść:

*Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.-posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności dla Pakietu nr 1 min 1 500 000 ,00 złotych, a dla Pakietu nr 2 min 300 000,00 złotych*

**pkt.6.19.**

na treść:

*Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.-posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności dla Pakietu nr 1 min 1 500 000 ,00 złotych, a dla Pakietu nr 2 min 300 000,00 złotych*

**Jednocześnie na podstawie art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje niezbędnych zmian ogłoszenia.**

**Zamawiający dokonał zmian w SIWZ w Załącznikach nr.6 i nr.5**

**Załącznik nr.6**

**W Załączniku nr 6 część III wykreślił pkt 3 i 6.**

**W Załączniku nr 6 część IV.pkt.2 przyjmuje brzmienie:**

|    |                                                                                                                                      |                                        |  |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------------|
| 2. | Kolimator wyposażony w automatycznie zmieniające się filtry redukujące miękką część widma promieniowania. Wymagane minimum 3 filtry. | Tak, podać materiał i grubości filtrów |  | Bez punktacji |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------------|

**W Załączniku nr 6 część V pkt 1 otrzymuje brzmienie :**

|    |                                               |     |  |               |
|----|-----------------------------------------------|-----|--|---------------|
| 1. | Zakres regulacji wysokości blatu, min 30 cm * | TAK |  | Bez punktacji |
|----|-----------------------------------------------|-----|--|---------------|

\* zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na zapytania wykonawców

**W Załączniku nr 6 część V pkt 2 otrzymuje brzmienie :**

|    |                                                |            |  |               |
|----|------------------------------------------------|------------|--|---------------|
| 2. | Wysokość blatu w pozycji dolnej $\leq 60$ cm * | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|----|------------------------------------------------|------------|--|---------------|

\* zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na zapytania wykonawców

**W Załączniku nr 6 część V pkt 3 otrzymuje brzmienie :**

|    |                           |           |  |               |
|----|---------------------------|-----------|--|---------------|
| 3. | Maksymalna wysokość blatu | Min 90 cm |  | Bez punktacji |
|----|---------------------------|-----------|--|---------------|

\* zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na zapytania wykonawców

**Załącznik nr.5**

**W Załączniku nr 5 część III wykreślił pkt 5**

**W Załączniku nr 5 część IV. 2 otrzymuje brzmienie:**

|    |                                                                                                                                      |                                        |  |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------------|
| 2. | Kolimator wyposażony w automatycznie zmieniające się filtry redukujące miękką część widma promieniowania. Wymagane minimum 3 filtry. | Tak, podać materiał i grubości filtrów |  | Bez punktacji |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------------|

**W Załączniku nr 5 część V pkt 4 otrzymuje brzmienie:**

|   |                                 |              |  |               |
|---|---------------------------------|--------------|--|---------------|
| 4 | Wysokość stołu w pozycji górnej | $\geq 84$ cm |  | Bez punktacji |
|---|---------------------------------|--------------|--|---------------|

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i złożenia wadium na dzień 27.04.2009r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

*Podpisał*  
DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO