

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 210

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 07p / 09

17.03.2009

.....  
.....

**Dotyczy:** postępowania przetargowego na dostawę endoprotez stawu biodrowego.

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestnika postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

## **DOTYCZY Pozycji 1**

### ***Endoprotezy bezcementowe przynasadowe stawu biodrowego***

**1.** Czy Zamawiający dopuści trzpień krótki - przynasadowy w 10 rozmiarach ze stopu tytanowego dodatkowo pokryty plazmą tytanowo w 2/3 części bliższej na stożek 12/14?

**Ad. 1. Nie dopuszczamy.**

**2.** Czy Zamawiający dopuści głowę i wkład ceramiczny dla głów 28 mm?

**Ad. 2. Tak dopuszczamy.**

**3.** Czy Zamawiający dopuści panewkę Press-fit w rozmiarach 44 - 64 mm?

**Ad. 3. Zamawiający dopuszcza hemisferyczną panewkę press-fit roz. 48 - 64 mm.**

**4.** Czy Zamawiający dopuści panewkę gwintowaną w rozmiarach 46 - 70 mm?

**Ad. 4. Zamawiający dopuszcza hemisferyczną panewkę gwintowaną rozm. 48 - 64 mm.**

## **DOTYCZY Pozycji 2**

### ***Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego metal - PE***

**5.** Czy Zamawiający dopuści trzpień prosty, bezkołnierzowy z offsetem lateralnym dobieranym śródoperacyjnie?

**Ad. 5. Nie dopuszczamy.**

**6.** Czy Zamawiający dopuści trzpień, w którym stabilizacja rotacyjna osiągnięta jest dzięki wyżłobieniom bocznym oraz klinowej budowie w nasadzie?

**Ad. 6. Nie dopuszczamy.**

7. Czy Zamawiający dopuści wkład ceramiczny dla głów 28 mm ?

**Ad. 7. Nie dopuszczamy.**

8. Czy Zamawiający dopuści panewkę Press- fit w rozmiarach 44 - 64 mm?

**Ad. 8. Tak dopuszczamy.**

9. Czy Zamawiający dopuści panewkę gwintowaną w rozmiarach 46 - 70 mm?

**Ad. 9. Tak dopuszczamy.**

10. Czy Zamawiający dopuści trzpień na inny rodzaj stożka właściwy dla oferowanych głów 28 mm?

**Ad. 10. Nie dopuszczamy.**

#### **PYTANIE OGÓLNE**

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utrzymywanie komisji wszczepów w ilości jeden komplet dla każdego typu implantu z uzupełnieniem po zabiegu do 24 godz. ?

**Ad. 11. Zamawiający nie zmienia wymagań.**

*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO