

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 210

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 17 / 09

11 .05.2009r.

.....  
.....

Dotyczy: **postępowania przetargowego na dostawę sprzętu urologicznego jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy

## **1. Pakiet 1 poz.1-4**

Czy cewnik moczowodowy typ Couvelaire mają posiadać skalowanie co 1 cm, co ułatwia precyzyjną lokalizację cewnika w trakcie zabiegu?

**Ad. 1. Tak Zamawiający dopuszcza** cewnik moczowodowy typ Couvelaire, który posiada skalowanie co 1 cm .

## **2. Pakiet 1 poz.5-8**

Czy cewnik wchodzący w skład zestawu do drenażu wewnętrznego moczowodów ma być wyposażony w skalę co 1 cm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu wewnętrznego moczowodów około 45cm.

**Ad. 2. Cewnik musi posiadać podziałkę długości co 1cm lub 5 cm. Zamawiający dopuszcza popychacz o dł. około 45cm.**

## **3. Pakiet 1 poz.5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu wewnętrznego moczowodów z przewodnikiem 0,018” i długości 100cm.

**Ad. 3. Tak dopuszczamy .**

## **4. Pakiet 1 poz.6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu wewnętrznego moczowodów z przewodnikiem 0,028” i długości 100cm.

**Ad. 4. Tak dopuszczamy.**

## **5. Pakiet 1 poz.7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu wewnętrznego moczowodów z przewodnikiem 0,028” i zakresie długości 100cm – 120cm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 4,8F

**Ad. 5. Tak dopuszczamy .**

## **6. Pakiet 1 poz.8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu wewnętrznego moczowodów z przewodnikiem 0,035” i zakresie długości 100cm – 120cm.

**Ad. 6. Tak dopuszczamy .**

## **7. Pakiet 1 poz.9**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji oraz utworzenie odrębnego pakietu. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę a jednocześnie rozszerzy grupę wykonawców.

**Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wymienionej pozycji z pakietu.**

## **8. Pakiet 2 poz.1-2**

Czy w skład zestawu do nefrostomii ma wchodzić cewnik skalowany co 1 cm?

Czy cewnik wchodzący w skład zestawu do nefrostomii ma być wykonany z materiału dwuwarstwowego, którego warstwa wewnętrzna ułatwia wprowadzenia za pomocą przewodnicy, a warstwa zewnętrzna jest mniej atraumatyczna dla pacjenta?

**Ad. 8. pkt.1, Tak Zamawiający dopuszcza** cewnik skalowany co 1 cm.

**pkt. 2 Tak Zamawiający dopuszcza w/w cewnik.**

## **9. Pakiet 4 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnika pokrytego teflonem 0,038 z miękką końcówką „J”

**Ad. 9. Tak dopuszczamy.**

## **10. Pakiet 4 poz.5-8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji z pakietu oraz utworzenie odrębnego zadania. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę.

**Ad. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 5-8 z pakietu.**

## **11. Pakiet 7 poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii z cewnikiem pigtail o długości 55cm, z plasterem mocującym, skalpelem, workiem na mocz 2l z kaniulą rozrywalną.

**Ad. 11. Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.**

## **12. Pakiet 8 poz. 1-3**

Czy Zamawiający cewniki Dufoura mają być pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwi ich aseptyczne użytkowanie w warunkach bloku operacyjnego?

Czy cewniki Dufoura mają być wykonane z lateksu silikonowanego?

**Ad.12. pkt 1., pkt 2 Tak dopuszczamy.**

## **13. Pakiet 10 poz. 2**

Czy igły biopsyjne automatyczne mają posiadać możliwość wyboru dwóch długości wycinka 15mm 22mm?

**Ad. 13. Tak dopuszczamy.**

**14. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 1 dopuści zestaw do nefrostomii, w skład którego wchodzi: cewnik pigtail 8 F, dł. części prostej 34 cm, 2-u częściowa igła punkcyjna,**

przewodnik Lunderquista, rozszerzacz, łącznik do worka na mocz, jednodrożny kranik, kołnierz mocujący cewnik?

**Ad. 14. Nie dopuszczamy.**

**15. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 2 dopuści zestaw do nefrostomii, w skład którego wchodzi: cewnik pigtail 9 F, dł. części prostej 34 cm, 2-u częściowa igła punkcyjna, przewodnik Lunderquista, rozszerzacz, łącznik do worka na mocz, jednodrożny kranik, kołnierz mocujący cewnik?**

**Ad. 15. Nie dopuszczamy.**

**16. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 3 dopuści zestaw do nefrostomii, w skład którego wchodzi: cewnik pigtail 12 F, dł. części prostej 28 cm, 2-u częściowa igła punkcyjna, przewodnik Lunderquista, rozszerzacz, łącznik do worka na mocz, jednodrożny kranik, kołnierz mocujący cewnik?**

**Ad. 16. Nie dopuszczamy.**

**17. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści przewodnik „J” Lunderquista 0.035" dł. 80 cm?**

**Ad. 17. Tak dopuszczamy.**

**18. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 3 dopuści przewodnik „J” w rozmiarze 0.035" dł. 100 cm?**

**Ad. 18. Nie dopuszczamy.**

**19. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 5 dopuści rozszerzacz z rozrywalną koszulką 12F i 14F lub 14F i 16F?**

**Ad. 19. Tak dopuszczamy.**

**20. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 7 dopuści rozszerzacz 12 lub 14F?**

**Ad. 20. Tak dopuszczamy.**

**21. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. dopuści łącznik miękki o dł. 18 cm?**

**Ad. 21. Tak dopuszczamy.**

**22. Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 dopuści zestaw do cystostomii 12F w składzie: cewnik pigtail 12F z zaciskiem, dł. 65 cm, igła rozrywalna dł. 120 mm?**

**Ad. 22. Tak dopuszczamy.**

**23. Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 2 dopuści zestaw do cystostomii 14F w składzie: cewnik pigtail 14F z zaciskiem, dł. 65 cm, igła rozrywalna dł. 120 mm?**

**Ad. 23. Tak dopuszczamy.**

**24. Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 1 dopuści koszyk Dormia wykonany z nitinolu, 4 drutowy w rozmiarze 3F, dł. 90 cm?**

**Ad. 24. Tak dopuszczamy.**

**25. Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 2 dopuści koszyk Dormia wykonany z nitinolu, 4 drutowy w rozmiarze 2,5F, dł. 90 cm?**

**Ad. 25. Tak dopuszczamy.**

**26. Dotyczy pakietu nr 10 pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o podanie do jakiego aparatu ma być ta igła?

**Ad. 26. Opisana w SIWZ igła jest igłą samodzielną nie współpracującą z żadnym aparatem do biopsji.**

Podisał  
*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO