

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 210

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 25 / 09

16.06.2009

.....

.....

**Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę podłoży bakteriologicznych, krążków antybiogramowych i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierzawą analizatora.**

Uprzejmi informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

**1. Dotyczy Pakietu 4**

W związku z tym że testy różnią się cenowo prosimy o wyszczególnienie / podział testów identyfikacyjnych w formularzu cenowym na g-, g+, id NH, bakterii beztlenowych i grzybów a lekooporności na g-, g+ i grzybów oraz podanie do każdego z rodzajów testów wymaganych ilości – zgodnie z punktem 16 i 17 tabeli z wymaganiami dla analizatora.

**Ad. 1.** Zamawiający podaje podział testów identyfikacyjnych ( na 1 rok):

- Dla bakterii G(-) - 900
- Dla bakterii G(+) - 300
- Dla Haemophilus - 100
- Dla beztlenowców -100
- Dla grzybów -100

Zamawiający podaje podział testów antybiogramowych ( 1 rok):

- Dla bakterii G(-) -1340
- Dla bakterii G(+) - 500
- Dla grzybów -160

**2. Dotyczy Pakietu 3**

Czy jednostką miary dla 1-14 oraz 20-26 jest opakowanie?

**Ad. 2.** Zamawiający informuje, że jednostką miary dla poz. 1–14 oraz 20–26 jest opakowanie.

**3. Dotyczy Pakietu 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby do formularza cenowego w kolumnie nr katalogowy został wpisany tylko jeden nr katalogowy dla każdej pozycji, pozostałe nr katalogowe do wszystkich kart zostaną zawarte w wykazie wszystkich dostępnych kart, który Wykonawca załączy do oferty.

**Ad. 3.** Zamawiający zgadza się na wpisanie do formularza cenowego tylko jednego numeru katalogowego, zgodnie z sugestią w zapytaniu nr 3.

**4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki, instrukcje, materiały informacyjne do pakietu nr 4 były załączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie?

**Ad. 4.** Zamawiający zgadza się, aby metodyki, instrukcje i materiały informacyjne były załączone do oferty osobno, w formie książkowej, podpisane na 1 stronie.

**5.** Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania
- liczby opakowań
- wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury

w sytuacji gdy:

- wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
- zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego
- nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego
- zaistnieje konieczność wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z postępowaniem technologicznym

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego

**Ad. 5.** Nie wyrażamy zgody.

**6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawa aparatu dla pakietu 4 nastąpiła w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy?

**Ad. 6.** Zamawiający zgadza się, aby dostawa aparatu dla pakietu nr 4 nastąpiła w ciągu 30, a nawet 40 dni od daty podpisania umowy, ponieważ przewidywany termin realizacji umowy po rozstrzygnięciu przetargu przypada na okres urlopowy.

**7.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 14 podłoża liofilizowanego z procedurą przygotowania jałową wodą destylowaną, które po rozpuszczeniu rozlewa się do jałowych próbek po 3 ml.

**Ad. 7.** Zamawiający nie zgadza się na możliwość zaoferowania w poz. 14 podłoża liofilizowanego z procedurą przygotowania jałową wodą destylowaną i koniecznością jałowego rozlewania, ponieważ wymagane podłoża są przekazywane do specjalistycznych poradni.

#### **8. Dotyczy Pakietu nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 9 podłoża konfekcjonowanego w opakowaniu po 100 gramów z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość.

**Ad. 8.** Zamawiający zgadza się na możliwość zaoferowania w poz.9 podłoża konfekcjonowanego po 100 gramów z przeliczeniem na wymaganą ilość.

#### **9. Dotyczy Pakietu nr 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w pozycji nr 21 podłoża Schaedlera z kanamycyną i wankomycyną oraz 5 % krwią baranią, która jest bogatym, wybiórczym podłożem do izolacji i hodowli Gram-ujemnych bakterii beztlenowych o wysokich wymaganiach odżywczych, przede wszystkim gatunków Bacteroides i Prevotella.

**Ad. 9.** Zamawiający zgadza się na możliwość zaoferowania w poz.21 podłoża z kanamycyną i wankomycyną.

#### **10. Dotyczy Pakietu nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do przetargu w zakresie tego pakietu, firmy która jest dystrybutorem producenta posiadającego certyfikat ISO 9001 oraz certyfikat ISO 13485 odnoszący się do wyrobów do diagnostyki in vitro?

**Ad. 10.** Zamawiający zgadza się na przystąpienie do przetargu firmy , która jest dystrybutorem producenta posiadającego certyfikat ISO 9001 oraz certyfikat ISO 13485 w stosunku do wyrobów do diagnostyki in vitro.

#### **11. Dotyczy Pakietu nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zapisu w pozycji nr 6, 22, i 45. Prosimy o podanie stężenia antybiotyku na krążkach.

**Ad. 11.** Zamawiający podaje stężenia antybiotyków w krążkach:

- Poz.6 Amoxicillin/ Clavul.Acid -20/10ug
- Poz.22 Quinupristine/Dalfopristine -15ug
- Poz.45 Sulpamethoxazole/ Trimethoprim -23,75/ 1,25 ug

#### **12. Dotyczy Pakietu nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowana w pozycji nr 49 i 55 krążków pochodzących od innego producenta.

**Ad. 12.** Zamawiający zgadza się na możliwość zaoferowania w poz. 49 i 55 krążków pochodzących od innego producenta.

#### **13. Dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie krążków innego producenta z jednoczesnym użyczeniem na czas trwania umowy 3 dyspenserów 6- miejscowych.

**Ad. 13.** Zamawiający nie zgadza się na możliwość zaoferowania krążków innego producenta z jednoczesnym użyczeniem na czas trwania umowy 3 dyspenserów 6-miejscowych. Obecnie w laboratorium mikrobiologicznym wykorzystuje się 7 dyspenserów ( w tym również 8 – miejscowe).

Podpisał  
*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO