

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610 fax 086 47 33 210 tel. centr. 086 47 33 900 wew. 210

SzW- X-2416/ ZP – 11p/09

20.07.2009r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2,4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca reagował na wszelkie dyspozycje i uwagi ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego. Z uwagi na lakoniczność i nieprecyzyjność zapisu prosimy o skonkretyzowanie rozumienia (istoty) tego zapisu i określenie: okresu w jakim obowiązek ten ma działać, czego uwagi mogą dotyczyć, na czym ma polegać reagowanie wykonawcy etc.

Ad. 1. Dotyczy prawidłowej realizacji inwestycji , uwag i zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, zaleceń producenta, przepisów i norm prawnych, oraz przyjętych obowiązków, wynikających z zwartej umowy, dotyczące właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia .

2.Zamawiający zawarł zapis, że wykonawca może zlecić wykonanie części prac związanych z przedmiotem umowy podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zapis ten nie jest w pełni zgodny z przepisami. Zamawiający nie może bowiem nie wyrazić zgody na zlecenie wykonania części prac związanych z przedmiotem umowy podwykonawcy. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie przytoczonego zapisu lub alternatywnie na zmianę na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na powierzenie danego zakresu prac podwykonawcy określonego w umowie wykonawcy z podwykonawcami”.

Ad. 2. Zamawiający nie zamierza ingerować w wybór podwykonawcy zgodnie z zapisem z rozdziału 6 pkt.6.2. Zamawiający nie wykreśli tego zapisu z projektu umowy.

3.Zamawiający zawarł zapis, że zapłaci wynagrodzenie za roboty wykonane przez poddostawców po przedstawieniu dowodu zapłaty podwykonawcom za roboty objęte umową z wykonawcą. Zamawiający w tym zapisie uzależnia zapłatę wynagrodzenia wykonawcy od przedstawienia dowodu zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Powyższe postanowienia w sposób sprzeczny z prawem ingerują w zasadę swobody umów zawieranych pomiędzy wykonawcą i jego podwykonawcami. Wykonawca nie musi ustanawiać terminów płatności podwykonawcą jako wcześniejszych niż otrzymane płatności od zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie powyższego

zapisu.

Ad. 3. Zamawiający nie ingeruje w umowę pomiędzy wykonawcą a poddostawcą. Ma na uwadze przepis art. 647 Kodeksu Cywilnego, który dotyczy wyłącznie robót budowlanych. Zamawiający nie wykreśli tego zapisu z projektu umowy.

4. Zamawiający zastrzega, że nie będzie miał żadnych zobowiązań finansowych związanych z realizacją umowy w stosunku do podwykonawcy. Przepis ten jest niedopuszczalny w świetle treści artykułu 647 § 5 i 6 KC, który to przepis stanowi:

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Ad. 4. Zamawiający ma na myśli wyłącznie umowy o roboty budowlane i nie wykreśli tego zapisu z projektu umowy.

5. Zamawiający wymaga zapewnienia niezakłóconej pracy w budynku szpitala podczas wykonywania zadania przez wykonawcę. Czy Zamawiający dopuści zmianę treści tego zapisu i nadanie mu brzmienia: "Wykonawca zobowiązuje się, w porozumieniu z Zamawiającym, do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie została zakłócona praca w budynku Szpitala"?

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy. W programie funkcjonalno-użytkowym został ten problem opisany szczegółowo.

6. Dotyczy § 13 ust. 1 pkt 1 i 3 Załącznika nr 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia do umowy w przypadku nie przystąpienia lub zaniechania przez okres 14 dni realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może skorzystać z zastrzeżonego uprawnienia także wówczas, gdy wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy z powodu okoliczności, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Zamawiającemu w przypadku, gdy wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającym okres 14 dni. Dotyczy to także okoliczności, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym także z powodu przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie powyższych terminów do 30 dni oraz zmianę zapisów w taki sposób, aby prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy uzależnione było wyłącznie od „przyczyn zawinionych przez wykonawcę”.

Ad. 6. Zamawiający zastrzegł prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

7. Dotyczy § 14 Załącznika nr 10

Zamawiający zawarł zapis, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% ceny ofertowej brutto i pokryje wzrost kosztów kontynuowanych prac będący wynikiem różnicy pomiędzy kosztorysem (brutto) na realizację przedmiotu umowy, w zakresie części niezrealizowanej a kosztorysem ofertowym (brutto) przedstawionym przez nowego Wykonawcę.

Prosimy jak w punkcie wyżej o ograniczenie odpowiedzialności wyłącznie do przyczyn zawinionych przez wykonawcę.

Skoro w przepisie tym jest mowa o kosztorysie na realizację przedmiotu umowy, to z jakim wynagrodzeniem mamy do czynienia (kosztorysowym, czy ryczałtowym)? Czy Zamawiający nie widzi sprzeczności pomiędzy zapisami o kosztorysie a zapisami o stabilności cen przez cały okres trwania umowy? Czy biorąc powyższe pod uwagę nie zachodzi konieczność wyeliminowania zaistniałych niejasności i zmiany przepisów regulujących kwestie związane z kosztami i wynagrodzeniem?

Ad. 7. Zamawiający ma na uwadze ewentualność, kiedy nowy wykonawca, kontynuowałby nie zakończone prace po cenie ofertowej wyższej od oferowanej przez pierwszego wykonawcę. Pisząc o kosztorysie, Zamawiający ma na uwadze wynagrodzenie, za część zamówienia dotyczącą jedynie adaptacji pomieszczeń. Kwota zamówienia to kwota ryczałtowa.

8. Dotyczy § 15 i §19 Załącznika nr 10

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (cena ofertowa) za każdy dzień opóźnienia (liczone od terminu zakończenia zadania)

b) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości wadliwie wykonanego przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki liczone od upływu obustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wad.

2. Wykonawca w przypadku niedotrzymania terminów płatności przez Zamawiającego może naliczać odsetki w wysokościach ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać na rzecz osób trzecich – cesji uprawnień i obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy, w tym wierzytelności

oraz aby Wykonawca ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom fizycznym lub prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

Prosimy, zatem o ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy do okoliczności zawinionych przez niego i zwolnienie go od odpowiedzialności za okoliczności, za które nie ma wpływu i wpływu mieć nie może. Aktualna regulacja jest regulacją zbyt daleko idącą i nakładającą na Wykonawcę zbyt daleko idące obowiązki, na które nie ma on jakiegokolwiek wpływu.

Ad. 8. Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 6 - za działania podwykonawców wobec Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego, na jego wniosek, wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów instalowanych wyrobów objętych przedmiotem zamówienia, wydając mu w tym celu właściwe dokumenty. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji. Czy obowiązek przeniesienia na Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów instalowanych wyrobów objętych zamówieniem jest równoznaczny z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji? Jeśli tak, to dlaczego nie zamieszczono stosownego zapisu w tej kwestii? Jeśli nie, to czy nie zachodzi naruszenie zasady, że gwarancja Wykonawcy nie powinna obejmować produktów, na które gwarancji udzielił inny podmiot? Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Ad. 9. Stroną dla Zamawiającego z tytułu wszelkich roszczeń gwarancyjnych, wynikających z udzielonej gwarancji, będzie wyłącznie Wykonawca.

10. Zamawiający wymaga, aby monitory diagnostyczne były objęte 60-cio miesięczną gwarancją. Wymagane monitory są dostarczane w komplecie razem z tomografem stanowiąc jego nieodłączną część czy z uwagi na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę, aby monitory objęte były takim samym okresem gwarancji jak tomograf. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu do 24 miesięcy?

Ad. 10. Nie dopuszczamy. Zamawiający nie zamawia monitorów diagnostycznych z tomografem.

11. Zamawiający wymaga, aby po okresie gwarancji czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy wynosił 2 dni robocze. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku wykupienia umowy serwisowej czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy - 24 godziny w dni robocze”?

Ad. 11. Nie dopuszczamy.

12. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia wynosił w okresie gwarancji 3 dni robocze. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie: „(...) a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych”?

Ad. 12. Tak dopuszczamy.

13. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia wynosił po okresie gwarancji 5 dni roboczych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku wykupienia umowy serwisowej maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia będzie wynosił do 5 dni roboczych”?

Ad. 13. Nie dopuszczamy.

14. Zamawiający zawarł zapis: „Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji – 3 dni” Prosimy o wydłużenie tego okresu do 5 dni.

Ad. 14. Tak dopuszczamy.

15. Zamawiający wymaga dołączenia DTR-ki. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie „(...) lub dokumentu mającego zbliżony zakres informacji”?

Ad. 15. Tak dopuszczamy. Zbliżony zakres informacji DTR , powinien zawierać wszystkie parametry techniczne i wymogi instalacyjno-montażowe, oferowanego sprzętu i aparatury medycznej.

16. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty firmowych materiałów producenta potwierdzających zgodność deklarowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego (instrukcja obsługi, dokumentacja techniczna i DTR w języku polskim oraz instrukcję serwisową). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie DTR-ki i instrukcji serwisowej dopiero przy dostawie w przypadku, gdy wykonawca załączy do ofert materiały firmowe producenta potwierdzające spełnienie parametrów oraz instrukcję obsługi?

- a) Czy w przypadku dostarczenia w/w dokumentów w formie papierowej Zamawiający wyrazi zgodę na ich wydzielenie z oferty i potwierdzenia za zgodność z oryginałem oraz podpisania wyłącznie na pierwszej stronie dokumentu z adnotacją „Potwierdzam za zgodność z oryginałem strony od do”?

Ad. 16. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie DTR-ki i instrukcji serwisowej dopiero przy dostawie , a na część a) pytania - wyrażamy zgodę.

17.Zamawiający wymaga dołączenia do oferty firmowych materiałów producenta potwierdzających zgodność deklarowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego (instrukcja obsługi, dokumentacje techniczna i DTR w języku polskim).Z uwagi na fakt, iż każda tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca aparatów jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie powyższymi dokumentami potwierdzić zgodności wszystkich deklarowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez firmę utworzoną przez producenta dla reprezentowania jego interesów na terenie Polski lub producenta o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie znajdujących potwierdzenia w powyższych dokumentach) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?

Ad. 17. Zamawiający bezwzględnie podtrzymuje wymogi SIWZ dla parametrów rtg, a dla systemów informatycznych dopuszcza złożenie oświadczenia potwierdzającego zgodność deklarowanych parametrów z wymogami Zamawiającego.

18.Zamawiający wymaga dołączenia do oferty firmowych materiałów producenta potwierdzających zgodność deklarowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu z przypadku sprzętu komputerowego. Ze względu na specyfikę i złożoność tego sprzętu prosimy o dopuszczenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej dotyczących sprzętu komputerowego.

Ad. 18. Odpowiedź jak wyżej.

19.Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Takie oprogramowanie jest objęte tajemnicą producenta i nie jest rozpowszechniane poza autoryzowanym serwisem, dokonywanie napraw przez nieautoryzowany serwis może prowadzić do utraty gwarancji.

Ad. 19. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20.Zamawiający wymaga kontynuacji produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat. Każdy z producentów w celu zapewnienia jak najlepszej jakości swoich towarów poprzez wprowadzanie najnowszych rozwiązań technologicznych co pewien okres czasu wycofuje starsze modele aparatów zastępując je nowymi. Równocześnie kupujący mają zagwarantowaną dostępność do części zamiennych przez co najmniej 10 lat. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu?

Ad. 20. Nie, Zamawiający pragnie zakupić sprzęt najnowszej generacji, a powyższe Zamawiający uwzględnił w zapisie „ lub jego wersji rozwojowej”.

21.Zamawiający wymaga, aby podać koszt zakupu lampy RTG dla każdego typu oferowanego aparatu. Prosimy o zmianę zapisu na: „Koszt zakupu lampy RTG dla każdego typu oferowanego aparatu na dzień składania ofert”. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający wymaga 60 miesięcznego okresy gwarancji właśnie m. in. na lampy RTG trudno zagwarantować stałość cen po takim okresie.

Ad.21. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie i aparatura do cyfrowej kontroli jakości sprzętu była godna z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 27.03.2008 r. Czy Zamawiający miał na myśli rozporządzenie z dnia 25.08.2005 r. w sprawie warunków stosowania promieniowania jonizującego we wszystkich rodzajach ekspozycji medycznych?

Ad. 22. Tak , zamawiający popełnił oczywistą omyłkę. Zamawiający miał na myśli Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005 r. w sprawie warunków stosowania promieniowania jonizującego we wszystkich rodzajach ekspozycji medycznych.

23. Zamawiający wymaga zaoferowania oprogramowania do kontroli jakości. Powyższe oprogramowanie jest stosowane w przypadku użytkowania systemu analogowego aparatu RTG w połączeniu z ciemnią automatyczną. Z uwagi na przedmiot zamówienia, którym są systemy cyfrowe wymóg dostarczenia oprogramowania jest bezzasadny, ponieważ to oprogramowanie archiwizuje wyniki ciemni automatycznej. Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie tego wymogu.

Ad. 23. Tak jak w SIWZ.

24. Prosimy o potwierdzenie, że wymogi dotyczące warunków serwisu oraz wymaganego oprogramowania serwisowego, DTR-ki, instrukcji serwisowej, dokumentacji technicznej, szkoleń nie dotyczą wyposażenia dodatkowego.

Ad. 24. Wymienione wymogi nie dotyczą wyposażenia dodatkowego tj higrotermometru, znacznika minutowego i fartuchów ochrony osobistej.

25. Pytanie dotyczące załącznika nr 6, pkt II.5 Czy oferent dobrze rozumie wymóg z punktu II.5, by maksymalny prąd anody wynosił min 800mA dla napięcia 80kV?

Ad. 25. Tak jak w SIWZ

26. 8. Dot zał 5 IX pkt 5, zał 6 IX pkt 4, zał 7 pkt 94 ,zał 8 pkt 3

Czy Zamawiający dopuści stacją opisowo-diagnostyczną o minimalnych parametrach: procesor dwurdzeniowy 2,6 GHz, RAM 2GB, dyski twarde w układzie RAID 500 GB, karta sieciowa 10/100/1000, napęd CD/DVD R-RW, biorąc pod uwagę, iż zapewnia ona swobodne diagnozowanie dowolnej liczby pacjentów, szybkie wywoływanie zdjęć już zarchiwizowanych, stanowi jednocześnie element całego systemu archiwizacyjno-dystrybucyjnego zapewniając jedynie czasową archiwizację a nie pełniąc funkcję pełnej archiwizacji, jaka odbywa się na serwerze.

Ad. 26. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27. Zamawiający wymaga zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia przez min 10 lat oraz możliwości zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres, co najmniej 10 lat. Prosimy, aby powyższy wymóg nie dotyczył komputerów.

Ad. 27. Dla komputerów 5 lat.

28. Zamawiający wymaga w załączniku nr 8 pkt. 124 wpisu do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracji zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych. Biorąc pod uwagę zapis w Specyfikacji pkt 2 ppkt. 2.1.4 mówiący o tym że w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiału, sprzętu niebędącego wyrobem medycznym Zamawiający wymagać będzie posiadania i dostarczenia na etapie realizacji zamówienia dokumentów potwierdzających iż użyte materiały i sprzęt posiadają deklarację zgodności

i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz fakt iż wymóg dotyczy się stacji do rejestracji pacjenta która nie jest wyrobem medycznym ponieważ jest to zwykły komputer PC z obsługą modułu rejestracji pacjenta który nie posiada żadnych funkcji diagnostycznych. Czy zamawiający w związku z tym zrezygnuje z wymogu wpisanego w zał. Nr 8 pkt 124 na rzecz dostarczenia na etapie realizacji zamówienia dokumentów potwierdzających, iż użyte materiały i sprzęt posiadają deklarację zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej?

Ad. 28. Komputer do archiwizacji i rejestracji pacjenta nie musi posiadać wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych – wymagany certyfikat CE i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

29. W związku z zawłościami w załączniku nr 9 pkt 8 gdzie zamawiający wymaga: "Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach -w okresie gwarancji – cały okres gwarancji"

a) prosimy o potwierdzenie że Zamawiający rozumie, że wyżej opisany okres gwarancji oznacza okres od dnia instalacji aparatu do dnia określonego jako dzień instalacji plus

5 lat kalendarzowych, z zastrzeżeniem, że dzień zakończenia gwarancji może zostać przesunięty o ilość dni niesprawności aparatu w trakcie trwania gwarancji?

b) prosimy o rezygnację z dalszych wymogów opisanych mianowicie zał. Nr 9 pkt 8 a mianowicie z zapisów: „w przypadku zainstalowania odpowiednio: nowego podzespołu/lampy rtg/detektora w terminie krótszym niż 6 m-cy/ 12 m-cy/ 12 m-cy przed końcem gwarancji, całkowity okres gwarancji nie może być krótszy niż 6 m-cy/ 12 m-cy/ 12 m-cy

- po terminie gwarancji – min. 6 m-cy

- Lampa RTG, detektor – min. 12 miesięcy”,

gdyż w rzeczywistości są one równoważne z przedłużeniem gwarancji o kolejny rok co nie było naszym zdaniem intencją Zamawiającego gdyż w takim wypadku stosowne wymogi określiłyby w punkcie 1 załącznika nr 9 – okres gwarancji.

Nie uwzględnienie przez Zamawiającego naszej prośby skutkować będzie koniecznością uwzględnienia tego wymogu w kalkulacji ceny. Należy przy tym zauważyć, że kalkulacja ryzyk i usług dodatkowych związanych z dostawą aparatury będącej przedmiotem przetargu jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości oferowanej aparatury.

Ad. 29. Zamawiający nie zmieni zapisu w SIWZ.

30. W punkcie 2.1.9 SIWZ (Warunki przedmiotowe dotyczące zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków)

punkt 2,3 i 5 Zamawiający żąda przedłożenia przez wykonawcę, którego oferta **została wybrana** w toku postępowania następujących dokumentów: DTR, instrukcji obsługi w języku polskim a także dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń.

Z kolei w punkcie 6.21 oraz 6.28 SIWZ (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy celem potwierdzenia oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) Zamawiający żąda **załączenia do oferty** wstępnej koncepcji zagospodarowania pomieszczeń pod planowane do zakupu wyposażenie zgodnie z

programem funkcjonalno-użytkowym oraz innymi przepisami a także instrukcje obsługi oraz DTR oferowanych wszystkich urządzeń w języku polskim.

W projekcie umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) w § 2 pkt. 5 Zamawiający zawarł wymóg dostarczenia w terminie 14 dni **od podpisania umowy** koncepcji adaptacji pomieszczeń oraz kompletu dokumentacji technicznej.

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający żąda dostarczenia dokumentacji technicznej DTR, instrukcji obsługi, oraz koncepcji zagospodarowania pomieszczeń pod planowane do zakupu wyposażenie **wraz z ofertą przetargową czy też w momencie wyboru wykonawcy i podpisania przez niego właściwej umowy?**

Wskazujemy, iż instrukcje obsługi oraz DTR to dokumenty niezwykle obszerne posiadające nawet do kilkuset stron. Ich załączenie do ofert spowoduje, iż może ona liczyć nawet kilka tysięcy stron. Poza tym dokumenty takie jak instrukcja obsługi czy DTR nie są dokumentami powszechnie wymaganymi przez Zamawiających w toku postępowań. Instrukcję obsługi Zamawiający otrzymuje w momencie przekazania do eksploatacji aparaturę a DTR zawiera szczegółowe informacje techniczne aparatu, także konstrukcyjne, których tłumaczenie na język polski nie jest wymagane żadnymi przepisami. Wskazujemy, iż jeśli Zamawiający chce zweryfikować prawdziwość danych zawartych w ofercie, to może to uczynić w inny sposób, także poprzez bezpośrednie zapytanie u producenta.

Ad. 30. Do oferty należy załączyć wstępną koncepcję zagospodarowania pomieszczeń pod planowany zakup wyposażenia. Odpowiedź na pozostałą część pytania zawarta jest w odpowiedziach na pytania nr 15, 16, 17.

31. Czy zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej wysokości 1 500 000,00 zł w momencie dostarczenia do oferty zaświadczenia z banku potwierdzającego wysokość środków wyrażonych w siedmiocyfrowej kwocie bez wskazania dokładnej kwoty. Wskazujemy, iż dane tego rodzaju stanowią wewnętrzną informację firmy.

Ad.31. Zamawiający nie dopuszcza zaświadczenia z banku, potwierdzającego wysokość środków wyrażoną w kwocie „siedmiocyfrowej”, ponieważ takie stwierdzenie nie potwierdza spełnienia tego wymogu.

Podpisał
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO