

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel.cent.086 47 33 900 wew. 266

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP- 26 / 09

~~~~~  
Łomża, dn. 11.08.2009 r.

.....

.....

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę materiałów do badań koronarograficznych i akcesoriów do koronaroplastyki.

Upzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

1. Dotyczy Pakietu 2 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów wieńcowych na balonie o NP.- 10bar i RBP -16 bar ?
Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 1. Nie wyrażamy zgody.

2. Dotyczy Pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych semi-compliant o RBP- 14 atm, i średnicach od 1,25 – 4.0 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 2. Nie wyrażamy zgody.

3. Dotyczy Pakietu 4 poz. 1 / stent wieńcowy na balonie do PCI /

Czy Zamawiający dopuści stenty o przedziale długości od 8 - 30mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 3. Nie wyrażamy zgody.

4. Dotyczy Pakietu 4 poz. 1/ stent wieńcowy na balonie do PCI /

Czy Zamawiający dopuści stenty o profilu 0,042” dla stentu 3,0mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 4. Nie wyrażamy zgody.

5. Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 / Cewnik prowadzący do PCI/

Czy Zamawiający dopuści cewnik o średnicy wewnętrznej dla 8F= 0,09” przy zachowaniu zbrojenia metalowego?
Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 5. Tak wyrażamy zgodę.

6. Dotyczy Pakietu 4 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników prowadzących do PCI o średnicy wewnętrznej dla 7F \geq 0,078” i dla 8F \geq 0,088” ? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Ad. 6. Nie wyrażamy zgody.

Podpisał

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO