

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 210

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 17 / 09

22.07.2009

.....  
.....

**Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę endoprotez połówicznych i cementowych stawu biodrowego, gwoździ śródszpikowych do zespolenia kości udowej, piszczelowej ,ramiennej oraz dynamicznego zespolenia nasady bliższej i obwodowej kości udowej i gwoździ Endera.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestnika postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

## **Dotyczy Pakietu 1**

1. Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoźdźcia śródszpikowego rekonstrukcyjnego podwójnie blokowanego do kości udowej z 0 stopniową antetorsją dla blokowania śrubami trzonowymi Ø 6,5mm względem płaszczyzny anatomicznego wygięcia gwoźdźcia zamiast z 8 stopniową antetorsją?

**Ad. 1. Tak wyrażamy zgodę.**

2. Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania śruby szyjkowej Ø 11mm zamiast Ø 12mm?

**Ad. 2. Tak wyrażamy zgodę.**

3. Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoźdźcia o średnicy w części proksymalnej 17mm zamiast max. 16mm?

**Ad. 3. Tak wyrażamy zgodę.**

4. Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoźdźcia do kości piszczelowej o przekroju zbliżonym do trójkąta zapewniającego obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji zamiast wyposażonego w minimum trzy kanałki?

**Ad. 4. Tak wyrażamy zgodę.**

5. Poz. 6 –Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płyt dynamicznych biodrowych (DHS) od 2 do 18 otworów o dł. 68-324mm zamiast od 2 do 14 otworów dł. 48-336mm?

**Ad. 5. Tak wyrażamy zgodę.**

6. Poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płyt dynamicznych kłykciowych (DCS) o dł. 118-310mm dla wymaganej ilości otworów zamiast 118-374mm?

**Ad. 6. Tak wyrażamy zgodę.**

7. Poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby kompresyjnej DHS/DCS dł. 31 mm zamiast 36mm?

**Ad. 7. Nie wyrażamy zgody.**

8. Poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania śruby DHS/DCS o dł. gwintu 18mm zamiast 22mm?

**Ad. 8. Tak wyrażamy zgodę.**

9. Poz. 10, 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10-11 gwoździ ażurowych z okrągłymi otworami i o średnicy min. 5 mm?

**Ad. 9. Tak wyrażamy zgodę.**

10. Poz. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoźdźca śródszpikowego do kości piszczelowej rekonstrukcyjnego o kącie wygięcia 13 stopni zamiast 10 stopni?

**Ad. 10. Tak wyrażamy zgodę.**

11. Poz. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoźdźca śródszpikowego do kości piszczelowej rekonstrukcyjnego o długości w części proksymalnej (do zagięcia) do 80mm zamiast do 55mm?

**Ad. 11. Tak wyrażamy zgodę.**

12. Poz. 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoźdźca śródszpikowego blokowanego do kości ramiennej wielopłaszczyznowego (rekonstrukcyjnego) uniwersalnego, do lewej i prawej kończyny (bez podziału na lewy i prawy gwóźdź)?

**Ad. 12. Tak wyrażamy zgodę.**

**Dotyczy zapisów wzoru umowy:**

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu & 2 ust. 2 na: „W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest nieodpowiedniej jakości Sprzedający, w ciągu 5 dni dokona jego wymiany na towar o odpowiednich parametrach, **po przedstawieniu pisemnej reklamacji wraz z reklamowanym towarem**, a gdy tego nie wykona, (...)” ? Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Dostawcę obowiązek załatwienia reklamacji jedynie w oparciu o zgłoszenie wadliwości towaru, bez możliwości ustosunkowania się do niej.

**Ad. 13. Nie wyrażamy zgody.**

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu & 2 ust. 2 na: „Kupujący zastrzega sobie prawo wymiany rozmiarów, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem wynikającym z wykonywania procedur medycznych. Termin wymiany nie może być dłuższy niż **5 dni** od zgłoszenia **faxem wraz z towarem do wymiany**”? Proponowany termin jest stanowczy za krótki w związku z czym wnosimy jak na wstępie.

**Ad. 14. Nie wyrażamy zgody.**

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie depozytu określonego w & 2 ust.8 do rozmiarów najczęściej stosowanych? Ilości wymagane przez Zamawiającego stanowią całość przewidywanego przedmiotu umowy. Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a 5 dniowy termin uzupełnienia depozytu (dostawy nadzwyczajne 2dni) w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

**Ad. 15. Nie wyrażamy zgody.**

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu &3 ust. 3 na: „Kupujący będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym w terminie 30 dni licząc od daty

otrzymania faktury VAT”? Zwrot „(...) i otrzymania zamówionej całości” powoduje pewną niejednoznaczność w interpretacji zapisu tego ustępu w związku z czym wnosimy jak na wstępie.

**Ad. 16. Nie wyrażamy zgody.**

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wartości kary umownej określonej w & 4 ust. 1 pkt 1) z **0,5 na 0,2 %** wartości nie dostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki? Proponowana wysokość kary jest naszym zdaniem za wysoka w związku z czym wnosimy jak na wstępie

**Ad. 17. Nie wyrażamy zgody.**

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wartości kary umownej określonej w & 4 ust. 1 pkt 2) z **0,5 na 0,2 %** wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki? Proponowana wysokość kary jest naszym zdaniem za wysoka w związku z czym wnosimy jak na wstępie

**Ad. 18. Nie wyrażamy zgody.**

Podpisał  
*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO