

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 32 / 09

~~~~~  
Łomża ,dn. 28.08.2009r.

.....

.....

Dotyczy: **postępowania przetargowego na dostawę rurek intubacyjnych.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

1 Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „ izoterma „, posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Jeśli tak, to czy zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu do realizacji zamówienia?

Ad. 1. Zamawiający wymaga, aby transport odbywał się w sposób odpowiedni do specyfiki danego towaru.

2. Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza w. w informacje na fakturze, a wymaga na opakowaniu.

3. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

Ad. 3. Nie wymagamy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Ad. 4. Nie wyrażamy zgody.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty bez deklaracji zgodności lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych a jedynie wyrobów medycznych a jedynie z oświadczeniem o posiadaniu w/w dokumentów i dostarczeniu ich do Zamawiającego na każde żądanie zamawiającego.

Dopuszczenie oferty wyłącznie z oświadczeniem o posiadaniu w/w dokumentów usprawni szybszą weryfikację ofert oraz rozstrzygnięcie przetargu.

Ad. 5. Nie wyrażamy zgody.

6. Dotyczy umowy & 3 ust 6

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „ Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości, będących przedmiotem zamówienia, w trakcie trwania umowy, jednak zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 %”.

Ad. 6. Nie wyrażamy zgody.

7. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dla punktu III (rurki intubacyjne z odsysaniem znad mankietu) wymaga aby rurki dla rozmiarów dedykowanych dla osób dorosłych tzn. od 7.0 do 9.0 posiadały światło drenu do odsysania treści znad mankietu o średnicy min. 4 mm ze względu na to, że w przypadku takich Pacjentów ilość wydzielin jest większa?

Ad. 7. Nie jest to warunek konieczny.

8. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dla Punktu III (rurki intubacyjne z odsysaniem znad mankietu) zastrzega sobie możliwość skrócenia o 1/3 martwej przestrzeni rurki dla rozmiarów dedykowanych dla osób dorosłych tzn. od 7.0 do 9.0 bez uszkodzenia światła drenu do odsysania znad mankietu?

Ad.8. Nie jest to warunek konieczny.

9. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dla Punktu III (rurka intubacyjna zbrojona z mankiem) poprzez cechę „linia rtg oznaczająca położenie rurki „, rozumie co najmniej dwie rozdzielone linie ze znacznikiem do identyfikacji w rtg na całym obwodzie rurki pozwalające na ustalenie pozycji mankietu w tchawicy (głębokości intubacji)? Ze względu na wtopiony w ścianki rurki intubacyjnej zbrojonej drut, rurki takie nie posiadają znacznika rtg na grzbiecie. Dotyczy to wszystkich Producentów. Takie uszczegółowienie opisu SIWZ pozwoli uniknąć nieporozumień w trakcie oceny przedmiotu oferty.

Ad.9. Zamawiający miał na myśli taki sposób identyfikacji , tzn. linia ze znacznikiem na obwodzie ustalająca położenie rurki po intubacji.

10. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dla pozycji 1 i 3 wymaga, aby łączniki były wykonane z rury karbowanej wewnątrz gładkiej, co eliminuje możliwość kontaminacji bakterii? Łączniki mogą być wykonane z różnego rodzaju materiału (karbowane sztywne, karbowane rozciągliwe) co ma wpływ na cenę produktu. Takie uszczegółowienie opisu SIWZ pozwoli uniknąć nieporozumień w trakcie oceny przedmiotu oferty.

Ad.10. Gładkość wewnętrznej ściany łącznika nie jest warunkiem koniecznym. Zamawiający ma na myśli rurę karbowaną sztywną.

11. Czy w Pakiecie 6 w pozycji 1 i 3 filtry mają posiadać możliwość pracy w zakresie zadanej objętości oddechowej od 150 do 1200 ml? Taki zakres pozwoli wentylować najszerszy zakres Pacjentów (od dzieci o wadze ok. 15 kg do dorosłych) a Zamawiający nie sprecyzował w SIWZ tego parametru.

Ad.11. Tak, Zamawiający wymaga taki zakres objętości zadanej oddechowej.

12. Czy w Pakiecie 6 w pozycji 2 i 4 filtry mają posiadać możliwość pracy w zakresie zadanej objętości oddechowej od 30 do 100 ml? Taki zakres pozwoli wentylować dzieci od noworodków (od 3 kg do 15 kg) a Zamawiający nie sprecyzował w SIWZ tego parametru.

Ad.12. Tak, Zamawiający wymaga taki zakres objętości zadanej oddechowej.

13. Czy w Pakiecie 7 w pozycji 1 wymienniki mają być jednoelementowe? Taka konstrukcja zmniejsza masę wymiennika przy zachowaniu integracji umieszczenia warstwy nawilżającej z portem do tlenu.

Ad.13. Tak, Zamawiający wymaga wymiennik jednoelementowy.

14. Pytania dot. SIWZ

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że ujęcie w jednej umowie realizacji kilku / kilkunastu pakietów, nie zmienia stanu prawnego, iż każdy pakiet objęty jest odrębną umową ze wszystkimi płynącymi z tego konsekwencjami prawnymi, w szczególności możliwością zgodnego rozwiązania umowy w zakresie poszczególnych pakietów.

Ad.14. Każdy pakiet jest związany ze wzorem załączonej umowy.

15. Dotyczy Pakietu 1 poz.1, Pakietu 2 poz.3-4,

Czy rurki intubacyjne (intubacyjne zbrojone, intubacyjne do mikrochirurgii krtani) mają posiadać oznaczenie głębokości w postaci grubego (szerokiego) ringu wokół całego obwodu rurki, umożliwiającego podwójną wizualizację głębokości położenia rurki względem strun głosowych?

Ad.15. Tak, rurki powinny posiadać oznaczenie w postaci ringu wokół całego obwodu rurki.

16. Dotyczy Pakietu 6 poz. 4

1. Czy filtr bakteryjno – wirusowy elektrostatyczny dziecięcy z nawilżaniem ma charakteryzować się objętością wypełnienia od 50 do 250 ml?
2. Czy filtr bakteryjno – wirusowy elektrostatyczny dziecięcy ma posiadać proste złącze oraz charakteryzować się przestrzenią martwą nie większą aniżeli 13 ml i maksymalną wagą do 15g?

Ad.16. pkt 1,2. Nie jest to warunek bezwzględnie konieczny.

17. Dotyczy Pakietu 8 poz. 1-3

1. Czy maski krtaniowe mają posiadać dodatkowy kanał dostępu do żołądka umożliwiający odsysanie treści żołądkowej u pacjentów z rozpoznaniem zespołem refleksowym i w przypadku długotrwałej wentylacji maską?
2. Czy maski krtaniowe mają posiadać skuteczne zabezpieczenie przed możliwością wklonowania nagłośni, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta podczas wentylacji?

Ad.17. pkt.1,2. Nie jest to warunek bezwzględnie konieczny.

Podpisał
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO