

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 34 / 09

~~~~~  
Łomża ,dn. 11.09.2009r.

.....

.....

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę **soczewek wewnątrzgałkowych z PMMA i materiału wiskoelastycznego.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

1. Dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu pozyskiwany na drodze ekstrakcji z grzebieni kogucich?

Ad. 1. Nie wyrażamy zgody.

2. Dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych?

Ad. 2. Nie wyrażamy zgody.

3. Dotyczy & 2 ust. 4 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie terminu ważności dla soczewek z min 3 lat na 2 lata od daty dostarczenia towaru oraz dla materiału wiskoelastycznego z 2 lat na 1 rok od daty dostarczenia towaru.

Ad. 3. Zamawiający informuje że termin ważności dla soczewek pozostaje bez zmian – wymagane 3 lata, natomiast dla materiału wiskoelastycznego – 1 rok, od daty dostarczenia towaru.

4. Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści soczewki wewnątrzgałkowe PMMA o ukątowaniu części haptycznych 10 stopni, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 4. Nie wyrażamy zgody.

5. Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1.4% o objętości 1,0 ml, uzyskiwany na drodze fermentacji bakteryjnej?

Ad. 5. Nie wyrażamy zgody.

6. Czy Zamawiający mógłby dopuścić skradanie ofert na poszczególne pozycje?

Ad. 6. Nie wyrażamy zgody.

7. Dotyczy umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w **& 3 ust. 6** : „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % ilości określonej w niniejszej umowie.”?

Ad. 7. Nie wyrażamy zgody.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w **& 3 ust. 7** : „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy?

Ad. 8. Nie wyrażamy zgody.

9. Czy Zamawiający dopuści również w poz. 1 zakres dioptrii od +8 do +30?

Ad. 9. Tak wyrażamy zgodę.

10. Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 i utworzy z niej odrębne zadanie ?

Uzasadnienie: Wydzielenie powyższej pozycji znacznie ułatwi nam konkurencje co będzie miało wpływ na cenę i jakość zaoferowanego produktu w przetargu.

Ad. 10. Nie wyrażamy zgody.

11. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści również stopniową angulację haptentów?

Ad. 11. Nie wyrażamy zgody.

12. Czy Zamawiający dopuści w poz 1 soczewki wewnętrzne z PMMA o ukątowaniu części haptycznych 10° i zakresie dioptrii od +10.0 D do +30.0 D?

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza w poz 1 soczewki wewnętrzne z PMMA zakresie dioptrii od +10.0 D do +30.0 D natomiast nie dopuszcza soczewki o ukątowaniu części haptycznych 10°.

13. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 syntetyczny hialuronian sodu o stężeniu 1,4% w ampułkostrzykawce o pojemności 1 ml.?

Ad. 13. Tak wyrażamy zgodę.

14. Uprzejmie prosimy o wydzielenie poz.2 do oddzielnego zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

Ad. 14. Nie wyrażamy zgody.

Podpisał
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO