

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 11p/2/ 09

~~~~~  
Łomża ,dn. 20.10.2009r.

.....
.....

Dotyczy: **Postępowania przetargowego na ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca reagował na wszelkie dyspozycje i uwagi ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego. Z uwagi na lakoniczność i nieprecyzyjność zapisu prosimy o skonkretyzowanie rozumienia (istoty) tego zapisu i określenie: okresu w jakim obowiązek ten ma działać, czego uwagi mogą dotyczyć, na czym ma polegać reagowanie wykonawcy etc.

Ad. 1.

Dotyczy prawidłowej realizacji inwestycji, uwag i zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, zaleceń producenta, przepisów i norm prawnych, oraz przyjętych obowiązków, wynikających z zawartej umowy, dotyczące właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia .

2. Zamawiający zawarł zapis, że wykonawca może zlecić wykonanie części prac związanych z przedmiotem umowy podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zapis ten nie jest w pełni zgodny z przepisami. Zamawiający nie może bowiem nie wyrazić zgody na zlecenie wykonania części prac związanych z przedmiotem umowy podwykonawcy. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie przytoczonego zapisu lub alternatywnie na zmianę na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na powierzenie danego zakresu prac podwykonawcy określonego w umowie wykonawcy z podwykonawcami”.

Ad. 2.

Zamawiający nie zamierza ingerować w wybór podwykonawcy zgodnie z zapisem z rozdziału 6 pkt. 6.18. Zamawiający nie wykreśli tego zapisu z projektu umowy.

3. Zamawiający zawarł zapis, że zapłaci wynagrodzenie za roboty wykonane przez poddostawców po przedstawieniu dowodu zapłaty podwykonawcom za roboty objęte umową z wykonawcą. Zamawiający w tym zapisie uzależnia zapłatę wynagrodzenia wykonawcy od przedstawienia dowodu zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Powyższe postanowienia w sposób sprzeczny z prawem ingerują w zasadę swobody umów zawieranych pomiędzy wykonawcą i jego podwykonawcami. Wykonawca nie musi ustanawiać terminów płatności podwykonawcą jako wcześniejszych niż otrzymane płatności od zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Ad. 3.

Zamawiający nie ingeruje w umowę pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Ma na uwadze przepis art. 647 Kodeksu Cywilnego, który dotyczy wyłącznie robót budowlanych. Zamawiający

nie wykreśli tego zapisu z projektu umowy.

4. Zamawiający zastrzega, że nie będzie miał żadnych zobowiązań finansowych związanych z realizacją umowy w stosunku do podwykonawcy. Przepis ten jest niedopuszczalny w świetle treści artykułu 647 § 5 i 6 KC, który to przepis stanowi:

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Ad. 4.

Zamawiający ma na myśli wyłącznie umowy o roboty budowlane i nie wykreśli tego zapisu z projektu umowy.

5. Zamawiający wymaga zapewnienia niezakłóconej pracy w budynku szpitala podczas wykonywania zadania przez wykonawcę. Czy Zamawiający dopuści zmianę treści tego zapisu i nadanie mu brzmienia: "Wykonawca zobowiązuje się, w porozumieniu z Zamawiającym, do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie została zakłócona praca w budynku Szpitala"?

Ad. 5.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy. W programie funkcjonalno-użytkowym został ten problem opisany szczegółowo.

6. Dotyczy § 13 ust. 1 pkt 1 i 3 Załącznika nr 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia do umowy w przypadku nie przystąpienia lub zaniechania przez okres 14 dni realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może skorzystać z zastrzeżonego uprawnienia także wówczas, gdy wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy z powodu okoliczności, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Zamawiającemu w przypadku, gdy wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającym okres 14 dni. Dotyczy to także okoliczności, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym także z powodu przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie powyższych terminów do 30 dni oraz zmianę zapisów w taki sposób, aby prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy uzależnione było wyłącznie od „przyczyn zawinionych przez wykonawcę”.

Ad. 6.

Zamawiający zastrzegł prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

7. Dotyczy § 14 Załącznika nr 10

Zamawiający zawarł zapis, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% ceny ofertowej brutto i pokryje wzrost kosztów kontynuowanych prac będący wynikiem różnicy pomiędzy kosztorysem (brutto) na realizację przedmiotu umowy, w zakresie części niezrealizowanej a kosztorysem ofertowym (brutto) przedstawionym przez nowego Wykonawcę.

Prosimy jak w punkcie wyżej o ograniczenie odpowiedzialności wyłącznie do przyczyn zawinionych przez wykonawcę.

Skoro w przepisie tym jest mowa o kosztorysie na realizację przedmiotu umowy, to z jakim wynagrodzeniem mamy do czynienia (kosztorysowym, czy ryczałtowym)? Czy Zamawiający nie widzi sprzeczności pomiędzy zapisami o kosztorysie a zapisami o stabilności cen przez cały okres trwania umowy? Czy biorąc powyższe pod uwagę nie zachodzi konieczność wyeliminowania zaistniałych niejasności i zmiany przepisów regulujących kwestie związane z kosztami i wynagrodzeniem?

Ad. 7.

Zamawiający ma na uwadze ewentualność, kiedy nowy wykonawca, kontynuowałby nie zakończone prace po cenie ofertowej wyższej od oferowanej przez pierwszego wykonawcę.

Pisząc o kosztorysie, Zamawiający ma na uwadze wynagrodzenie, za część zamówienia dotyczącą jedynie adaptacji pomieszczeń. Kwota zamówienia to kwota ryczałtowa.

8. Dotyczy § 15 i §19 Załącznika nr 10

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (cena ofertowa) za każdy dzień opóźnienia (liczone od terminu zakończenia zadania)

2) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości wadliwie wykonanego przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od upływu obustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wad.

2. Wykonawca w przypadku niedotrzymania terminów płatności przez Zamawiającego może naliczać odsetki w wysokościach ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać na rzecz osób trzecich – cesji uprawnień i obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy, w tym wierzytelności oraz aby Wykonawca ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom fizycznym lub prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

Prosimy, zatem o ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy do okoliczności zawinionych przez niego i zwolnienie go od odpowiedzialności za okoliczności, za które nie ma wpływu i wpływu mieć nie może. Aktualna regulacja jest regulacją zbyt daleko idącą i nakładającą na Wykonawcę zbyt daleko idące obowiązki, na które nie ma on jakiegokolwiek wpływu.

Ad. 8.

Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 6 - za działania podwykonawców wobec Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego, na jego wniosek, wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów instalowanych wyrobów objętych przedmiotem zamówienia, wydając mu w tym celu właściwe dokumenty. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji. Czy obowiązek przeniesienia na Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów instalowanych wyrobów objętych zamówieniem jest równoznaczny z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji? Jeśli tak, to dlaczego nie zamieszczono stosownego zapisu w tej kwestii? Jeśli nie, to czy nie zachodzi naruszenie zasady, że gwarancja Wykonawcy nie powinna obejmować produktów, na które gwarancji udzielił inny podmiot? Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Ad. 9.

Stroną dla Zamawiającego z tytułu wszelkich roszczeń gwarancyjnych, wynikających z udzielonej gwarancji, będzie wyłącznie Wykonawca.

10. Zamawiający wymaga, aby monitory diagnostyczne były objęte 36-cio miesięczną gwarancją. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu do 24 miesięcy?

Ad. 10.

Nie wyrażamy zgody.

11. Zamawiający wymaga, aby po okresie gwarancji czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy wynosił 2 dni robocze. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku wykupienia umowy serwisowej czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy - 24 godziny w dni robocze”?

Ad. 11.

Nie wyrażamy zgody.

12. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia wynosił w okresie gwarancji 3 dni robocze. Czy Zamawiający wyrazi zgodę dopisanie: „(...) a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych”?

Ad.12.

Tak, dopuszczamy.

13. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia wynosił po okresie gwarancji 5 dni roboczych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku wykupienia umowy serwisowej maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia będzie wynosił do 5 dni roboczych”?

Ad. 13.

Nie wyrażamy zgody.

14. Zamawiający zawarł zapis: „Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji – 3 dni robocze” Prosimy o wydłużenie tego okresu do 5 dni.

Ad. 14.

Tak, wyrażamy zgodę.

15. Zamawiający wymaga dołączenia DTR-ki. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie „(...) lub dokumentu mającego zbliżony zakres informacji”?

Ad.15.

Tak dopuszczamy. Zbliżony zakres informacji DTR, powinien zawierać wszystkie parametry techniczne i wymogi instalacyjno-montażowe, oferowanego sprzętu i aparatury medycznej.

16. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej i DTR-i w języku polskim. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie DTR-ki i instrukcji serwisowej dopiero przy dostawie?

a) Czy w przypadku dostarczenia w/w dokumentów w formie papierowej Zamawiający wyrazi zgodę na ich wydzielenie z oferty i potwierdzenia za zgodność z oryginałem oraz podpisania wyłącznie na pierwszej stronie dokumentu z adnotacją „Potwierdzam za zgodność z oryginałem strony od do”?

Ad. 16.

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie DTR-ki i instrukcji serwisowej dopiero przy dostawie, a na część a) pytania - wyrażamy zgodę.

17. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty prospektów producenta/ foldery producenta/ katalogi producenta potwierdzających parametry techniczne. Z uwagi na fakt, iż każda tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca aparatów jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie powyższymi dokumentami potwierdzić zgodności wszystkich deklarowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez firmę utworzoną przez producenta dla reprezentowania jego interesów na terenie Polski o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie znajdujących potwierdzenia w powyższych dokumentach) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?

Ad. 17.

Zamawiający bezwzględnie podtrzymuje wymogi SIWZ dla parametrów aparatów rtg, a dla systemów informatycznych dopuszcza złożenie w.w. oświadczenia.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku systemów informatycznych parametry zostały potwierdzone oświadczeniem producenta potwierdzającego zgodność oferowanych parametrów z wymogami Zamawiającego?

Ad. 18.

Tak, dopuszczamy.

19. Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Takie oprogramowanie jest objęte tajemnicą producenta i nie jest

rozpowszechniane poza autoryzowanym serwisem, dokonywanie napraw przez nieautoryzowany serwis może prowadzić do utraty gwarancji.

Ad. 19.

Zamawiający rezygnuje z tego wymogu.

20. Zamawiający wymaga kontynuacji produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat. Każdy z producentów w celu zapewnienia jak najlepszej jakości swoich towarów poprzez wprowadzanie najnowszych rozwiązań technologicznych co pewien okres czasu wycofuje starsze modele aparatów zastępując je nowymi. Równocześnie kupujący mają zagwarantowaną dostępność do części zamiennych przez co najmniej 10 lat. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu?

Ad. 20.

Nie, Zamawiający pragnie zakupić sprzęt najnowszej generacji, a powyższe Zamawiający uwzględnił w zapisie „lub jego wersji rozwojowej”.

21. Zamawiający wymaga, aby podać koszt zakupu lampy RTG dla każdego typu oferowanego aparatu. Prosimy o zmianę zapisu na: „Koszt zakupu lampy RTG dla każdego typu oferowanego aparatu na dzień składania ofert”. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający wymaga 36 miesięcznego okresy gwarancji właśnie m. in. na lampy RTG trudno zagwarantować stałość cen po takim okresie.

Ad. 21.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – wymóg ten jest ujęty w załączniku nr 9 pkt 13.

22. Zamawiający wymaga zaoferowania oprogramowania do kontroli jakości. Powyższe oprogramowanie jest stosowane w przypadku użytkowania systemu analogowego aparatu RTG w połączeniu z ciemnią automatyczną. Z uwagi na przedmiot zamówienia, którym są systemy cyfrowe wymóg dostarczenia oprogramowania nie bezzasadny, ponieważ to oprogramowanie archiwizuje wyniki ciemni automatycznej. Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie tego wymogu.

Ad. 22.

Tak jak w SIWZ.

23. Prosimy o potwierdzenie, że wymogi dotyczące warunków serwisu oraz wymaganego oprogramowania serwisowego, DTR-ki, instrukcji serwisowej, dokumentacji technicznej, szkoleń nie dotyczą wyposażenia dodatkowego.

Ad. 23.

Gwarancja na wyposażenie dodatkowe zgodnie z załącznikiem nr 9 pkt 1. Zamawiający nie będzie wymagał oprogramowania serwisowego, instrukcji serwisowej, nie odstępuje od wymogów pozostałych.

24. Zamawiający wymaga zagwarantowania dostępności części zamiennych przez min. 10 lat licząc od daty sprzedaży urządzenia oraz możliwości zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. Z uwagi na szybki postęp technologiczny w dziedzinie informatyki prosimy o odstąpienie od powyższego wymogu w odniesieniu do komputerów.

Ad. 24.

Dla komputerów 5 lat.

25. Zamawiający wymaga w za Załączniku nr 8 pkt. 20 wpisu do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracji zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. Biorąc pod uwagę zapis w SIWZ pkt 2 ppkt 2.1.4 mówiący o tym, że w przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiału, sprzętu niebędącego wyrobem medycznym Zamawiający wymagać będzie posiadania i dostarczenia na etapie realizacji zamówienia dokumentu potwierdzającego iż użyte materiały i sprzęt posiadają deklaracje zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz fakt iż wymóg dotyczy stacji do rejestracji pacjenta, która nie jest wyrobem medycznym ponieważ jest to zwykły komputer PC z obsługą modułu rejestracji

pacjenta, który nie posiada żadnej funkcji diagnostycznej Zamawiający zrezygnuje z wymogu wpisanego w Załączniku nr 8 w pkt 20 na rzecz dostarczenia na etapie realizacji zamówienia dokumentu potwierdzającego iż użyte materiały i sprzęt posiadają deklaracje zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej?

Ad. 25.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z pkt 2 ppkt 2.1.4. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę sprzętu niebędącego wyrobem medycznym – stacji do rejestracji pacjentów – Zamawiający wymagać będzie, na etapie realizacji, przedłożenia deklaracji zgodności i oznakowania znakiem CE.

26. W związku z zawiłościami w Załączniku nr 9 pkt 8 oraz z uwagi na fakt, iż w toczącym się postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu diagnostyczno-zabiegowego do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży (postępowanie nr SzW-X-2416/ZP-33/09) Zamawiający wyraził zgodę na zmianę zapisu dotyczącego okresu gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu w przedmiotowym postępowaniu tak, aby przyjął on brzmienie: „Okres gwarancji na nowo zainstalowaną lampę/detektor w okresie gwarancji biegnie do końca pierwotnej gwarancji, jednak nie krócej niż 12 miesięcy”, w przypadku wymiany podzespołu na nowy w okresie gwarancji biegnie do końca pierwotnej gwarancji, jednak nie krócej niż 6 miesięcy”?

Ad. 26.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z Załącznikiem nr 9:

pkt .1. dotyczy okresu pełnej gwarancji na wszystkie oferowane urządzenia zgodnie z podanymi zapisami w tym punkcie

pkt. 2. dotyczy okresu pełnej gwarancji na prace budowlane i instalacyjne zgodnie z podanymi zapisami w tym punkcie

pkt. 8 dotyczy okresu gwarancji na wymienione podczas napraw części zamienne – jest on i spójny z zapisami pkt. 1 i 2 w zakresie całego okresu gwarancji i dodatkowo zawiera zapis, iż w przypadku wymiany części zamiennej: podzespołu/ lampy rtg/detektora w terminie krótszym niż 6/12/12 m-cy przed końcem gwarancji, okres gwarancji na w/w części zamienne nie może być krótszy niż 6/12/12 m-cy. Zamawiający w ten sposób pragnie zabezpieczyć się przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów w przypadku, gdyby np. lampa rtg została wymieniona w ostatnim miesiącu trwania gwarancji, a uległa uszkodzeniu (nie z winy Zamawiającego) po 2 miesiącach (np. wada fabryczna). Brak takiego zapisu skutkowałby ponoszeniem kosztów wymiany przez Zamawiającego, co byłoby niespójne z zapisami odnośnie wymogów wymiany części po okresie gwarancji (zawartych w w/w punkcie) i z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający uważa, iż zapisy w postępowaniu SzW-X-2416/ZP-33/09 są spójne z w/w interpretacją, a dodatkowo zostały w tym przetargu uszczegółowione, ze względu na pojawiające się ze strony potencjalnych oferentów zapytania w tej kwestii.

27. Zamawiający wymaga dołączenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta do dystrybucji, sprzedaży i serwisu oferowanego sprzętu (autoryzacja producenta). Czy Zamawiający:

- a) Potwierdzi, że powyższy wymóg dotyczy wyłącznie sprzętu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?
- b) Nie będzie wymagał powyższego dokumentu w odniesieniu do wyposażenia dodatkowego?
- c) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wykonawcę, który posiada powyższy dokument wystawiony przez firmę utworzoną przez producenta dla reprezentowania jego interesów na terenie Polski?

Ad. 27.

- a) TAK
- b) TAK, Zamawiający nie będzie wymagał
- c) TAK.

28. Załącznik nr 6 II. Aparat rtg cyfrowy wielofunkcyjny z telekomando

Zamawiający wymaga w pozycji VI.2: „Wysokość blatu w pozycji dolnej ≤ 60 cm”. Nowoczesne zestawy telekomando posiadają blat w pozycji dolnej w odległości 70 -76 cm oraz zwodzony stopień podłogowy zmniejszający odległość stóp pacjenta od blatu do 45 50 cm. . Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie „ ≤ 76 cm”.

Ad. 28.

Nie wyrażamy zgody. Ustalona w SIWZ wysokość blatu w pozycji dolnej gwarantuje optymalną funkcjonalność aparatu i jest oferowana przez wiele firm.

29. Załącznik nr 6 II. Aparat rtg cyfrowy wielofunkcyjny z telekomando

Zamawiający wymaga w pozycji VI.3: „Maksymalna wysokość blatu Tak, podać min 100 cm”. Taka wysokość jest nieco wygórowana. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie „min. 99 cm”.

Ad.29

Tak, dopuszczamy.

30. Załącznik nr 6 II. Aparat rtg cyfrowy wielofunkcyjny z telekomando

Zamawiający wymaga w pozycji VII.6: „Rozdzielczość w trybie fluoroskopii cyfrowej min. 1420 x 1420”. Wszyscy producenci europejscy (np. SIEMENS) stosują najlepszy na świecie panel cyfrowy firmy THALES typ Pixium RF 4343, dla którego producent podaje następujące dane:

Continuous fluoroscopy (fluoroscopia ciągła):

Useful area	Image resolution	Frames rate
Powierzchnia	Rozdzielczość	Częstość
43 x 43 cm	960 x 961 x 16 bits	18 fps max
30 x 30 cm	1024 x 1025 x 16 bits	15 fps max
20 x 20 cm	673 x 673 x 16 bits	30 fps max

Pulsed fluoroscopy (fluoroscopia impulsowa):

Useful area	Image resolution	Frames rate
43 x 43 cm	960 x 961 x 16 bits	15 fps max
30 x 30 cm	1024 x 1025 x 16 bits	15 fps max
20 x 20 cm	673 x 673 x 16 bits 1	5 fps max

Radiography:

Useful area	Image resolution	Frames rate
43 x 43 cm	2880 x 2881 x 16 bits	3 fps max
43 x 43 cm	1440 x 1441 x 16 bits	8 fps max

Załącznik nr 6 II. Aparat rtg cyfrowy wielofunkcyjny z telekomando

Jak widać wymaganą rozdzielczość osiąga się w trybie radiografii a nie fluoroskopii cyfrowej. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie realnej do osiągnięcia wartości.

Ad. 30.

Nie dopuszczamy, ponieważ jakość obrazowania jest ściśle powiązana i zależna od rozdzielczości panelu cyfrowego.

31. Załącznik nr 5 I. Aparat rtg cyfrowy dwustanowiskowy do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych.

Zamawiający wymaga w pozycji VII. wymaga „Kolumna do zdjęć odległościowych i do zdjęć płuc” a w pozycji VIII. wymaga „Płaski detektor /flat panel/ /1 zintegrowany z lampą, lub 2 / po 1 –nym w stole i w stojaku (kolumnie)”. Posiadamy konstrukcję dwóch zawiesznień sufitowych w której na jednym zawieszeniu zamocowany jest kołpak rtg z lampą rtg a na drugim zawieszeniu sufitowym zamocowany jest cyfrowy detektor. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie takiego rozwiązania, które jest znacznie lepsze i bardziej funkcjonalne niż dopuszczony „Płaski detektor /flat panel/ /1 zintegrowany z lampą”.

Ad.31.

Nie dopuszczamy. Możliwość konfiguracji lampy z detektorem jest ściśle opisana w SIWZ.

32. Ze względu na specyfikę zamówienia, m.in. rozległe prace budowlane, prosimy o zmianę określenia terminu zakończenia całości zamówienia z „30.12.2009r.” na „60 dni od daty podpisania umowy”. Z obecnego określenia terminu zakończenia całości zamówienia wynika, że czas na wykonanie zamówienia może okazać się niewystarczający do pełnego zakończenia prac.

Biorąc pod uwagę konieczność spełnienia wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych pod kątem zachowania terminów oraz ewentualne protesty i odwołania wykonawców, termin podpisania umowy może się przesunąć nawet na koniec listopada, co spowoduje, że na wykonanie zamówienia pozostanie wykonawcy zaledwie jeden miesiąc.

W związku z powyższym prosimy jak na wstępie.

Ad. 32.

Nie wyrażamy zgody.

33. Dotyczy: §14 wzoru umowy

Nasze obawy co do określenia terminu zakończenia zamówienia są tym bardziej uzasadnione, że Zamawiający w przypadku niedotrzymania terminu umowy obciąży wykonawcę dotkliwymi karami - 20% wartości umowy brutto.

Dodatkowo w obecnym brzmieniu tego punktu, wykonawca ma zapłacić kary w wysokości liczonej od wartości całego zamówienia a nie od niewykonanej części zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o określenie kar proporcjonalnie do wartości niewykonanych prac i określenie go w następujący sposób :

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny ofertowej brutto niewykonanych prac.

Ad. 33.

Nie wyrażamy zgody

34. Dotyczy: §15 wzoru umowy

Prosimy o określenie kar umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto **niewykonanego zamówienia.**

Ad. 34.

Nie wyrażamy zgody

35. Czy w przypadku sprzętu komputerowego Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia potwierdzającego zgodność deklarowanych parametrów z wymogami Zamawiającego?

Ad. 35.

Tak, ale tylko dla sprzętu komputerowego nie będącego wyrobem medycznym, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r.

Podpisał

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO