

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 **wew. 266**

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP – 11p/2/ 09

09.10.2009r

.....  
.....  
**Dotyczy: rozstrzygnięcia protestów w przetargu nieograniczonym na Ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Zamawiający działając na podstawie art. 183 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) - tekst ujednolicony (zwanej dalej ustawą Pzp), po zapoznaniu się z treścią protestów:

z dnia 01.10.2009r. wniesionego przez firmę **TMS Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 84, 02 – 952 Warszawa. w dniu 31.09..2009r**

z dnia 01.10.2009r. wniesionego przez firmę przez **OK Medical Systems Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, ul. Piątkowska 161, 60 – 650 Poznań w dniu 31.09.2009r**

wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu / znak sprawy; **SzW-X-2416/ZP-11p/2/09/**, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**, postanawia:

- w części uwzględnić zarzuty Protestujących

**oraz**

- w części zarzuty Protestujących oddalić.

### **Pouczenie**

Protestującemu przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale 3 – *Odwołanie*, Dział VI „Środki ochrony prawnej” – Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

**Szczegółowe rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem**

**Załącznik nr 5**

**Aparat rtg cyfrowy dwustanowiskowy do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych.**

| L.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parametr oprotestowany                                                                                                             | Żądanie Protestującego                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cyfrowy wyświetlacz parametrów zdjęciowych: na konsoli i na korpusie lampy rtg (kV, mAs, czas) z przeniesieniem danych na zdjęcie. | <b>Wnosimy o zmianę:</b><br>Cyfrowy wyświetlacz parametrów zdjęciowych: na konsoli (kV, mAs, czas) z przeniesieniem danych na zdjęcie. |
| <p><b>ZARZUT FIRMY TMS Sp. z o.o.</b><br/><b>ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.</b></p> <p>Zamawiający dopuszcza Cyfrowy wyświetlacz parametrów zdjęciowych: na konsoli (kV, mAs, czas) z przeniesieniem danych na zdjęcie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| <b>III. Lampa rentgenowska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zasięg lampy rtg w poziomie, poprzecznie min. 229 cm,                                                                              | <b>Wnosimy o</b> modyfikację powyższego parametru na: Zasięg lampy rtg w poziomie poprzecznym min. 222 cm.                             |
| <p><b>ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.</b></p> <p>Zamawiający zmienia SIWZ w tym punkcie na: zasięg lampy rtg w poziomie, poprzecznie min. 222 cm. Jednocześnie Zamawiający zmienia sposób punktacji w tym parametrze na:<br/>222 cm – 0 pkt<br/>223-250 cm –10 pkt<br/>powyżej 250 cm –20 pkt</p> <p>Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia SIWZ w załączniku nr 5 Cz. III pkt 13 na: zasięg lampy rtg w poziomie, poprzecznie min. 222 cm. Jednocześnie Zamawiający zmienia sposób punktacji w tym parametrze na:<br/>222 cm – 0 pkt<br/>223-250 cm –10 pkt<br/>powyżej 250 cm –20 pkt</p> |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| <b>VI. Stacjonarny stół do zdjęć z ruchomym blatem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wysokość stołu w pozycji dolnej<br>≤ 65 cm                                                                                         | <b>Wnosimy o</b> umieszczenie punktacji w powyższym parametrze.                                                                        |
| <p><b>ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.</b></p> <p>Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ w tym parametrze</p> <p><b>Uzasadnienie:</b> Typowe wysokości stołu w aparatach rtg kostno-płucnych w pozycji dolnej oscylują w zakresie 60-70 cm. Punktując ten parametr Zamawiający będzie preferował tylko nielicznych producentów posiadających dolną granicę stołu na wysokości ok. 50cm. Dla Zamawiającego bardziej istotnym parametrem jest wysokość górna stołu związana z ergonomią pracy obsługi i bezpieczeństwem pacjenta.</p>                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wysokość stołu w pozycji górnej<br>≥ 84cm                                                                                          | <b>Wnosimy o</b> modyfikacje powyższego parametru na ≥82 cm                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                               |
| Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tym punkcie na: Wysokość stołu w pozycji górnej $\geq 82$ cm<br>Jednocześnie Zamawiający zmienia sposób punktacji w tym parametrze na:<br>82 cm – 0 pkt<br>83-90 cm – 20 pkt<br>powyżej 90cm – 30 pkt                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                               |
| Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia SIWZ w załączniku nr 5 Cz. VI pkt 4 na: Wysokość stołu w pozycji górnej $\geq 82$ cm<br>Jednocześnie Zamawiający zmienia sposób punktacji w tym parametrze na:<br>82 cm – 0 pkt<br>83-90 cm – 20 pkt<br>powyżej 90cm – 30 pkt                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                               |
| <b>VIII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Płaski detektor /flat panel/ /1 zintegrowany z lampą, lub 2 / po 1 –nym w stole i w stojaku (kolumnie)</b> | <b>Wnosimy o</b> doprecyzowanie powyższego parametru i określenie, co oznacza dla zamawiającego skrót „a-Si,„ |
| <b>ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                               |
| Skrót a-Si, to powszechnie stosowany zapis oznaczający technologię wykonania detektorów cyfrowych, użytego materiału – amorficznego krzemu. Producenci detektorów używają takiego zapisu w swoich danych, dostępnych min. na stronach www (np. Trixell, Canon).<br>Skrót a-Si (amorficzny krzem) jest także stosowany przez producentów matryc wyświetlaczy LCD (telewizory, komórki, monitory). |                                                                                                               |                                                                                                               |

## Załącznik nr 6

### Aparat rtg cyfrowy wielofunkcyjny z telekomando

| L.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parametr oprotestowany                                                                                                                    | Żądanie Protestującego                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II. Generator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Generator wysokoczęstotliwościowy (HF)</b>                                                                                             | <b>Wnosimy o</b> modyfikację w następujący sposób:<br>Generator o częstotliwości min. 100 kHz                                          |
| <b>ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.</b><br>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.<br><u>Uzasadnienie:</u> Uważamy, że dolna granicą częstotliwości w nowoczesnych aparatach zapewniającą znikome 2% dudnienia wysokiego napięcia jest częstotliwość 50kHz. Istnieje na rynku duża liczba aparatów z generatorami HF o częstotliwościach w zakresie od 50 do 200 i wyżej kHz.                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cyfrowy wyświetlacz parametrów zdjęciowych: na konsoli i na korpusie lampy rtg (kV, mAs, czas) z przeniesieniem danych na zdjęcie.</b> | <b>Wnosimy o zmianę:</b><br>Cyfrowy wyświetlacz parametrów zdjęciowych: na konsoli (kV, mAs, czas) z przeniesieniem danych na zdjęcie. |
| <b>ZARZUT FIRMY TMS Sp. z o.o.</b><br><b>ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.</b><br>Zamawiający dopuszcza Cyfrowy wyświetlacz parametrów zdjęciowych: na konsoli (kV, mAs, czas) z przeniesieniem danych na zdjęcie<br>Uzasadnienie: Ze względu na skopię – jako główną funkcję aparatu rtg z telekomando, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu z cyfrowym wyświetlaczem parametrów zdjęciowych: na konsoli (kV, mAs, czas) z przeniesieniem danych na zdjęcie. |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| <b>VI. Uniwersalny ścianka diagnostyczna (do zdjęć i prześwietleń) (podać oferowany model i producenta)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta bez ograniczeń min. 150 kg                                                              | <b>Wnosimy o</b> wprowadzenie punktacji za parametr „maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta bez ograniczeń min.             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 150 kg” (pkt VI. 13) adekwatnie do punktacji przydzielanej za „maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta 180 kg” – pkt VI.14. |
| <b>ZARZUT FIRMY TMS Sp. z o.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                       |
| Zamawiający zmienia sposób punktacji w tym parametrze na:<br>150 kg – 0 pkt<br>największa – 20 pkt<br>inne proporcjonalnie mniej<br>Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia sposób punktacji w załączniku nr 6 Cz. VI. pkt 13 na:<br>150 kg – 0 pkt<br>największa – 20 pkt<br>inne proporcjonalnie mniej |                                                              |                                                                                                                                       |
| <b>VII. Płaski detektor/flat panel/ wbudowany stacjonarnie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozdzielczość w trybie fluoroskopii cyfrowej min. 1420x 1420 | <b>Wnosimy o modyfikację na:</b><br>Rozdzielczość w trybie fluoroskopii cyfrowej min. 1024x1025                                       |
| <b>ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                                       |
| Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.<br><b>Uzasadnienie:</b> Wymóg rozdzielczości w trybie fluoroskopii cyfrowej nie jest wymogiem wygórowanym. Proponowaną przez Protestującego rozdzielczością charakteryzującą się aktualnie, użytkowane od wielu lat przez Zamawiającego, aparaty rtg                                                          |                                                              |                                                                                                                                       |

**Załącznik nr 7**

**UCYFROWIENIE APARATU BK – 12 – SYSTEM CR**

| <b>L.p.</b> | <b>PARAMETR</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2           | System składający się z:<br>- czytnika płyt obrazowych<br>- stacji technika współpracującej<br>- stacji lekarskiej diagnostyczno-opisowej<br>- kamery cyfrowej laserowej do wydruku suchego<br>- kaset z płytami obrazowymi | <b>Wnosimy o dopuszczenie termicznej technologii wydruku i zmianę zapisu na:</b><br>System składający się z:<br>- czytnika płyt obrazowych<br>- stacji technika współpracującej<br>- stacji lekarskiej diagnostyczno-opisowej<br>- kamery cyfrowej laserowej do wydruku suchego <b>lub innego równoważnego systemu wydruku</b><br>- kaset z płytami obrazowymi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZARZUT FIRMY TMS Sp. z o.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Zamawiający zmienia zapis w tym punkcie na:<br>System składający się z:<br>- czytnika płyt obrazowych<br>- stacji technika współpracującej<br>- stacji lekarskiej diagnostyczno-opisowej<br>- kamery cyfrowej laserowej do wydruku<br>suchego <b>lub innego równoważnego systemu wydruku</b><br>- kaset z płytami obrazowymi                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia SIWZ w załączniku nr 7 w pkt 2 na:<br>System składający się z:<br>- czytnika płyt obrazowych<br>- stacji technika współpracującej<br>- stacji lekarskiej diagnostyczno-opisowej<br>- kamery cyfrowej laserowej do wydruku<br>suchego <b>lub innego równoważnego systemu wydruku</b><br>- kaset z płytami obrazowymi |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Układ ładowania kaset $\geq 4$ kieszeniowy                                                                        | <b>Wnosimy o zmianę parametru na <math>\geq 2</math> kieszeniowy</b>                                                                                               |
| <b>ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Powyższy parametr nie dotyczy niniejszego postępowania. Brak takiego zapisu w SIWZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego                               | <b>Wnosimy o zrezygnowanie z tego wymagania w stosunku do urządzeń, które będą posiadać funkcjonalność zdalnego serwisowania.</b>                                  |
| <b>ZARZUT FIRMY TMS Sp. z o.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Zamawiający rezygnuje z powyższego wymagania w stosunku do urządzeń, które będą posiadać funkcjonalność zdalnego serwisowania.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| <b>Stacja technika CR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Możliwość rejestracji badania na dowolnej konsoli oraz otwarcie i kontynuowanie badania na dowolnej innej konsoli | <b>Wnosimy o zmianę:</b><br>Możliwość rejestracji badania na dowolnej konsoli oraz otwarcie i kontynuowanie badania na dowolnej innej konsoli lub inne rozwiązanie |
| <b>ZARZUT FIRMY TMS Sp. z o.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tym punkcie na: Możliwość rejestracji badania na dowolnej konsoli oraz otwarcie i kontynuowanie badania na dowolnej innej konsoli lub dopuszcza rozwiązanie w którym połączenie danych identyfikacyjnych płyt z danymi pacjenta i rodzajem badania odbywa się na stacji na której badanie będzie przez techników wstępnie przetwarzane                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| <b>Kamera cyfrowa laserowa z trzema formatami błon dostępnymi on-line</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Możliwość wielokrotnej zmiany formatów w świetle dziennym. Możliwość załadunku niepełnych opakowań filmów.        | <b>Wnosi o wykreślenie powyższego parametru i dopuszczenie do przetargu drukarki laserowej DICOM</b>                                                               |
| <b>ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ.<br><b>Uzasadnienie:</b> Za wyborem powyższego rozwiązania przemawiają względy ekonomiczne. Zamawiający wymaga, aby kamera cyfrowa posiadała możliwość załadunku niepełnych opakowań filmów w świetle dziennym. W przypadku zacięcia się filmu istnieje dalsza możliwość użytkowania niepełnego opakowania.                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego                               | <b>Wnosimy o zrezygnowanie z tego wymagania w stosunku do urządzeń, które będą posiadać funkcjonalność zdalnego serwisowania.</b>                                  |

**ZARZUT FIRMY TMS Sp. z o.o.**

Zamawiający rezygnuje z powyższego wymagania w stosunku do urządzeń, które będą posiadać funkcjonalność zdalnego serwisowania.

**ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.**

Dotyczy zarzutu w pkt 2.1.5 SIWZ: *...Zamawiający wyklucza możliwość zaferowania aparatury rentgenowskiej, dla której na główne podzespoły (odpowiednio dla aparatu: lampa, detektor, generator, stół, statyw) wystawiono oddzielne deklaracje zgodności i certyfikaty CE oraz dokonano oddzielnego zgłoszenia lub wpisu do Rejestru wyrobów medycznych...*

**Zamawiający nie wyraża zgody aby na główne podzespoły (odpowiednio dla aparatu: lampa, detektor, generator, stół, statyw) wystawiono oddzielne deklaracje zgodności i certyfikaty CE oraz dokonano oddzielnego zgłoszenia lub wpisu do Rejestru wyrobów medycznych.**

Zamawiający pragnie zakupić systemy cyfrowe rtg niebędące składakami od wielu podmiotów/producentów. Intencją zamawiającego jest posiadanie aparatów, których główne elementy takie jak: lampa, detektor, generator, stół, statyw, narażone najbardziej na uszkodzenia i zależne w działaniu aparatu od siebie (np. lampa i generator), posiadały wspólną certyfikację wyrobu medycznego. Gwarantuje to zamawiającemu uzyskanie produktu o wysokiej jakości, zapewniającego bezpieczeństwo pacjenta, pracy, funkcjonalność i kompatybilność sprzętu. W przypadku zaistnienia incydentu medycznego odpowiedzialność producentów poszczególnych elementów aparatu może być nie do ustalenia. Podobnie może być w przypadku awarii podzespołu z winy np. wadliwej pracy innego elementu pochodzącego od innego producenta –szczególnie istotne po okresie gwarancji. Wiele podmiotów projektuje kompletne urządzenia i takie poddaje procesowi certyfikacji na rynkach światowych. W przypadku składaków cały aparat jest tyle wart, ile jego najsłabsze ogniwo, kryterium wyboru podzespołów jest ich dostępność a nie optymalizacja i jakość wyrobu. Zamawiający, dokonując zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu RTG ma prawo oczekiwać zaferowania optymalnego urządzenia, zapewniającego wysoką jakość badań, bezpieczeństwo pacjenta, funkcjonalność i niską awaryjność.

**ZARZUT FIRMY OK MEDICAL Sp. z o.o.**

Dotyczy rozdziału 6 pkt 6.26 SIWZ i zestawienia parametrów granicznych i ocenianych (załącznik nr 5 pkt.I.6, załącznik nr 6, pkt. I.5)

**Wnosimy o:** wykreślenie powyższych zapisów z SIWZ, a także z załączników będących jej częścią.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Uzasadnienie:** Wymóg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane*, w swoim brzmieniu nie ogranicza Zamawiającego żądania niezbędnych dokumentów na potwierdzenie spełnienia określonych w SIWZ wymogów przedmiotowych, bowiem „Zamawiający może żądać w szczególności próbek, opisów lub fotografii”, a zatem jest to katalog otwarty, a wymagane przez Zamawiającego w SIWZ dokumenty służą tylko do weryfikacji merytorycznej złożonych ofert.

*Podpisał*

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO