

**SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY**  
***im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego***

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 42 / 09

~~~~~  
Łomża ,dn. 23.11.2009r.

.....  
.....

**Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawa tlenu skroplonego medycznego.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęło zapytanie od uczestnika postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

Zapewne Zamawiający wymaga, aby w dobie dostosowywania Szpitali do norm europejskich oferowany tlen medyczny spełniał wymagania Farmakopei Europejskiej, potwierdzone przez Ministra Zdrowia w Świadectwie Rejestracji produktu Leczniczego (zmiana z FP IV, PN-C-84911:97 na Farmakopea Europejska) oraz aby czystość tlenu medycznego wynosiła min. 99,5 % potwierdzona charakterystyką produktu.

Prosimy o wpisanie tego wymogu do SIWZ.

**Odp.:** Zamawiający wyjaśnia, że w związku z procesem dostosowawczym do wymogów unijnych będzie akceptował zarówno normę PN – C – 84911:97 wg FP IV jak i normę Farmakopei Europejskiej. Czystość tlenu wynika z w.w. norm.

Podpisał  
*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO