

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 44 / 09

~~~~~  
Łomża ,dn. 27.11.2009r.

.....

.....

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatu usg A/B i pachymetru do Oddziału Okulistycznego.

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

1. Dotyczy (aparat USG A/B, pkt.1)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z menu w języku angielskim?

Ad. 1. Tak dopuszczamy.

2. Dotyczy (aparat USG A/B, pkt.2)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z formułami: SRKT, Hoffera Q oraz Holladaya?

Ad. 2. Tak dopuszczamy.

3. Dotyczy (aparat USG A/B, pkt.2)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości usunięcia pojedynczego pomiaru z całego zakresu i ponowienie tego pomiaru w celu lepszego uśrednienia wyniku?

Ad. 3. Nie dopuszczamy.

4. Dotyczy (aparat USG A/B, pkt.3)

Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowaną kalibracją?

Ad. 4. Tak dopuszczamy.

5. Dotyczy (aparat USG A/B, pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość rozbudowy tylko o sondę 20 MHz?

Ad. 5. Tak dopuszczamy.

6. Dotyczy (aparat USG A/B, pkt.5)

Czy Zamawiający dopuści zmianę czułości nominalnej w zakresie 27-90 dB?

Ad.6. Tak dopuszczamy.

7. Dotyczy (aparat USG A/B, pkt.5)

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością wyboru prezentacji obrazu tylko w skali szarości ?

Ad. 7. Nie dopuszczamy

8. Dotyczy (aparat USG A/B, pkt.5)

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości dokonywania pomiarów powierzchni?

Ad. 8. Nie dopuszczamy.

9. Dotyczy (aparat USG A/B, pkt.5)

Co Zamawiający rozumie przez „ możliwość dynamicznego pomniejszenia, powiększenia i przesuwania obrazu podczas badania i po zamrożeniu min. w zakresie 0.5 x- 2.0x.”?

Ad. 9. Tak, jak w SIWZ.

10. Dotyczy (Pachymetr)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dokładnością +/- 5µm.

Ad. 10. Tak dopuszczamy.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych w ramach pakietu?

Ad. 11. Nie dopuszczamy.

12. Czy Zamawiający dopuści złożenie Instrukcji obsługi i DTR wraz dostawą urządzeń – nie zaś z ofertą – ze względu na obszerność tych dokumentów?

Ad. 12. Ze względu na obszerność w.w. dokumentów Zamawiający dopuszcza ich złożenie na nośnikach elektronicznych, np. CD.

13. Czy Zamawiający dopuści pachymetr z sondą 10 MHz i zakresem skanowania: 0,030 mm do 1.00 Mm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Ad. 13. Tak dopuszczamy.

Podpisał
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO