

# SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 46 / 09

~~~~~  
Łomża ,dn. 04.12.2009r.

.....  
.....

**Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę taśm do zabiegów operacyjnych pętlowego podwieszania cewki moczowej oraz systemów do przedniej i tylnej reperacji przepony moczowo płciowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

#### **1. Dotyczy Umowy – Paragraf 2 ust. 5**

Prosimy o wykreślenie z tego zapisu zdania: „Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Sprzedającego do odszkodowania”

**Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **2. Dotyczy Umowy – Paragraf 3 ust. 6**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

„Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości w trakcie trwania umowy, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 %”

*Wartość umowy powinna być tak określona, aby wykonawca wiedział i mógł oszacować wartość przedmiotu zamówienia. Potwierdził to m.in. wyrok KIO z 28 kwietnia 2008r., w którym stwierdzono: „Zamawiający określił tylko górną granicę swojego zobowiązania nie określając nawet minimalnej ilości czy wartości, która na pewno wyda na potrzeby realizacji zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 p.z.p., który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”.*

**Ad. 2 Paragraf 3 ust. 6 przyjmuje nowe brzmienie:**

„Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości w trakcie trwania umowy, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30 %.”

#### **3. Dotyczy Umowy – Paragraf 3 ust. 8**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu, gdyż stan majątkowy Kupującego może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

**Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **4. Dotyczy pakietu 2 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 1: Jednorazowego zestawu do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet i zaburzeń statyki dna macicy do uretropeksji przez otwór zasłonowy.

Parametry zestawu do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet:

- tuneler jednorazowy metalowy oraz dwie jednorazowe igły plastikowe z tępą bezpieczną końcówką
- taśma o długości minimum 50 cm
- taśma o szerokości do 0,8 cm
- taśma monofilamentowa
- taśma z polipropylenu

- długość igieł – 25 cm
- wkłucie metodą od zewnątrz do środka
- wielkość porów: 1,15 x 0,79 mm
- grubość: 0,37 mm

**Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **5. Dotyczy pakietu 2 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 2: Jednorazowego zestawu do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet i zaburzeń statyki dna macicy do uretropeksji załonowej.

Parametry zestawu do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet:

- tuneler metalowy jednorazowy z dwiema jednorazowymi plastikowymi igłami z tępą bezpieczną końcówką
- taśma o długości minimum 50 cm
- taśma o szerokości do 0,8 cm
- taśma monofilamentowa
- taśma z polipropylenu
- długość igieł – 25 cm
- wielkość porów: 1,15 x 0,79 mm
- grubość: 0,37 mm

**Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **6. Dotyczy Pakietu 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 1 jednorazowego zestawu do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składającego się z:

- taśmy bez plastikowej osłonki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkość oczek 0,7 x 0,7 mm , grubości taśmy 0,3 mm i gramaturze 28,4 g/m<sup>2</sup>
- jednego jednorazowego narzędzia do zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką od zewnątrz do środka

**Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **7. Dotyczy Pakietu 2 Poz.1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 2 Poz.1 jednorazowego zestawu do korekcji cystocele, składającego się z:

- jednorodnej, niewchłaniającej siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), wielkość oczek 0,7 x 0,7 mm , grubości siatki 0,3 mm i gramaturze 28,4 g/m<sup>2</sup> , kolor: biały
- jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in”.

**Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **8. Dotyczy Pakietu 2 Poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 2 Poz.2 jednorazowego zestawu do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy (rectocele), składającego się z:

- jednorodnej, niewchłaniającej siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 40x140 mm, wielkość oczek 0,7 x 0,7 mm , grubość siatki 0,3 mm i gramaturze 28,4 g/m<sup>2</sup> , kolor: biały
- jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki przez pośladki.

**Ad. 8. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **9. Dotyczy Pakietu nr 2 Części 1**

Czy zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym ofertę systemów do przedniej reparaacji dna miednicy o następującej charakterystyce produktu:

- System całkowicie jednorazowy, sterylny do naprawy defektów w obrębie kompartmentu przedniego, składający się z następującego zestawu:

Czterech igieł o średnicy 3mm, kodowanych kolorami oraz oznaczonych odpowiednio do strony przeprowadzenia przez ciało pacjentki z

ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi pewny uchwyt bez możliwości ślizgania się w wilgotnej rękawiczce chirurgicznej, jak to ma miejsce w przypadku rurek z tworzywa, o ostrzach wyprofilowanych spiralnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie z plastikowymi złączami taśm oraz

Implantu wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (powyżej 1500 mikronów) o grubości 0,39 mm, połączonego z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każde, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami.

**Ad. 9. Tak Zamawiający dopuszcza.**

#### **10. Dotyczy Pakietu nr 2 Części 2**

Czy zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym oferty systemu o następującej charakterystyce:

- System całkowicie jednorazowy, sterylny do naprawy defektów w obrębie kompartamentu środkowego i tylnego, składający się z następującego zestawu:
  - Dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, oznaczonych odpowiednio do strony przeprowadzenia przez ciało pacjentki z ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi pewny uchwyt bez możliwości ślizgania się w wilgotnej rękawiczce chirurgicznej, jak to ma miejsce w przypadku rurek z tworzywa, o ostrzach łukowato wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie z plastikowymi złączami taśm oraz
  - Implantu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach około 5x13 cm o dużych porach (powyżej 1500 mikronów) o grubości 0,39 mm, połączonego z dwiema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i szerokości 1,1 cm każda, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami.

**Ad. 10. Tak Zamawiający dopuszcza.**

#### **11. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1:**

- 30 szt. taśm do zabiegów operacyjnych pętlowego podwieszania cewki moczowej, polipropylenowych, monofilamentowych, jednorodnych, niewchłaniających, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm,  
oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji w/w taśm ?

**Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **12. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 1:**

- 20 szt. systemów do przedniej reoperacji przepony moczowo- pętlowej, składający się z: siatki jednorodnej, niewchłaniającej o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość 84 %, długość 30 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), bez kaniul, kolor biały,  
oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji w/w systemów ?

**Ad.12. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **13. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 2:**

- 10 szt. systemów do tylnej reoperacji przepony moczowo- pętlowej, składający się z: siatki jednorodnej, niewchłaniającej o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość 84 %, długość 30 cm, wysokość implantu 12 cm, bez kaniul, kolor biały,  
oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji w/w systemów ?

**Ad.13. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Podpisał  
**DYREKTOR**  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

