

# SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 32p / 09

~~~~~  
Łomża ,dn. 21.12.2009r.

.....  
.....

**Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę filtrów oddechowych oraz rurek tracheostomijnych z ruchomym szyldem.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

## **1. Dotyczy Pakietu nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o wadze niżej tj. 17g (Zamawiający wymaga 30 g +/-25 %)?

**Ad. 1. Tak Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy o wadze niższej niż określono w SIWZ pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wymaganych.**

## **2. Dotyczy Pakietu nr 3**

Zgodnie z Dyrektywą Europejską i Prawem Farmaceutycznym jednorazowe produkty nieinwazyjne stosowane w terapii oddechowej jak min. filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci należą do klasy czystości II a więc nie muszą być sterylne, a mikrobiologicznie czyste.

Z uwagi na powyższe czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie filtra oddechowego antybakteryjnego i antywirusowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci pakowanego pojedynczo mikrobiologicznie czystego?

**Ad.2. Zamawiający zgadza się na zaoferowanie filtrów mikrobiologicznie czystych pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

## **3. Dotyczy wzoru umowy:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu: „W przypadku braku zapotrzebowania Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru w granicach 20% w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do umowy”.

**Ad.3. Odpowiedź zawarta jest w pytaniu nr 10.**

## **4. Dotyczy wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki.

**Ad.4. Nie wyrażamy zgody.**

## **5. Dotyczy wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki.

**Ad.5. Nie wyrażamy zgody.**

## **6. Dotyczy Pakietu nr 1 oraz Pakietu nr 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie jakiej przestrzeni martwej Zamawiający wymaga w filtrach opisanych w pakiecie numer 1 oraz nr 2.

**Ad.6. Zamawiający wskazał w SIWZ jakie parametry są dla niego ważne i jakich oczekuje od Wykonawców.**

## **7. Dotyczy Pakietu 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów z zakresem objętości oddechowej 50 – 900 ml?

**Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego filtra.**

## **8. Dotyczy umowy & 2 ustęp 5**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest nieodpowiedniej jakości Sprzedający, w ciągu 10 dni roboczych dokona jego wymiany na towar o odpowiednich parametrach gdy uzna reklamację. Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Sprzedającego do odszkodowania”.

**Ad.8. Nie wyrażamy zgody.**

## **9. Dotyczy umowy & 3 ustęp 6**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości, będących przedmiotem zamówienia, w trakcie trwania umowy, jednak zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20%”

**Ad.9. & 3 ust 6 przyjmuje nowe brzmienie:**

**„Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości w trakcie trwania umowy, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30 %.”**

## **10. Dotyczy umowy:**

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

**Ad. 10. Każdy pakiet jest związany ze wzorem załączonej umowy.**

## **11. Dotyczy Pakietu 1, 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych o objętości oddechowej 150-1000 ml. Pragniemy nadmienić, iż jest to typowa objętość oddechowa przy wymaganej przez zamawiającego wadze filtra.

**Ad. 11. Proponowany zakres objętości zawarty jest w wymaganym zakresie.**

## **12. Dotyczy Pakietu 1**

Czy filtry oddechowe elektrostatyczne mają posiadać przestrzeń martwą maksymalnie 30 ml?

**Ad. 12. Wymogi Zamawiającego określa opis przedmiotu zamówienia.**

## **13. Dotyczy Pakietu 2**

1. Czy filtry oddechowe mają posiadać przestrzeń martwą maksymalnie 35 ml?

2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego z celulozową membraną spełniającą funkcję wymiennika ciepła i wilgoci o parametrach: nawilżaniu 31,6 mg H<sub>2</sub>O, czyli większym i tym samym najlepszym niż wymagany przy VT=500 ml, oraz objętości oddechowej : Vt 300-1200ml i wadze 38 g. Są to typowe parametry dla dorosłych pacjentów.

3. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego z celulozową membraną spełniającą funkcję wymiennika ciepła i wilgoci o parametrach: nawilżaniu 31,7 mg H<sub>2</sub>O- czyli większym i tym samym lepszym niż wymagany, przy VT=250 ml, oraz objętości oddechowej V<sub>t</sub> 150-1000 ml i wadze 23 g. Ten filtr posiada parametry zabezpieczające oddechowo dzieci i dorosłych o niższej wadze.

**Ad. 13. Wymogi Zamawiającego określa opis przedmiotu zamówienia.**

#### **14. Dotyczy Pakietu 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjnego i antywirusowego. **Skuteczność przeciwbakteryjna: 99,9999 %** , p/wirusowa:99,999 %.Przestrzeń martwa: **26 ml** przy złączu prostym i **27 ml** przy złączu kolankowym, opory przepływu: 2,1 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min. Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml. Przeznaczony dla dorosłych i dzieci od objętości oddechowej V<sub>t</sub> 150-1000 ml. Waga **21 g**(złącze proste), **22 g** (złącze kolankowe) W razie odmownej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci. **Skuteczność przeciwbakteryjna: 99,99999 %**, p/wirusowa:99,999 %. Przestrzeń martwa: **35 ml** przy złączu prostym i **38 ml** przy złączu kolankowym, opory przepływu: 1,8 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min. Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml. Przeznaczony dla dorosłych i dzieci od objętości oddechowej V<sub>t</sub> 150-1000 ml. Waga **31 g**(złącze proste), **32 g** (złącze kolankowe).

**Ad. 14. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie proponowanych filtrów.**

#### **15. Dotyczy Pakietu 4**

Czy pod pojęciem „rurki tracheotomijne z ruchomym szyldem” Zamawiający rozumie płynne (nieskokowe) przesuwanie ramki dające możliwość dostosowania do pacjenta ?

**Ad. 15. Tak Zamawiający miał na myśli taką konstrukcję rurki.**

Podpisał  
*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO