

# SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP - 11p/3/ 09

~~~~~  
Łomża ,dn. 13.01.2010r.

.....  
.....

Dotyczy: **Postępowania przetargowego na ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca reagował na wszelkie dyspozycje i uwagi ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego. Z uwagi na lakoniczność i nieprecyzyjność zapisu prosimy o skonkretyzowanie rozumienia (istoty) tego zapisu i określenie: okresu w jakim obowiązek ten ma działać, czego uwagi mogą dotyczyć, na czym ma polegać reagowanie wykonawcy etc.

**Ad. 1. Dotyczy prawidłowej realizacji inwestycji, uwag i zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, zaleceń producenta, przepisów i norm prawnych, oraz przyjętych obowiązków, wynikających z zawartej umowy, dotyczące właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 58 dni?

**Ad. 2. Wykonawca wycofał zapytanie.**

3. Zamawiający zawarł zapis, że wykonawca może zlecić wykonanie części prac związanych z przedmiotem umowy podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zapis ten nie jest w pełni zgodny z przepisami. Zamawiający nie może bowiem nie wyrazić zgody na zlecenie wykonania części prac związanych z przedmiotem umowy podwykonawcy. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie przytoczonego zapisu lub alternatywnie na zmianę na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na powierzenie danego zakresu prac podwykonawcy określonego w umowie wykonawcy z podwykonawcami”.

**Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie i zmianę tego zapisu.**

4. Zamawiający zawarł zapis, że zapłaci wynagrodzenie za roboty wykonane przez poddostawców po przedstawieniu dowodu zapłaty podwykonawcom za roboty objęte umową z wykonawcą. Zamawiający w tym zapisie uzależnia zapłatę wynagrodzenia wykonawcy od przedstawienia dowodu zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Powyższe postanowienia w sposób sprzeczny z prawem ingerują w zasadę

swobody umów zawieranych pomiędzy wykonawcą i jego podwykonawcami. Wykonawca nie musi ustanawiać terminów płatności podwykonawcom jako wcześniejszych niż otrzymane płatności od zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

**Ad. 4. Zamawiający nie ingeruje w umowę pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Ma na uwadze przepis art. 647 Kodeksu Cywilnego, który dotyczy wyłącznie robót budowlanych. Zamawiający nie wykreśli tego zapisu z projektu umowy.**

5. Zamawiający zastrzega, że nie będzie miał żadnych zobowiązań finansowych związanych z realizacją umowy w stosunku do podwykonawcy. Przepis ten jest niedopuszczalny w świetle treści artykułu 647 § 5 i 6 KC, który to przepis stanowi:

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§ 6. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w niniejszym artykule, są nieważne.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

**Ad. 5. Zamawiający ma na myśli wyłącznie umowy o roboty budowlane i nie wykreśli tego zapisu z projektu umowy.**

6. Zamawiający wymaga zapewnienia niezakłóconej pracy w budynku szpitala podczas wykonywania zadania przez wykonawcę. Czy Zamawiający dopuści zmianę treści tego zapisu i nadanie mu brzmienia: "Wykonawca zobowiązuje się, w porozumieniu z Zamawiającym, do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie została zakłócona praca w budynku Szpitala"?

**Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy. W programie funkcjonalno-użytkowym został ten problem opisany szczegółowo.**

7. Dotyczy § 13 ust. 1 pkt 1 i 3 Załącznika nr 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia do umowy w przypadku nie przystąpienia lub zaniechania przez okres 14 dni realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może skorzystać z zastrzeżonego uprawnienia także wówczas, gdy wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy z powodu okoliczności, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Zamawiającemu w przypadku, gdy wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającym okres 14 dni. Dotyczy to także okoliczności, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym także z powodu przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie powyższych terminów do 30 dni oraz zmianę zapisów w taki sposób, aby prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy uzależnione było wyłącznie od „przyczyn zawinionych przez wykonawcę”.

**Ad. 7. Zamawiający zastrzegł prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.**

8. Dotyczy § 14 Załącznika nr 10

Zamawiający zawarł zapis, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% ceny ofertowej brutto i pokryje wzrost kosztów kontynuowanych prac będący wynikiem różnicy pomiędzy kosztorysem (brutto) na realizację przedmiotu

umowy, w zakresie części niezrealizowanej a kosztorysem ofertowym (brutto) przedstawionym przez nowego Wykonawcę.

Prosimy jak w punkcie wyżej o ograniczenie odpowiedzialności wyłącznie do przyczyn zawinionych przez wykonawcę.

Skoro w przepisie tym jest mowa o kosztorysie na realizację przedmiotu umowy, to z jakim wynagrodzeniem mamy do czynienia ( kosztorysowym, czy ryczałtowym )? Czy Zamawiający nie widzi sprzeczności pomiędzy zapisami o kosztorysie a zapisami o stabilności cen przez cały okres trwania umowy? Czy biorąc powyższe pod uwagę nie zachodzi konieczność wyeliminowania zaistniałych niejasności i zmiany przepisów regulujących kwestie związane z kosztami i wynagrodzeniem?

**Ad. 8. Zamawiający ma na uwadze ewentualność, kiedy nowy wykonawca, kontynuowałby nie zakończone prace po cenie ofertowej wyższej od oferowanej przez pierwszego wykonawcę. Pisząc o kosztorysie, Zamawiający ma na uwadze wynagrodzenie, za część zamówienia dotyczącą jedynie adaptacji pomieszczeń. Kwota zamówienia to kwota ryczałtowa.**

9. Dotyczy § 15 i §19 Załącznika nr 10

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapłacił Zamawiającemu kary umowne za:

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (cena ofertowa) za każdy dzień opóźnienia (liczone od terminu zakończenia zadania)

2) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości wadliwie wykonanego przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od upływu obustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wad.

2. Wykonawca w przypadku niedotrzymania terminów płatności przez Zamawiającego może naliczać odsetki w wysokościach ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać na rzecz osób trzecich – cesji uprawnień i obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy, w tym wierzytelności

oraz aby Wykonawca ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom fizycznym lub prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

Prosimy, zatem o ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy do okoliczności zawinionych przez niego i zwolnienie go od odpowiedzialności za okoliczności, za które nie ma wpływu i wpływu mieć nie może. Aktualna regulacja jest regulacją zbyt daleko idącą i nakładającą na Wykonawcę zbyt daleko idące obowiązki, na które nie ma on jakiegokolwiek wpływu

**Ad. 9. Jak w odpowiedzi na zapytanie nr 4 - za działania podwykonawców wobec Zamawiającego odpowiada Wykonawca.**

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego, na jego wniosek, wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów instalowanych wyrobów objętych przedmiotem zamówienia, wydając mu w tym celu właściwe dokumenty. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji. Czy obowiązek przeniesienia na Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów instalowanych wyrobów objętych zamówieniem jest równoznaczny z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji? Jeśli tak, to dlaczego nie zamieszczono stosownego zapisu w tej kwestii? Jeśli nie, to czy nie zachodzi naruszenie zasady, że gwarancja Wykonawcy nie powinna obejmować produktów, na które gwarancji udzielił inny podmiot? Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

**Ad. 10. Stroną dla Zamawiającego z tytułu wszelkich roszczeń gwarancyjnych, wynikających z udzielonej gwarancji, będzie wyłącznie Wykonawca.**

11. Zamawiający wymaga, aby monitory diagnostyczne były objęte 36-cio miesięczną gwarancją. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu do 24 miesięcy?

**Ad. 11. Zamawiający wyraża zgodę na 24 miesięczną gwarancję na monitory diagnostyczne i jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w załączniku nr 9 pkt. 1 ppkt 3 na: „Okres gwarancji pełnej (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń): monitory diagnostyczne min 24 m-ce”**

12. Zamawiający wymaga, aby po okresie gwarancji czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy wynosił 2 dni robocze. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku wykupienia umowy serwisowej czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy - 24 godziny w dni robocze ”?

**Ad. 12. Nie wyrażamy zgody.**

13. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia wynosił w okresie gwarancji 3 dni robocze. Czy Zamawiający wyrazi zgodę dopisanie: „(...) a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych”?

**Ad. 13. Tak, dopuszczamy.**

14. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia wynosił po okresie gwarancji 5 dni roboczych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku wykupienia umowy serwisowej maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia będzie wynosił do 5 dni roboczych”?

**Ad. 14. Nie wyrażamy zgody.**

15. Zamawiający zawarł zapis: „Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji – 3 dni robocze” Prosimy o wydłużenie tego okresu do 5 dni.

**Ad. 15. Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w załączniku nr 9 pkt. 5 na: „Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji – 5 dni robocze”**

16. Zamawiający wymaga dołączenia DTR-ki. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie „(...) lub dokumentu mającego zbliżony zakres informacji”?

**Ad. 16. Tak dopuszczamy. Zbliżony zakres informacji DTR, powinien zawierać wszystkie parametry techniczne i wymogi instalacyjno – montażowe, oferowanego sprzętu i aparatury medycznej.**

17. Zamawiający wymaga kontynuacji produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat. Każdy z producentów w celu zapewnienia jak najlepszej jakości swoich towarów poprzez wprowadzanie najnowszych rozwiązań technologicznych co pewien okres czasu wycofuje starsze modele aparatów zastępując je nowymi. Równocześnie kupujący mają zagwarantowaną dostępność do części zamiennych przez co najmniej 10 lat. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu?

**Ad. 17. Nie, Zamawiający pragnie zakupić sprzęt najnowszej generacji, a powyższe Zamawiający uwzględnił w zapisie „ lub jego wersji rozwojowej”.**

18. Zamawiający wymaga, aby podać koszt zakupu lampy RTG dla każdego typu oferowanego aparatu. Prosimy o zmianę zapisu na: „Koszt zakupu lampy RTG dla każdego typu oferowanego aparatu na dzień składania ofert”. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający wymaga 36 miesięcznego okresy gwarancji właśnie m. in. na lampy RTG trudno zagwarantować stałość cen po takim okresie.

**Ad.18. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – wymóg ten jest ujęty w załączniku nr 9 pkt 13.**

19. Zamawiający wymaga zaoferowania oprogramowania do kontroli jakości. Powyższe oprogramowanie jest stosowane w przypadku użytkowania systemu analogowego aparatu RTG w połączeniu z ciemnią automatyczną. Z uwagi na przedmiot zamówienia, którym są systemy cyfrowe wymóg dostarczenia oprogramowania nie bezzasadny, ponieważ to oprogramowanie archiwizuje wyniki ciemni automatycznej. Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie tego wymogu.

**Ad. 19. Tak jak w SIWZ.**

20. Prosimy o potwierdzenie, że wymogi dotyczące warunków serwisu oraz DTR-ki, dokumentacji technicznej, szkoleń nie dotyczą wyposażenia dodatkowego.

**Ad. 20. Wymienione wymagania nie dotyczą wyposażenia dodatkowego tj. higrotermometru, znacznika minutowego i fartuchów ochronnych**

21. Zamawiający wymaga zagwarantowania dostępności części zamiennych przez min. 10 lat licząc od daty sprzedaży urządzenia oraz możliwości zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. Z uwagi na szybki postęp technologiczny w dziedzinie informatyki prosimy o odstąpienie od powyższego wymogu w odniesieniu do komputerów.

**Ad. 21. Dopuszczamy w odniesieniu do komputerów 5 lat.**

22. Zamawiający wymaga w Załączniku nr 8 pkt. 20 wpisu do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracji zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. Biorąc pod uwagę zapis w SIWZ pkt 2 ppkt 2.1.4 mówiący o tym, że w przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiału, sprzętu niebędącego wyrobem medycznym Zamawiający wymagać będzie posiadania i dostarczenia na etapie realizacji zamówienia dokumentu potwierdzającego iż użyte materiały i sprzęt posiadają deklaracje zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz fakt iż wymóg dotyczy stacji do rejestracji pacjenta, która nie jest wyrobem medycznym ponieważ jest to zwykły komputer PC z obsługa modułu rejestracji pacjenta, który nie posiada żadnej funkcji diagnostycznej Zamawiający zrezygnuje z wymogu wpisanego w Załączniku nr 8 w pkt 20 na rzecz dostarczenia na etapie realizacji zamówienia dokumentu potwierdzającego iż użyte materiały i sprzęt posiadają deklaracje zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej?

**Ad. 22. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z pkt 2 ppkt 2.1.4. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę sprzętu niebędącego wyrobem medycznym wymienionym w załączniku nr 8 – stacji do rejestracji pacjentów – Zamawiający wymagać będzie, na etapie składania ofert, przedłożenia deklaracji zgodności i oznakowania znakiem CE.**

23. W związku z zawłościami w Załączniku nr 9 pkt 8 czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu w przedmiotowym postępowaniu tak, aby przyjął on brzmienie: „Okres gwarancji na nowo zainstalowaną lampę/detektor w okresie gwarancji biegnie do końca pierwotnej gwarancji, jednak nie krócej niż 12 miesięcy”, w przypadku wymiany podzespołu na nowy w okresie gwarancji biegnie do końca pierwotnej gwarancji, jednak nie krócej niż 6 miesięcy”?

**Ad. 23. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.** Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z Załącznikiem nr 9:

pkt.1. dotyczy okresu pełnej gwarancji na wszystkie oferowane urządzenia zgodnie z podanymi zapisami w tym punkcie

pkt. 2. dotyczy okresu pełnej gwarancji na prace budowlane i instalacyjne zgodnie z podanymi zapisami w tym punkcie

pkt. 8 dotyczy okresu gwarancji na wymienione podczas napraw części zamienne – jest on i spójny z zapisami pkt. 1 i 2 w zakresie całego okresu gwarancji i dodatkowo zawiera zapis, iż w przypadku wymiany części zamiennej: podzespołu/ lampy rtg/detektora w terminie krótszym niż 6/12/12 m-cy przed końcem gwarancji, okres gwarancji na w/w części zamienne nie może być krótszy niż 6/12/12 m-cy. Zamawiający w ten sposób pragnie zabezpieczyć się przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów w przypadku, gdyby np. lampa rtg została wymieniona w ostatnim miesiącu trwania gwarancji, a uległa uszkodzeniu (nie z winy Zamawiającego) po 2 miesiącach (np. wada fabryczna). Brak takiego zapisu skutkowałby ponoszeniem kosztów wymiany przez Zamawiającego, co byłoby niespójne z zapisami odnośnie wymogów wymiany części po okresie gwarancji (zawartych w w/w punkcie) i z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający uważa, iż zapisy w postępowaniu są spójne z w/w interpretacją, a dodatkowo zostały w tym przetargu uszczegółowione, ze względu na pojawiające się ze strony potencjalnych oferentów zapytania w tej kwestii.

24. Zamawiający w załączniku nr 9 w punkcie 20 dopuszcza dołączenie do oferty instrukcji obsługi i instrukcji serwisowej w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym. W przedmiotowym postępowaniu w treści SIWZ i wykazie wymaganych dokumentów nie został umieszczony zapis mówiący o konieczności dołączenia do oferty w/w dokumentów. Z uwagi na fakt, że w teraźniejszym postępowaniu Zamawiający zrezygnował z powyższego wymogu prosimy o wykreślenie w punkcie 20 Załącznika nr 9 słów: „(...)” Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty instrukcji obsługi i instrukcji serwisowej w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym np. płycie CD”

**Ad. 24. Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty instrukcji obsługi i instrukcji serwisowej – nie jest to wymóg.**

25. Zamawiający wymaga dołączenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta do dystrybucji, sprzedaży i serwisu oferowanego sprzętu (autoryzacja producenta). Czy Zamawiający?

- a) Potwierdzi, że powyższy wymóg dotyczy wyłącznie sprzętu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?
- b) Nie będzie wymagał powyższego dokumentu w odniesieniu do wyposażenia dodatkowego?
- c) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wykonawcę, który posiada powyższy dokument wystawiony przez firmę utworzoną przez producenta dla reprezentowania jego interesów na terenie Polski?

**Ad. 25.**

- a) TAK

- b) **TAK, Zamawiający nie będzie wymagał**
- c) **TAK.**

26. Dotyczy §9 ust.3 umowy – Skoro §1 oraz §2 w sposób wyczerpujący określają zakres zadań i czynności Wykonawcy, to czy chcąc uniknąć rozbieżności w interpretacji zapisu §9 ust.3, nie należy zmienić jego treści i nadać mu brzmienie: - „W kwocie wymienionej w ust.1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, określonego w §1 oraz §2 niniejszej umowy”?

**Ad. 26. Zamawiający nie wyraża zgody.**

27. Dotyczy §10 ust.3 umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu §10 ust.3 i nadanie mu brzmienia: „Strony dopuszczają możliwość częściowego fakturowania wykonanych i odebranych komisyjnie etapów realizacji przedmiotu umowy stanowiących techniczną i funkcjonalną całość”?

**Ad. 27. Zamawiający nie wyraża zgody.**

28. Dotyczy §13 umowy – Czy mając na uwadze fakt, że umowa winna chronić interesy obu stron i winna być oparta na zasadzie równouprawnienia, Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie, jako ust.3, zapisu o treści: „Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Zamawiającego zobowiązań umownych lub jego braku reakcji na pisemne uwagi Wykonawcy”?

**Ad. 28. Zamawiający nie wyraża zgody.**

29. Dotyczy §13 ust.3 umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §13 ust.3 i nadanie mu brzmienia: „Odstąpienie od umowy może nastąpić również w przypadku zajęcia majątku lub jego znacznej części w postępowaniu egzekucyjnym, ogłoszenia upadłości lub likwidacji Strony”?

**Ad. 29. Zamawiający nie wyraża zgody.**

30. Dotyczy §18 ust.2 umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §18 ust.2 i nadanie mu brzmienia: „W przypadku, gdy przedmiot umowy będzie posiadał trwale wady, pozwalające jednak na użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie wynagrodzenia, stosownie do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej”?

**Ad. 30. Zamawiający nie wyraża zgody.**

31. Dotyczy §22 umowy – Przepis ten reguluję tę sama materię co §15 ust.3. Któryś ze wskazanych przepisów należy wykreślić, albowiem jeden z nich jest zbędny.

**Ad. 31. Zamawiający nie wyraża zgody.**

32. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 10 ust 6 na „Odpowiedzialność za przedmiot umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą fizycznego odbioru sprzętu po dostawie i przed uruchomieniem”?

**Ad. 32. Zamawiający nie wyraża zgody.**

33. Czy wymóg posiadania Certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikującą opisany w SIWZ w punkcie 2.1.4 i zał. nr 8 punkt 240 dotyczy także systemu informatycznego PACS/RIS?

**Ad.33. Zamawiający wyjaśnia, że dla sprzętu komputerowego, oprogramowania medycznego oraz urządzeń opisanych w załączniku nr 8 wymaga „wpisu do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracji zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą**

*93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych lub certyfikatu CE właściwego dla urządzeń, oprogramowania medycznego stwierdzającego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC ”.*

**Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje SIWZ w załączniku nr 8 pkt 240 na: *wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych lub certyfikat CE właściwy dla urządzeń, oprogramowania medycznego stwierdzającego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC ”.***

**34.** Czy w celu weryfikacji zgodności oferty Wykonawcy z wymogami Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawców dołączenia do oferty wersji demonstracyjnej oferowanego systemu informatycznego?

**Ad.34.** Tak jak w SIWZ.

**35.** Czy wymóg posiadania Certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikującą opisany w SIWZ w punkcie 2.1.4 i zał. nr 8 punkt 205 dotyczy także serwera PACS?

**Ad.35.** **Zamawiający wyjaśnia, że dla sprzętu komputerowego, oprogramowania medycznego oraz urządzeń opisanych w załączniku nr 8 wymaga „wpisu do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracji zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych lub certyfikatu CE właściwego dla urządzeń, oprogramowania medycznego stwierdzającego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC ”.**

**Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje SIWZ w załączniku nr 8 pkt 205 na: *wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych lub certyfikat CE właściwy dla urządzeń, oprogramowania medycznego stwierdzającego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC ”.***

**36.** Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w aparacie rtg cyfrowym wymaga 3 kratek przeciwrozproszeniowych?

**Ad. 36.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**37.** Informujemy że wycofujemy pytanie nr 2 zadane w dniu 23.12.2009r. i zastępujemy je pytaniem o następującej treści: Czy Zamawiający biorąc pod uwagę szeroki zakres robót budowlanych oraz konieczność uzyskania zezwolenia Sanepidu wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 90 dni? Ewentualnie prosimy o wyznaczenie dogodnego dłuższego niż wymagany w SIWZ terminu dostawy?

**Ad. 37.** Nie wyrażamy zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**38.** Czy w sytuacji, gdy okaże się, że istniejąca wentylacja jest sprawna i nie wymaga zmiany, szpital udostępni oryginalny projekt wentylacji?

Projekt wentylacji jest niezbędny do złożenia łącznie z projektem osłon stałych w Wojewódzkiej

Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

**Ad. 38.** Zamawiający udostępni posiadaną archiwalną dokumentację projektową wentylacji

**39.** Zamawiający, w SIWZ zawarł zapis: "(...) dołączyć do oferty oryginalne materiały producenta potwierdzające oferowane parametry techniczne oferowanych typów aparatów rtg

oraz sprzętu i systemów informatycznych".

W załączniku nr 5 i 6 ten warunek jest zawarty w warunkach ogólnych, przez co rozumiemy, że należy potwierdzić wszystkie parametry zawarte w tych załącznikach, natomiast w załączniku nr 7 i 8 taki sam zapis znajduje się tylko pod niektórymi wymogami technicznymi. Czy Zamawiający, zatem wymaga potwierdzeń jedynie tych parametrów w załączniku nr 7 i 8 pod którymi znajduje się w/w zapis?

**Ad. 39. Tak**

**40.** Zamawiający w SIWZ zawarł zapis: „(...)dołączyć do oferty oryginalne materiały producenta potwierdzające oferowane parametry techniczne oferowanych typów aparatów rtg oraz sprzętu i systemów informatycznych, czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie z tego wymogu sprzętu, systemów informatycznych? Każda tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca sprzętu, systemów informatycznych jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie powyższymi dokumentami potwierdzić zgodności wszystkich deklarowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego.

**Ad. 40. Zamawiający wyraża zgodę tylko w odniesieniu do systemów informatycznych.**

**41.** Zamawiający w SIWZ zawarł zapis: „(...)dołączyć do oferty oryginalne materiały producenta potwierdzające oferowane parametry techniczne oferowanych typów aparatów rtg oraz sprzętu i systemów informatycznych, czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie z tego wymogu wyposażenia dodatkowego aparatów RTG. Zamawiający nie doprecyzował żadnych wymogów technicznych w wyposażeniu dodatkowym pozostawiając to w gestii wykonawcy, dlatego trudno będzie potwierdzić np. Listwę przepięciową czy też higrotermometr. Wykonawca potwierdza, że dostarcza tego rodzaju wyposażenie wpisując słowo TAK w wartości oferowanej tabeli technicznej. Prosimy zatem o rezygnację z powyższego wymogu w stosunku do wyposażenia dodatkowego aparatów RTG.

**Ad. 41. Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do wyposażenia dodatkowego tj. higrotermometru, środków ochrony osobistej, listwy przepięciowej, znacznika minutowego do urografii.**

**42.** Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna to czy Zamawiający zgodzi się na to aby potwierdzenia parametrów na sprzęt, systemy informatyczne oraz wyposażenie dodatkowe aparatów RTG (czyli między innymi, komputery, monitory, zasilacze które są ogólnie dostępne w dużych nawet sieciach handlowych oraz serwer który jest konfigurowany na indywidualne potrzeby Zamawiającego, itp.) były potwierdzone innymi materiałami firmowymi lub poprzez dołączanie oświadczeń przedstawicieli producenta, dystrybutora oraz wykonawcę.

**Ad. 42. Jak wyżej**

**43.**Pyt dot. Załącznika nr 7 do SIWZ, Stacja diagnostyczna-lekarska – 1 szt. pkt 98, oraz Załącznika nr 8 do SIWZ pkt 4, *jasność i kontrast monitorów*

Powyższe zapisy wymagają dostarczenia monitorów o jasności min. 1000 cd/m<sup>2</sup> i kontraście min. 850:1 – co wskazuje jednoznacznie na jednego producenta monitorów diagnostycznych. Tymczasem w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, w załączniku nr 8 minimalne wymagania odnośnie kontrastu monitorów medycznych wynoszą 100:1 a wymagania odnośnie jasności wynoszą 200 cd/m<sup>2</sup>.

Wnosimy zatem o dopuszczenie innych producentów poprzez modyfikację zapisów dotyczących monitora w pkt. 98 Załącznika nr 7 oraz w pkt. 4 Załącznika nr 8 na: monitory o jasności min. 900 cd/m<sup>2</sup>

kontrast min. 700:1.

**Ad. 43. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ**

**44.** Pyt dot. Załącznika nr 8 pkt 214: „Środowisko przeznaczone do tworzenia, wdrażania i zarządzania bazodanowymi aplikacjami HTML oraz serwerami stron WWW”

**Wnosimy o:**

- wykreślenie tego punktu lub

- modyfikację treści tego punktu na:

„Środowiska przeznaczonego do tworzenia, wdrażania i zarządzania bazodanowymi aplikacjami HTML, oraz serwerami stron na produkcyjnym serwerze systemu RIS/PACS i/lub na osobnym serwerze dostarczonym dodatkowo przez Oferenta.”

**Ad. 44. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść SIWZ w zał. nr 8 pkt 214 nadając mu brzmienie: „Środowisko przeznaczone do tworzenia, wdrażania i zarządzania bazodanowymi aplikacjami HTML, oraz serwerami stron na produkcyjnym serwerze systemu RIS/PACS i/lub na osobnym serwerze dostarczonym dodatkowo przez Oferenta”**

**45.** Pyt dot. Załącznika nr 8 pkt 219: „Inteligentna alokacja zasobów systemu – system umożliwia administratorowi bazy danych wydzielanie czasu procesora dla poszczególnych aplikacji. „

**Wnosimy o:**

- wykreślenie tego punktu lub

- dopuszczenie alokacji zasobu na poziomie warstwy aplikacyjnej, która ma możliwość tymczasowego przechowywania danych pozwalając jednocześnie na równoważenie obciążenia, oraz równoważenie alokacji zasobów.

**- Ad. 45. Zamawiający dopuszcza alokację zasobu na poziomie warstwy aplikacyjnej, która ma możliwość tymczasowego przechowywania danych pozwalając jednocześnie na równoważenie obciążenia, oraz równoważenie alokacji zasobów.**

**46.** Pyt dot. Załącznika nr 8 pkt 220: „ System umożliwia administratorowi bazy danych ustanawianie ograniczeń zasobów dla aplikacji w celu zapewnienia, że czasochłonne zapytanie nie spowoduje zablokowania operacji krytycznych”

**Wnosimy o:**

- wykreślenie tego punktu lub

- dopuszczenie rozwiązania równoważnego pozwalającego na alokację zasobu na poziomie warstwy aplikacyjnej. Warstwa aplikacyjna oferowanego systemu cachuje (przechowuje tymczasowo) dane i pozwala na równoważenie obciążenia, równoważenie alokacji zasobów.

**Ad. 46. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważnego pozwalającego na alokację zasobu na poziomie warstwy aplikacyjnej. Warstwa aplikacyjna oferowanego systemu cachuje (przechowuje tymczasowo) dane i pozwala na równoważenie obciążenia, równoważenie alokacji zasobów**

**47.** Pyt dot. Załącznika nr 8 pkt 223: „ Odzyskiwanie danych – po wystąpieniu błędu w systemie, RBD automatycznie przywraca bazę danych do stanu poprawnego przy próbie dostępu do bazy lub przy starcie serwera”

**Wnosimy o:**

- wykreślenie zapisu lub

- poszerzenie jego treści o informację jakiego rodzaju błędy w systemie mają wywoływać procedurę odzyskiwania danych oraz jak system odzyskiwania danych miałby zachować się przy wystąpieniu błędu sprzętowego takiego jak np. uszkodzenie dysku twardego w macierzy czy uszkodzenie kontrolera macierzy.

**Ad. 47. Zamawiający na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ i wykreśla w załączniku nr 8 pkt 223.**

48. Pyt. dot. Załącznik nr 8 pkt 228: „Obsługiwane platformy: Windows NT/2000/2003, HP/UX, IBM AIX, Sun Solaris, SGI IRIX, Compaq Tru64, Linux”

Wnosimy o:

- wykreślenie tego punktu lub

- modyfikację i nadaniu mu treści: Obsługiwane platformy: Windows lub NT/2000/2003, lub HP/UX, lub IBM lub AIX, lub Sun Solaris, lub SGI IRIX, lub Compaq Tru64, lub Linux. Zgodne z wymogami oprogramowania RIS/PACS.

**Ad. 48. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w zał. Nr 8 pkt 228 i nadaje mu brzmienie: „*Obsługiwane platformy: Windows lub NT/2000/2003, lub HP/UX, lub IBM lub AIX, lub Sun Solaris, lub SGI IRIX, lub Compaq Tru64, lub Linux. Zgodne z wymogami oprogramowania RIS/PACS*”.**

49. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oryginalnych materiałów producenta potwierdzających oferowane parametry techniczne oferowanych typów aparatów rtg, sprzętu i systemów informatycznych. W związku z tym, że każda tabela wymaganych parametrów technicznych jest inna, zawiera wymagania dotyczące różnych parametrów, ani wykonawca, ani producent nie są w stanie oryginalnymi prospektami producenta potwierdzić zgodności wszystkich deklarowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie złożenia z ofertą, oświadczenia producenta o spełnieniu parametrów wpisanych w tabelach technicznych, a nie ujętych w materiałach producenta.

**Ad. 49. Zamawiający dopuszcza oświadczenia producenta o spełnieniu parametrów wpisanych w tabelach technicznych w załączniku 7 i 8 a w odniesieniu do parametrów opisanych w załącznikach 5 i 6 podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem oryginalne materiały producenta rozumie foldery, opisy techniczne, prospekty, DTR i instrukcje obsługi – producenta.**

50. Prosimy o wydłużenie czasu reakcji w czasie trwania gwarancji do 2 dni roboczych.

**Ad. 50. Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w zał. nr 9 pkt 3 na: czas reakcji w czasie trwania gwarancji – 2 dni robocze.**

51. Prosimy o wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 5 dni roboczych w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych.

**Ad. 51. Tak, wyrażamy zgodę.**

Podpisał  
DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO