

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP – 11p/3/09

08.01.2010r.

.....  
.....  
**Dotyczy:** rozstrzygnięcia protestu w postępowaniu przetargowym na ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

## Postanowienie

Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu 08.01.2010r. rozpatrzyła i postanowiła:  
**w części zarzuty uznać**  
**oraz**  
**w części zarzuty oddalić**

## Uzasadnienie

**Dotyczy Aparatu rtg cyfrowy dwustanowiskowy do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych.**

**1. Dotyczy zarzutu z zał. Nr 5 część 3 pkt 13 - zasięg lampy rtg w poziomie, poprzecznie – min. 229 cm.**

Zamawiający zarzut uznaje i na podstawie art. 38 modyfikuje SIWZ w zał. Nr 5 część 3 pkt 13 na: zasięg lampy rtg w poziomie, poprzecznie – min. 222 cm. Jednocześnie Zamawiający zmienia sposób punktacji w tym parametrze na:

222 cm – 0 pkt

223-250 cm – 5 pkt

powyżej 250 cm – 10 pkt

**2. Dotyczy zarzutu z zał. Nr 5 część 6 pkt 3 – wysokość stołu w pozycji dolnej  $\leq 65$  cm**

Zamawiający oddala zarzut i podtrzymuje zapis SIWZ. Z punktu widzenia Zamawiającego nie ma potrzeby punktowania tego parametru.

**3. Dotyczy zarzutu z zał. Nr 5 część 7 pkt 2 – zakres ruchów detektora realizowany automatycznie, z przesuwem elektrycznym umożliwiającym wykonywanie badań pacjenta w pozycji pionowej – min. 160 cm.**

Zamawiający oddala zarzut i podtrzymuje zapis SIWZ. Wg zaleceń, zdjęcia klatki piersiowej winny być wykonywane z odległości minimum 150 cm.

**Dotyczy aparatu rtg cyfrowego wielofunkcyjnego z telekomando.**

**1. Dotyczy zał. Nr 6 część 4 pkt 1 – możliwość obrotu kolimatora w zakresie  $\geq \pm 45^0$  z możliwością pewnego unieruchomienia w pozycji  $0^0$**

Zamawiający oddala zarzut i podtrzymuje wymogi SIWZ.

Wg wiedzy zamawiającego wiele firm oferuje aparaty z taki parametrem. Ten parametr w aparacie jest niezbędny zamawiającemu do przeprowadzenie pełnej diagnostyki pacjenta.

**2. Dotyczy zał. Nr 6 część 6 pkt 2 – wysokość stołu/blatu w pozycji dolnej  $\leq 60$  cm.**

Zamawiający oddala zarzut i podtrzymuje zapisy SIWZ, gdyż wiele firm na rynku może zaoferować stoły spełniające ten wymóg.

### **Dotyczy ucyfrowienia aparatu BK - 12**

**1. Dotyczy zał. Nr 7 poz. 79 – możliwość wielokrotnej zmiany formatów w świetle dziennym. Możliwość załadunku niepełnych opakowań filmów.**

Zamawiający oddala zarzut i podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, że dopuszcza drukarkę laserową z załadunkiem filmów w świetle dziennym z możliwością załadunku niepełnych opakowań filmów.

**2. Dotyczy zał. Nr 7 pkt 24, 35, 65, 93 – sprzęt posiadający wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC.**

Zamawiający zarzut uznaje i jednocześnie dopuszcza dla parametrów określonych w załączniku nr 7 poz. 24, 35, 65, 93 posiadanie tylko certyfikatu CE właściwego dla urządzeń, oprogramowania medycznego stwierdzającego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający modyfikuje SIWZ w załączniku 7 poz. 24, 35, 65, 93 na: „wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych lub certyfikat CE właściwy dla urządzeń, oprogramowania medycznego stwierdzającego zgodność z dyrektywą 93/42/EEC ”.

Zamawiający nie podziela poglądu Protestującego, że opisując przedmiot postępowania poprzez wyspecyfikowane parametry techniczne wskazał na jednego producenta.

Zamawiający ma przeświadczenie, że jest przynajmniej kilku producentów mogących zaoferować produkt o wymaganych w SIWZ parametrach.

### **Pouczenie**

Protestującemu przysługują środki odwoławcze określone w Rozdziale 3 – Odwołanie, Dział VI „Środki ochrony prawnej” – Prawo zamówień publicznych”. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

Podpisał  
DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO