

# SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

**e – mail: [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)**

**[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)**

~~~~~  
ZT-SZP-226/ 01/ 02/2010

29.01.2010r.

.....  
.....  
**Dotyczy: Postępowania przetargowego na zakup i dostawę materiałów szewnych.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

## 1. Pakiet 5 poz. 1.

W związku z faktem, iż Zamawiający składa zapotrzebowanie na szwy chirurgiczne w ilości, która nie jest wielokrotnością liczby 12, natomiast oferowane przez naszą firmę w Pakiecie 5 szwy są sprzedawane przez producenta w opakowaniach handlowych zawierających 12 sztuk i nie istnieje możliwość sprzedaży pojedynczych sztuk, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 192 lub 204 sztuk przedmiotowego asortymentu?

**Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ w pakiecie 5 na:**

### PAKIET 5

#### Monofilament niewchłaniający, nylonowy

| rozmiar | Kształt igły                                     | Długość nici | producent | kod | Ilość saszetek | cena jedn. Netto saszetki | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|----------------|---------------------------|---------------|-------|----------------|
| 10/0    | 6,19 mm podwójna szpatałka 3/8 koła 150 mikronów | 30 cm        |           |     | 204            |                           |               |       |                |
| 9/0     | 6,19 mm podwójna szpatałka 3/8 koła 150 mikronów | 30 cm        |           |     | 24             |                           |               |       |                |

**WARTOŚĆ NETTO CAŁEGO PAKIETU: ..... ZŁ**

**WARTOŚĆ BRUTTO CAŁEGO PAKIETU (DO OCENY) : ..... ZŁ**

## 2. Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy wchłaniające o podtrzymywaniu tkankowym: po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25% pierwotnej siły podtrzymywania oraz o okresie wchłaniania 54 – 70 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian?

**UZASADNIENIE:** Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Państwa materiał szewny w tym pakiecie. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo

bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogąc złożyć ofertę w pakiecie nr 1 znacznie zwiększymy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza proponowany szew.**

### **3. Dotyczy Pakietu 2**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szew wchłaniający – plecionkę syntetyczną powlekaną, wytwarzany z kwasu glikolowego, podtrzymujący tkanę około 65% po 7 dniach, około 50% po 8-11 dniach od wszczęcia i wchłaniający się około 42 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Szew ten posiada około 20% siły podtrzymywania w 14 dniu od wszczęcia.

UZASADNIENIE: Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Państwa materiał szewny w tym pakiecie. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogąc złożyć ofertę w pakiecie nr 2 znacznie zwiększymy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 3. Nie dopuszczamy.**

### **4. Dotyczy Pakiet 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szwy niewchłaniające syntetyczne, plecionka poliestrowa powlekana silikonem, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

**Ad. 4. Nie dopuszczamy.**

### **5. Dotyczy Pakietu 4**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy wchłaniające o podtrzymywaniu tkankowym: po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50% pierwotnej siły podtrzymywania oraz o okresie wchłaniania 54 – 70 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian?

UZASADNIENIE: Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Państwa materiał szewny w tym pakiecie. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogąc złożyć ofertę w pakiecie nr 4 znacznie zwiększymy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 5. Nie dopuszczamy.**

### **6. Dotyczy Pakietu 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nitkę o grubości 8/0 USP? W przypadku odmownej odpowiedzi wnosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu, np. 4A

**Ad. 6. Nie dopuszczamy.**

### **7. Dotyczy Pakietu 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nitkę o długości 13 cm?

**Ad. 7. Nie dopuszczamy.**

### **8. Dotyczy Pakietu 7, poz. 1 – 3**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach ma na myśli igłę o krzywiznie 3/8 koła czy też igłę o krzywiznie 1/2 koła?

**Ad. 8. W poz. 1-3 Zamawiający wymaga igieł o krzywiznie 3/8 koła.**

### **9. Dotyczy Pakietu 7, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nitkę o grubości 0 USP lub igłę o krzywiznie 3/8 koła?

**Ad. 9. Nie dopuszczamy.**

### **10. Dotyczy Pakietu 10**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy wchłaniające o podtrzymywaniu tkankowym: po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25% pierwotnej siły podtrzymywania oraz o okresie wchłaniania 54 – 70 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian?

UZASADNIENIE: Są to szwy mogące z powodzeniem zastąpić opisywany przez Państwa materiał szewny w tym pakiecie. Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że mogąc złożyć ofertę w pakiecie nr 10 znacznie zwiększymy konkurencyjność postępowania.

**Ad. 10. Zamawiający dopuszcza proponowany szew przy spełnianiu pozostałych parametrów (w tym szwu barwy białej lub niebarwionego)**

### **11. Dotyczy Pakietu 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 9 pozycja nr 2 siatki o wymiarach 8x13cm lub 10x16 cm?

**Ad. 11. Wymiary proponowanego materiału mieszczą się w zakresie dopuszczalnych wymiarów.**

**12.** Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 7 poz. 5 również igłę o wielkości 50 mm - reszta parametrów bez zmian?

**Ad. 12. Nie dopuszczamy.**

**13.** Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 5 poz. 1 również igłę o wielkości 6 mm - reszta parametrów bez zmian?

**Ad. 13. Dopuszczamy.**

**14.** Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 5 poz. 1,2 również igłę o wielkości 6,4 mm - reszta parametrów bez zmian?

**Ad. 14. Nie dopuszczamy.**

**15.** Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie 7 poz. 3 nitkę o długości 75 cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 15. Nie dopuszczamy.**

16. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 7 poz. 5 igłę o długości 50 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 16. Nie dopuszczamy.**

17. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 5 poz. 1 i 2 igłę o długości 6mm lub 6,2 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 17. Dopuszczamy.**

18. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 szwów wchłanialnych - plecionki syntetycznej powlekanej z kwasu poliglikolowego wchłaniającej się 56-70 dni od zaimplantowania ?

**Ad. 18. Nie dopuszczamy.**

19. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 1 igłę o długości 6,2 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 19. Dopuszczamy.**

20. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 2 igłę o długości 6,4 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 20. Dopuszczamy.**

21. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 14 oraz 15 dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych pakowanych po 12 nitek w saszetce tj. 12x45cm?

**Ad. 21. Dopuszczamy.**

22. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 13 oraz 16 dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych pakowanych po 6 nitek w saszetce tj. 6x45cm przy odpowiednim przeliczeniu ilości saszetek (ilość saszetek razy 2)?

**Ad. 22. Dopuszczamy.**

23. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści szwy wchłaniane, plecione, syntetyczne, powlekane z mieszaniny kwasu polimlekowego i poliglikolowego, które zachowują około 75-80% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po dwóch tygodniach od implantacji. Po trzech tygodniach zachowują około 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie. Proces wchłaniania kończy się zasadniczo po upływie 8-10 tygodni od wszczępienia (56-70 dni)?

**Ad. 23. Dopuszczamy.**

24. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści szwy plecione, syntetyczne wykonane z kwasu poliglikolowego zachowujące około 65 % pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie po dwóch tygodniach od implantacji. Po trzech tygodniach zachowujące około 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie. Wchłaniające się od 60-90 dni?

**Ad. 24. Nie dopuszczamy.**

**25. Dotyczy umowy &2 ust.5.**

Prosimy o wykreślenie z tego zapisu zdania: „Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Sprzedającego do odszkodowania”.

**Ad. 25. Nie wyrażamy zgody.**

**26. Dotyczy umowy &3 ust.6.**

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: „Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowanie ilości w trakcie trwania umowy, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 %”.

**Ad. 26. Nie wyrażamy zgody.**

**27. Dotyczy umowy &3 ust.8.**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu, gdyż stan majątkowy Kupującego może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

**Ad. 27. Nie wyrażamy zgody.**

**28. Dotyczy pakietu 2.**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany wykonany z kwasu poliglikolowego, plecionka syntetyczna, powlekana?

**Ad. 28. Nie dopuszczamy.**

**29. Dotyczy pakietu 2.**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści igłę 48mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 29. Dopuszczamy.**

**30. Dotyczy pakietu 2.**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści igłę 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 30. Dopuszczamy.**

**31. Dotyczy pakietu 3.**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniane syntetyczne, plecionka poliestrowa powlekane silikonem?

**Ad. 31. Nie dopuszczamy.**

**32. Dotyczy pakietu 3.**

Czy Zamawiający w poz. 4 i 5 dopuści igłę 17mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 32. Dopuszczamy.**

**33. Dotyczy pakietu 3.**

Czy Zamawiający w poz. 6 i 7 szew bez igły dopuści nić o długości 150 cm?

**Ad. 33. Dopuszczamy.**

**34. Dotyczy pakietu 3.**

Czy Zamawiający w poz. 8 szew bez igły dopuści nić 7 x 75 cm?

**Ad. 34. Nie dopuszczamy.**

**35. Dotyczy pakietu 3.**

Czy Zamawiający w poz. 9 i 10 szew bez igły dopuści nić 10 x 75 cm?

**Ad. 35. Dopuszczamy.**

**36. Dotyczy pakietu 6.**

Czy Zamawiający dopuści taśmę poliestrową niewchłaniającą niepowlekaną do szwu Shirodkara 2 igły 45mm okrągłe, grube ½ koła, długość taśmy 45cm, szerokość 5mm?

**Ad. 36. Zamawiający dopuszcza proponowany szew – taśmę.**

**37. Dotyczy pakietu 7.**

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści igłę 19mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 37. Dopuszczamy.**

**38. Dotyczy pakietu 7.**

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści igłę 51cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. 38. Dopuszczamy.**

**39. Dotyczy pakietu 7.**

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści igłę 3/8 koła 60 mm?

**Ad. 39. Nie dopuszczamy.**

**40. Dotyczy pakietu 7.**

Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 3 może określić krzywiznę igły. Czy chodzi o igłę 3/8 koła?

**Ad. 40. Wymagamy igieł 3/8 koła.**

**41. Dotyczy pakietu 8.**

Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 5 cm?

**Ad. 41. Nie dopuszczamy.**

**42. Dotyczy pakietu 9.**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści siatkę 7,5 x 15cm?

**Ad. 42. Nie dopuszczamy.**

**43. Dotyczy pakietu 9.**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści siatkę 10 x 15cm?

**Ad. 43. Nie dopuszczamy.**

**44. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek przedmiotu zamówienia w celu oceny jakości?**

**Ad. 44.** Ocena wg kryterium „OCENA TECHNICZNA (JAKOŚĆ)” będzie dokona na podstawie załączonych do oferty - w języku polskim - opisów technicznych, prospektów i innych dokumentów technicznych opisujących cechy, które będą brane pod uwagę przy ocenie. Katalog nici dopuszczalny w języku angielskim (**pkt XII.4 SIWZ**)

**45. Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający dopuści szwy z igłami o dł. 6,0mm i 140 mikronów, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?**

**Ad. 45. Zamawiający dopuszcza proponowany szew.**

**46. Dotyczy umowy &4 ust.1.1i 1.2**

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych , tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za zwłokę w dostawie towaru ( ust. 1.1) oraz za wymianę towaru wolnego od wad ( ust 1.2 ) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego. Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.

**Ad. 46.**

**Nie wyrażamy zgody.**

**47.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 szwu syntetycznego plecionego, wchłanianego, powlekanego, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwotnej siły, a po 3 tyg. min 30%, czas wchłaniania 56-70 dni?**

**Ad.47. Dopuszczamy.**

**48.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w poz.3 nici o długości 100cm?**

**Ad. 48. Dopuszczamy.**

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 1 w poz.6,7 szwu o rozmiarze 0?

**Ad. 49. Dopuszczamy.**

50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 1 Wchłanialnej– plecionki syntetycznej powlekanej bez igły. Mieszanina kwasu polimlekowego i poliglikolowego. Okres wchłaniania 56 – 70 dni o długości nici 12x45cm?

**Ad. 50. Dopuszczamy.**

51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 1 Wchłanialnej– plecionki syntetycznej powlekanej bez igły. Mieszanina kwasu polimlekowego i poliglikolowego. Okres wchłaniania 56 – 70 dni o rozmiarze 0 w poz. 2 ?

**Ad. 51. Dopuszczamy.**

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 5 w poz. 1,2 igły o rozmiarze 6mm?

**Ad. 52. Dopuszczamy.**

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 7 w poz.5 igły o rozmiarze 65mm okrągłej 1/2koła i nici o długości 150cm?

**Ad. 53. Nie dopuszczamy.**

54. Jaki kształt (krzywiznę) igły Zamawiający wymaga w pakiecie 7 w poz. 1-3?

**Ad. 54. W pozycjach 1-3 Zamawiający wymaga igieł o krzywiznie 3/8 koła.**

55. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 poz.2 i 3 igły wzmocnione ( wykonane z bardziej wytrzymałego na zginanie stopu stali )? Pozostałe parametry bez zmian.

**Ad. 55. Zamawiający nie wymaga specjalnych igieł wzmocnionych.**

56. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 poz.13, 14, 15 i 16 podwiązki 12 x 45 cm, w zamian za podwiązki 10 x 45 . Pozostałe parametry bez zmian.

**Ad. 56. Dopuszczamy.**

57. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 2 igłę o długości 36 mm? Aktualnie stosowana u Państwa na bloku operacyjnym. Pozostałe parametry bez zmian.

**Ad. 57. Dopuszczamy.**

58. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 poz. 1 i 2 igłę o długości 31 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Dodam, że w tym momencie używają Państwo na bloku operacyjnym produkt posiadający parametry , o których dopuszczenie wnioskujemy.

**Ad. 58. Dopuszczamy.**

**59.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 poz. 4 igłę o długości 22 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Aktualnie stosowana u Państwa na bloku operacyjnym.

**Ad. 59. Dopuszczamy.**

**60.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 poz. 1 igłę o długości 6,5 mm, w zamian za igłę o długości 6 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Dodam , że w tym momencie używają Państwo na bloku operacyjnym produkt posiadający parametry, o których dopuszczenie wnioskujemy.

**Ad. 60. Dopuszczamy.**

***Podpisł***

Z-CA DYREKTORA

ds. finansowo – administracyjnych

*mgr inż. Jan Bajno*

