

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

~~~~~  
ZT-SZP-226/01/06/2010

~~~~~  
23.02.2010r.

.....

.....

Dotyczy: Postępowania przetargowego **na zakup i dostawę obłożeń operacyjnych.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

1. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy gramatura 66 – 77 g/m² dotyczy tylko serwet 120 x 90 oraz 150 x 90, znajdujących się wewnątrz zestawu?

Ad. 1. Podany w SIWZ wymóg gramatury dotyczy tylko serwet znajdujących się wewnątrz zestawu. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

2. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy gramatura 66 – 77 g / m² dotyczy tylko serwety głównej 320 x 260 z workiem i folią chirurgiczną?

Ad. 2. Podany w SIWZ wymóg gramatury dotyczy serwety głównej z workiem i folią chirurgiczną. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

3. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo 145 x 80 zamiast 145 x 85?

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 145x80. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

4. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy gramatura 66 – 77 g / m² dotyczy tylko serwet 300 – 320 x 180 – 200 i pokrowca na nogi 75 – 80 x 22 – 45?

Ad. 4. Podany w SIWZ wymóg gramatury dotyczy 2 serwet i pokrowca i pokrowca na nogę. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

5. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy gramatura 66 – 77 g / m² dotyczy tylko serwet z przylepcem?

Ad. 5. Podany w SIWZ wymóg gramatury dotyczy serwet z przylepcem. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

6. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy gramatura 66 – 77 g / m² dotyczy tylko serwet z przylepcem i pokrowca na nogi?

Czy można zaoferować taśmę medyczną o długości 90 cm i tej samej szerokości?

Ad. 6. Podany w SIWZ wymóg gramatury dotyczy serwet z przylepcem i pokrowca na nogę. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy medycznej o długości 90 cm i tej samej szerokości. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

7. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania fartucha wzmocnionego. Którego przód i rękawy wykonane są z foliowanej włókniny o gramaturze 43 g / m², a tył z przewiewnej włókniny o gramaturze 35 g / m²?

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha wzmocnionego o proponowanych parametrach.

8. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zapakowanie fartucha w torebkę papierowo – foliową?

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha pakowanego w torebkę papierowo – foliową.

9. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy 10 x 10 cm 17n 8w 10 szt. zamiast kompresów 10 x 10 cm 13n 8w 10 szt.?

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów 10x10 cm, 17 nitkowych, 8 warstwowych 10 szt. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

10. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1, 2

Czy zestawy mogą być zapakowane w serwetę i torebkę papierowo – foliową, zamiast w papier krepowy i torebkę papierowo – foliową?

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów zapakowanych w serwetę i torebkę papierowo – foliową. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

11. Dotyczy Pakietu 1 poz. 1, 2, 4:

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na jałowe zestawy obłożeń pola operacyjnego wykonane z 2-warstwowej włókniny (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze 54g/m², opakowane w serwetę na stolik instrumentariuszki , w opakowanie papier – folia oraz opakowanie transportowe (2 kartony tekturowe).

Ad. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany asortyment. Podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

12. Dotyczy Pakietu 1 poz. 1.

Czy można zaoferować zestaw obłożeń o następującym składzie i rozmiarach :

- 1 serweta na stolik narzędziowy Protect 150 x 100 cm
- 6 ręczników celulozowych 33 x 33 cm
- 2 białe serwety chłonne dla noworodka 87 x 90 cm
- 2 serwety nieprzylepne Protect 45 x 75 cm
- 20 kompresów Medicomp 10 x 10 cm
- 1 nieprzemakalny pokład z wysokochłonnej rozdrobnionej celulozy, Molinea Plus 57 x 90 cm
- 1 tampon Telasling rozmiar 6

Ad. 12. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany asortyment. Podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

13. Dotyczy Pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu obłożeń do cesarskiego cięcia o następującym składzie i rozmiarach :

1 serweta na stolik narzędziowy	150 x 200 cm
1 serweta do nakrycia stolika Mayo	80 x 145 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz samoprzylepnym oknem wypełnionym folią chirurgiczną	250 x 315 cm
1 serweta dla noworodka	87 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
2 ręczniki celulozowe	33 x 33 cm

Ad. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany asortyment. Podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

14. Dotyczy Pakietu 1 poz. 4

Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na zestaw obłożeń o następującym składzie i rozmiarach :

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

z dwoma serwetkami do osuszania ran pakowanymi oddzielnie ?

Ad. 14. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany asortyment. Podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

15. Dotyczy Pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów obłożeń wykonanych z włókniny 2 - warstwowej o gramaturze 55g/m² o następującym składzie i rozmiarach :

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145
- 1 serweta pomocnicza 150 x 150
- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200
- 1 osłona na kończyne 25 x 80
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33

Ad. 15. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany asortyment. Podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

16. Dotyczy Pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu obłożeń wykonanego z włókniny 2-warstwowej o gramaturze 55g/m² oraz 110g/m² w obszarze wzmocnionym , o następującym składzie i rozmiarach :

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145
- 1 serweta samoprzylepna 170 x 300

- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U 320 x 200
- 1 serweta pomocnicza 150 x 150
- 1 serweta operacyjna 75 x 90
- 1 osłona na kończyne 35 x 120
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33

Ad. 16. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany asortyment. Podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

17. Dotyczy Pakietu 1 poz. 6

Czy można zaoferować fartuchy o gramaturze 78g/m² w obszarze wzmocnionym (foliowanym) i 40g/m² na pozostałym obszarze ?

Oferowane przez nas obłożenia i fartuchy spełniają wymogi normy EN 13795 1-3 dla produktów barierowych stosowanych na blokach operacyjnych we wszystkich wymaganych przez normę parametrach. W/wym. norma nie reguluje gramatury obłożeń i fartuchów, ponieważ jest ona jedynie indywidualną cechą włókniny, z której są wykonane, w związku z czym występują w tym zakresie różnice pomiędzy poszczególnymi producentami i bezzasadne jest wymaganie parametrów cechujących produkt któregoś z nich. Ograniczenie gramatury obłożeń i fartuchów do gramatury od 66 do 77/m² radykalnie ogranicza konkurencyjność postępowania. Wyższa gramatura produktów barierowych stosowanych na bloku operacyjnym nie gwarantuje ich większej chłonności, barierowości i wytrzymałości na rozerwanie.

Ad. 17. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

18. Dotyczy pakietu 5 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania maseczek ochronnych nie wodoodpornych. Z wiedzy oferenta na rynku polskim nie występują maseczki podfoliowane czyli wodoodporne.

Ad. 18. Zamawiający odstępuje od wymogu zawartego w SIWZ dotyczącego zaoferowania maseczek ochronnych wodoodpornych. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

19. Dotyczy pakietu 5 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie oferty szerszemu kręgu oferentów.

Ad. 19. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu nr 5 pozycji 4 i tworzy pakiet nr 6. Pozostałe wymagania zawarte w SIWZ, dotyczące wyłączonej pozycji pozostają bez zmian.

20. Dotyczy pakietu 5 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie oferty szerszemu kręgu oferentów.

Ad. 20. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu nr 5 pozycji 7 i tworzy pakiet nr 7. Pozostałe wymagania zawarte w SIWZ, dotyczące wyłączonej pozycji pozostają bez zmian.

21. Dotyczy Pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poniższy jałowy zestaw do porodu?

- Serweta na stolik: 90x120 cm -1szt /zestaw
- Nieprzemakalne przescieradło: 75x130 cm -1szt /zestaw
- Podkład chłonny: 60x90 cm -2szt /zestaw
- Serweta chłonna dla noworodka: 70x80 cm -1szt /zestaw
- Ręcznik chłonny: 30x30 cm -6szt /zestaw

Ad. 21. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do zaoferowania proponowanego asortymentu. Podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

22. Dotyczy Pakietu 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści poniższy jałowy zestaw do cesarskiego cięcia?

- Serweta na stolik: 150 x190 cm -1szt /zestaw
- Pokrowiec na stolik Mayo: 80 x 140 cm -1szt /zestaw
- Serweta do ciecica cesarskiego 200 x320cm,
3- warstwowy, z folią chirurgiczną i systemem
zbiórki płynów otwór owalny 25 x 30 cm -1szt /zestaw
- Serweta chłonna dla noworodka 75 x 80 cm -1 szt /zestaw
- Przylepiec 10 x 50 cm -1 szt /zestaw
- Ręcznik do rąk -4szt /zestaw

Ad. 22. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do zaoferowania proponowanego asortymentu. Podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

23. Dotyczy Pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw do artroskopii kolana?

- Serweta na stolik: 150 x180 cm -1szt /zestaw
- Pokrowiec na stolik Mayo, wzmocniony
80 x 140 cm -1szt /zestaw
- osłona na kończynie, 35 x 80 cm -1szt /zestaw
- przylepiec, 10 x 50 cm - 2 szt / zestaw
- serweta na kolano wyposażona w otwór
samouszczelniający się , 3-warstwowa
200 x 320 cm, otwór 6 x 8 cm -1 szt / zestaw
- zbiornik na płyny 60 x100 cm -1 szt / zestaw
- osłona na kamerę Comfort 14x 250 cm -1 szt / zestaw
- ręcznik do rąk -2 szt / zestaw

Ad. 23. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do zaoferowania proponowanego asortymentu. Podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

24. Dotyczy Pakietu 1 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści poniższy jałowy zestaw serwet uniwersalnych?

- Serweta na stolik: 150 x180 cm -1szt /zestaw
- Pokrowiec na stolik Mayo,
80 x 140 cm -1szt /zestaw
- Serweta samoprzylepna 3-warstwy,
180 x 180 cm - 1 szt / zestaw
- Serweta samoprzylepna 3-warstwy,
150 x 240 cm - 1 szt / zestaw
- Serweta samoprzylepna 3-warstwy,
75 x 90 cm - 2 szt / zestaw
- Przylepiec 10 x 50 cm - 1 szt / zestaw
- Przylepiec tyłu Velcro (uchwyt)
2 x22 cm - 1 szt / zestaw
- Ręcznik do rąk - 4 szt / zestaw

Ad. 24. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do zaoferowania proponowanego asortymentu. Podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

25. Dotyczy Pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw do operacji stawu biodrowego?

- Serweta na stolik: 150 x180 cm -1szt /zestaw
- Pokrowiec na stolik Mayo, wzmocniony

- | | |
|--|------------------|
| 80 x 140 cm | -1szt /zestaw |
| ➤ Serweta z wycięciem w kształcie U 3-warstwy,
200 x 260 cm | - 1 szt / zestaw |
| ➤ Serweta samoprzylepna 3-warstwy,
200x 240 cm | - 1 szt / zestaw |
| ➤ Serweta samoprzylepna 3-warstwy,
150 x 180 cm | - 1 szt / zestaw |
| ➤ Osłona na kończybę, 35 x 120 cm | - 1 szt / zestaw |
| ➤ Przylepiec 10 x 50 cm | - 1 szt / zestaw |
| ➤ Uchwyt Velcro, 2 x 22 cm | - 1 szt /zestaw |
| ➤ Ręcznik do rąk | - 4 szt / zestaw |

Ad. 25. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do zaoferowania proponowanego asortymentu. Podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

26. Dotyczy Pakietu 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną dwustronną: 110 x160 cm, z folią chirurgiczną, kieszenią przylepną przechwytyjącą płyny, dopasowującą się do kształtu twarzy (wzmocniona), otwór 10 x 10 cm?

Ad. 26. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania proponowanej serwety okulistycznej o podanych wymiarach. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

27. Dotyczy Pakietu 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 14 x 250 cm?

Ad. 27. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do zaoferowania proponowanego asortymentu. Podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

28. Dotyczy Pakietu 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści laparoskopowy worek o średnicy otworu woreczka 3 cm i długości woreczka 11 cm ?

Ad. 28. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do zaoferowania proponowanego asortymentu. Podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

29. Dotyczy Pakietu 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozmiarze 30 x 40 cm?

Ad. 29. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu o podanych wymiarach. Podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

30. Dotyczy Pakietu 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o grubości 0,02 mm?

Ad. 30. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do zaoferowania proponowanego asortymentu. Podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

31. Dotyczy pakietu 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 w pozycji 2 serwetę okulistyczną w rozmiarze całkowitym 137x137 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 31. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego asortymentu. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

Podpisał
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

