

# SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

**e – mail: [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)**

**[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)**

~~~~~  
ZT-SZP-226/ 01/ 08/2010

17.03.2010r.  
.....  
.....

Dotyczy: **Postępowania przetargowego na zakup i dostawę kardiowerterów – defibrylatorów (ICD).**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestnika postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

**1.** Dotyczy 1 Defibrylator jednojamowy Parametry wymagane: możliwość dostarczania terapii ATP w strefie VF przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez tej funkcji.

**Ad. 1. Nie wyrażamy zgody.**

**2.** Dotyczy 1 Defibrylator jednojamowy Parametry wymagane: elektroda do defibrylacji jedno oraz dwukoilowa o długościach 65, 75, 100 cm (do wyboru).

Prosimy o dopuszczenie elektrod o długościach 60, 65 i 75 cm (do wyboru).

**Ad. 2. Nie wyrażamy zgody.**

**3.** Dotyczy 1 Defibrylator jednojamowy Parametry wymagane: programowalna obudowa urządzenia.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez programowalnej obudowy.

**Ad. 3. Nie wyrażamy zgody.**

**4.** Dotyczy 2 Defibrylator dwujamowy Parametry wymagane: programowalna obudowa urządzenia.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez programowalnej obudowy.

**Ad. 4. Nie wyrażamy zgody.**

**5.** Dotyczy 2 Defibrylator dwujamowy Parametry wymagane:

elektroda do defibrylacji jedno oraz dwukoilowa o długościach 65, 75, 100 cm (do wyboru).

Prosimy o dopuszczenie elektrod o długościach 60, 65 i 75 cm (do wyboru).

**Ad. 5. Nie wyrażamy zgody.**

Podpisał  
**DYREKTOR**  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

