

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

~~~~~  
ZT-SZP-226/ 01/ 10/2010

19.03.2010r.

.....

.....

**Dotyczy: Postępowania przetargowego na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych oraz wapna do pochłaniacza do aparatów do znieczulenia.**

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania od uczestników postępowania o następującej treści. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odpowiadamy:

## **1. Dotyczy Pakietu nr 2 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie etanolu i 1-propanolu, bez dodatku aldehydu glutarowego, chloru, fenolu i pochodnych fenolowych, chlorheksydyny i bez zawartości czwartorzędowych związków amonowych (QAV) i ich pochodnych, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, czas działania: B, F -1min, MRSA-2min, Tbc-1min, Adeno-2min, HBV, HIV-1min, HCV-30sek, Rota-30sek, Vaccinia-30sek, Noro-1min, pozytywna ocena IMiD, gotowy do użycia, opakowania 1l ze spryskiwaczem?

**Ad. 1. Wyrażamy zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie etanolu i 1 – propanolu z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.**

## **2. Dotyczy Pakietu 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego o pH 5,0, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 2. Nie wyrażamy zgody.**

## **3. Dotyczy Pakietu 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do chirurgicznego i higienicznego odkażania skóry rąk, chirurgiczne odkażanie rąk w czasie do 5 minut, preparat leczniczy na bazie propanolu, alkoholu izopropylowego i kwasu mlekowego, bez zawartości chlorheksydyny, preparat zawiera substancje nawilżające i natłuszczające, zapobiegające wysuszeniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry, skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), efekt działania do 3 godzin, pH 5,5, gotowy do użycia?

**Ad. 3. Nie wyrażamy zgody.**

## **4. Dotyczy Pakietu 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do chirurgicznego i higienicznego odkażania skóry rąk, preparat leczniczy zawierający alkohol etylowy, 2-bifenyloł, izopropylu mirystynian, łagodny dla skóry, zapewniający pełną ochronę przeciwwirusową bez ryzyka uszkodzenia skóry, posiadający szerokie spektrum mikrobiologiczne potwierdzone badaniami: B

(łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno, Hermes Simplex, Polio, Noro, Vaccinia), krótki czas higienicznej (30 sek) i chirurgicznej (3 min) dezynfekcji rąk, pH 6,0, przedłużony efekt działania do 4 godzin, autosterylność?

**Ad. 4. Nie wyrażamy zgody.**

#### **5. Dotyczy Pakietu 3 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów równoważnych w opakowaniach 500ml kompatybilnych z dozownikami łokciowymi typu Dermados. Gwarancje kompatybilności wykonawca opiera na wewnętrznie przeprowadzonych testach oraz opiniach użytkowników /głównie szpitalnych bloków operacyjnych/ które posiadają na wyposażeniu w/w dozowniki i użytkują środki dezynfekcyjne firmy wykonawcy w opakowaniach 500ml załadowane do dozowników łokciowych typu Dermados.

Zapis żądania opinii firmy Ecolab narusza zasady uczciwej konkurencji i uzależnia sprzedaż preparatów w zależności od opinii uznaniowej firmy, nie zainteresowanej wydaniem opinii podmiotom, z którymi konkuruje w postępowaniu o zamówienie publiczne. Preparaty, które chcemy zaoferować spełniają wszelkie wymogi techniczne i jakościowe. Zgodnie z Ustawą Pzp podstawową zasadą są właściwości fizyko-chemiczne, zgodność materiałowa, a nie opinia uznaniowa. Żądanie opinii firmy Ecolab stanowi prowadzenie niedozwolonej praktyki monopolistycznej, polegającej na narzucaniu preparatów konkretnego producenta już na etapie tworzenia SIWZ, w oparciu nie o cechy i właściwości, a o to którego mają być producenta.

**Ad. 5. Wyrażamy zgodę.**

#### **6. Dotyczy Pakietu 3 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego, uniwersalnego dozownika do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjących do rąk, przewidzianego do mocowania na ścianie, posiadający wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką. Przeznaczony do stosowania z opakowaniami o pojemności 500ml i 1l i posiadający trwałą pompkę tłokową z możliwością regulowania dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml na jedno naciśnięcie. Element pompki łatwo demontowany, jednoelementowa obudowa wykonana z tworzywa ABS.

**Ad. 6. Nie wyrażamy zgody.**

#### **7. Dotyczy Pakietu 5**

Z uwagi na znaną specyfikę Państwa szpitala prosimy o potwierdzenie że produkt wyspecyfikowany w pakiecie 5 nie może posiadać przeciwwskazań do zastosowania u noworodków i pozostałych grup wiekowych dzieci.

**Ad. 7. Utrzymujemy wymogi SIWZ.**

#### **8. Dotyczy Pakietu 9**

Z uwagi na znaną specyfikę Państwa szpitala prosimy o potwierdzenie że produkt wyspecyfikowany w pakiecie 9 nie może posiadać przeciwwskazań do zastosowania u noworodków i pozostałych grup wiekowych dzieci.

**Ad. 8. Utrzymujemy wymogi SIWZ.**

#### **9. Dotyczy Pakietu 3 poz. 2**

Czy Zamawiający pozwoli w Pakiecie 3 poz. 2 na zaproponowanie preparatu zawierającego dwie substancje czynne, tj. etanol i 2-propanol spełniający pozostałe wymogi SIWZ kompatybilny z preparatem z pozycji 1 oraz z dozownikami typu Dermados?

**Ad. 9. Nie wyrażamy zgody.**

#### **10. Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania preparatu w opakowaniach a'5 l z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości (pozostałe parametry zgodnie z SIWZ)?

**Ad. 10. Nie wyrażamy zgody.**

**11.** Prosimy o określenie ilości pasków testowych potrzebnych Zamawiającemu do kontrolowania aktywności roztworu.

**Ad. 11.** Do opakowania środka wymagamy opakowania pasków testowych.

**12.** Wnosimy o zmianę tabeli asortymentowo – cenowej i możliwość podania ceny jednostkowej netto za kg a nie za opakowanie, zgodnie z określony również w kg zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozwoli to uniknąć wyceny niepełnych opakowań i zaokrągleń.

**Ad. 12.** Zmianiamy sposób wyceny środka. Prosimy o cenę za 1 kg środka.

**13.** Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie nadboranu sodu spełniający pozostałe wymogi?

**Ad.13.** Nie wyrażamy zgody.

*Podpisat*  
DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO