

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

~~~~~  
ZT-SZP-226/01/16/2010

14.06.2010r.

.....

.....

**Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę linii krwi, cewników, igieł do dializ, dializatorów oraz koncentratów do dializ dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania.

**1. Czy zamawiający wyodrębni z Pakietu 2 poz. 7 jako osobny pakiet?**

**Ad. 1. Nie wyrażamy zgody.**

**2. Dotyczy pakietu 3 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści składnik B w postaci suchej do aparatów typu Fresenius Bibag o wielkości kapsuły 650 g?

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza składnik B w postaci suchej kapsuły Bibag o wielkości 650 g .**

**3. Dotyczy pakietu 3 poz. 5**

Czy zamawiający dopuści środek do dezynfekcji sztucznych nerek Gambro o pojemności kanistra 8,4 L = 10 kg?

**Ad. 3. Zamawiający dopuszcza środek do dezynfekcji o pojemności kanistra 8,4 l – 10 kg.**

**4. Dotyczy pakietu 3 poz. 7**

Czy zamawiający dopuści cewniki permanentne o długości 24 cm lub 28 cm spełniające pozostałe warunki?

**Ad. 4. Zamawiający dopuszcza cewniki permanentne dł. 24 cm lub 28 cm.**

Podpisał  
DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO