

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 086 47 33 610 fax 086 47 33 210 tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl **www.szpital-lomza.pl**

ZT-SZP-226/ 01/ 22 /2010

02.06.2010r.

**Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
ZAKUP I DOSTAWĘ STYMULATORÓW
I AKCESORIÓW HEMODYNAMICZNYCH**

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.06.2010 godz. 10.00

OTWARCIE OFERT: 10.06.2010 godz. 10.30

CPV

33.15.82.10 -7 Stymulatory

33.14.12.00 - 2 Cewniki

33.14.16.20 – 2 zestawy medyczne

33.14.00.00 – 3 materiały medyczne

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; zmiany: Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r., Nr 19 poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 i Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591 i Nr 223, poz. 1778).

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

przetargi@szpital-lomza.pl

Kontakt: tel. 086 47 33 266

fax 086 47 33 210

Strona internetowa: www.szpital-lomza.pl

Udostępnienie SIWZ w wersji elektronicznej:

www.szpital-lomza.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa stymulatorów i akcesoriów hemodynamicznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwanego dalej Zamawiającym w ilościach, asortymencie i parametrach wg załącznika nr 1. Liczba pakietów – 5.

2. Oferta może zawierać jeden, dwa, kilka lub wszystkie pakiety. Pakiet jest niepodzielny. Oferta w której pakiet nie będzie wyceniony w całości zostanie odrzucona. Wyceny należy dokonać w cenach brutto.

3. Zamawiający **nie przewiduje zamówienia uzupełniającego**, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający **nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej** w rozumieniu zapisów art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **1 rok od dnia podpisania umowy.**

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy: stymulatorów DDDR, stymulatorów SSIR / zestawów jednorazowego użytku do obłożenia pola operacyjnego / cewników do kontrapulsacji wewnątrzortalnej / stentów pokrywanych lekami / cewników balonowych do PCI

każda na kwotę minimum:

Pakiet 1 – 300.000,00 zł,

Pakiet 4 – 26.000,00 zł,

Pakiet 2 – 20.000,00 zł,

Pakiet 5 – 21.000,00 zł,

Pakiet 3 – 26.000,00 zł,

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1 – 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ (oryginał)

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa pełnomocnik tych Wykonawców (Lider) albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ (oryginał)

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

C. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w :

pkt 1, 2, – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Dokumenty o których mowa w lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

D. Oświadczenia:

1. Oświadczenie Wykonawcy zobowiązujące do nieodpłatnego użyczenia analizatora niezbędnego przy implantacji układu stymulującego serce, na okres trwania umowy – dotyczy pakietu nr 1.
2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia, w tym wizji pomieszczeń przewidzianych do zainstalowania aparatu, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektem umowy i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

E. Inne:

1. Wypełnione formularze załączone do SIWZ.
2. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne posiadają deklarację zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają (jeśli dotyczy w zależności od klasy oferowanego urządzenia) wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych – (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r.) - **Na zaoferowane urządzenia nie będące wyrobami medycznymi wymagana jest deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE.**

Na w.w dokumentach należy umieścić adnotację, którego pakietu i której pozycji dotyczy.

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty (opisy techniczne producenta, prospekty producenta, katalogi producenta, ulotki, foldery) potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego – dotyczy wszystkich pakietów.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem potwierdzonym **pisemnie**.
2. Korespondencja, która wpłynie po godzinach urzędowania, będzie traktowana, jako otrzymana w następnym dniu roboczym. W. w. informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:

a) w sprawach merytorycznych: dr n. med. Romuald Krynicki - Ordynator Oddziału Kardiologii – tel. 086 47 33 265 w godz. 8-14

b) w sprawach formalno-prawnych: Kazimierz Gawronski – tel. 086 47 33 266 w godz. 8-14

4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający będzie dodatkowo zamieszczał na swojej stronie internetowej, zgodnie z przepisami ustawy.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ (wraz z treścią pytań bez ujawniania źródła zapytania), a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
9. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może przed upływem terminu składania ofert **zmienić treść SIWZ**. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca związany jest ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć na druku „Oferta” (w załączeniu) – Załącznik nr 4
3. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem ręcznym.
4. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty muszą być aktualne na dzień otwarcia ofert.
5. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy, pieczętkę nagłóvkową firmy oraz podpis i pieczętkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.
6. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Dokumenty załączone do oferty winny być oznaczone kolejnymi numerami odpowiadającymi pozycji wpisu do wykazu dokumentów załączonego do oferty.
8. Strony oferty winny być ponumerowane.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.
12. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia i dokumenty. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. **Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia zgodności z oryginałem.**
13. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwietlającej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy (adres i tel./fax. do korespondencji) oraz w napis:

“Oferta na zakup i dostawę stymulatorów i akcesoriów hemodynamicznych”

“Nie otwierać przed 10.06.2010 r. godz. 10.30”

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

16. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. W przypadku załączenia do oferty dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy je wyraźnie oddzielić od części jawnej oferty i oznaczyć „*tajna część oferty*”.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utajnienie dokumentów nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa powoduje odrzucenie oferty.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zaklejonych nieprzezroczystych kopertach, w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża do dnia: **10.06.2010 do godz. 10.00**

2. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. **10.06.2010 r. o godz. 10:30** w Sali konferencyjnej (pokój 242) Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

2. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt. 1

3. Wprowadzone zmiany winny być przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. X.13, a koperta dodatkowo zaznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informację dotyczącą ceny zawarte w ofertach.

6. Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert – na ich wniosek.

7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena ostateczna powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT). **Cena powinna m.in. obejmować koszty dostawy stymulatorów, w tym również użyczenie analizatora niezbędnego przy implantacji układu stymulującego serce itp.** Do oceny kryterium „cena” będzie brana pod uwagę wartość całego pakietu.

Przy obliczaniu wartości brutto pakietów należy stosować zasadę obliczania wartości brutto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 22.12.1999r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym rozdz. 13 § 37.1 t.j.

$$\text{cena jednostkowa} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

KRYTERIUM	WAGA
CENA	- 90 %
OCENA TECHNICZNA (JAKOŚĆ)	- 10 %

2. W zakresie kryterium „CENA” - maksymalną ilość punktów – w *poszczególnych pakietach* - otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{cena najniższa spośród wszystkich ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 90 \%$$

Przy ocenie „CENY” będzie brany pod uwagę stosunek ceny najniższej zgłoszonej w przetargu do ceny oferowanej przez poszczególnych Wykonawców (dotyczy ofert nieodrzuconych).

3. W zakresie kryterium „OCENA TECHNICZNA (JAKOŚĆ)” – podane opisy wskazują na optymalne cechy zamawianych materiałów. Zamawiający dopuszcza materiały inne o zbliżonych parametrach, zastrzegając sobie możliwość ich oceny technicznej.

W ocenie technicznej będą brane pod uwagę następujące cechy oraz będą przyznawane następujące punkty:

Pakiet 4

- niski odsetek restenozы udokumentowany badaniami klinicznymi, publikowanymi w światowej literaturze. Minimum 2 letnie wyniki obserwacji – najniższy odsetek restenozы – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.

Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{ilość uzyskanych punktów z oferty}}{\text{ilość maksymalna}} \times 100 \times 10 \%$$

Zamawiający dokona „oceny technicznej (jakość)” na podstawie opisów technicznych opisujących cechy oceniane, w dokumentach załączonych do oferty i wskazanych przez Wykonawcę.

Brak tych dokumentów będzie skutkowało nie przyznaniem punktów w tym kryterium.

W pakietach 1, 2, 3, 5 max ilość punktów otrzyma oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.

Postępowanie – w *poszczególnych pakietach* - wygra oferta z największą ilością pkt po zsumowaniu pkt z kryterium „CENA” i „OCENA TECHNICZNA”

Max. ilość punktów w danym pakiecie ocenianym jakościowo otrzyma oferta, której produkt spełnia w pełni opisane cechy oceniane, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

W pozostałych pakietach nie ocenianych jakościowo Zamawiający przyzna 10 pkt., jeżeli oferowane produkty spełniają parametry wymagane.

4. Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawniej posiedzenia Komisji. W toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert (art. 26 ust. 3 P. z. p.)

6. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

W przypadku omyłek rachunkowych, tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

7. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – zgodnie z art. 87. ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Oferta będzie odrzucona , jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt.10 a) SIWZ, na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niż PLN.

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona 1 oferta.

3. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę (3 egzemplarze), wg załączonego wzoru (*załącznik nr 5*), w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Załącznikami do umowy będą wypełnione przez Wykonawcę załączniki nr:

1. Zestawienie asortymentowo – ilościowe.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Wzór Umowy w załączeniu – załącznik nr 5, który stanowi integralną część SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – od art. 179 do 198.

Załączniki :

1. **załącznik nr 1** - zestawienie asortymentowo – ilościowe
2. **załącznik nr 2** - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2. **załącznik nr 3** – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. **załącznik nr 4** – druk „oferta”
4. **załącznik nr 5** – wzór umowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia
zatwierdził

Podpisał

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

PAKIET 1

Lp	Asortyment	Ilość sztuk	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa
1	Stymulatory DDDR z kompletem elektrod – o parametrach zgodnych z załącznikiem nr (długość do wyboru wg katalogu producenta).	100					
2	Stymulatory SSIR z elektrodą - o parametrach zgodnych z załącznikiem nr (długość do wyboru wg katalogu producenta).	120					
3	Stymulatory SSIR bez elektrody (do reimplantacji)	10					
4	Stymulatory DDDR bez elektrody (do reimplantacji)	10					
5	Zestawy zawierające introduktor do wkłuc podbojczykowych -do implantacji elektrod do stałej stymulacji serca (układy stymulujące typu SSI, VDD i DDD). Rozmiar: 7-11 F (do wyboru przez zamawiającego).	320					
6	Narzędzia do przykręcania/odkręcania elektrody wkręcanej	20					
7	Kluczyki do przykręcania/odkręcania stymulatora	20					
8	Zestawy przewodników do elektrod przedsionkowych i komorowych, długość do wyboru według katalogu producenta.	20					
9	Zaślepki na końcówki elektrod według katalogu producenta.	5 kompletów					
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)							
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)							

1. Parametr graniczny: możliwość wymiany w obrębie typu stymulatora z zależności od aktualnego zapotrzebowania (np. SSIR na DDDR).
2. Parametrem granicznym jest także nieodpłatne użyczenie ANALIZATORA niezbędnego przy implantacji układu stymulującego serce.

Elektrody do stałej stymulacji serca

Nazwa:
 Nazwa firmy:
 Miejsce produkcji:
 Rok produkcji:

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów TAK/NIE
Właściwości fizyczne elektrod		
1	Długość – minimum 52, 58, ...85 cm	
2	Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan	
3	Rodzaj fiksacji pasywny, aktywny(możliwość wyboru)	
4	Kształt prosty/ Kształt litery „J” (możliwość wyboru)	
5	Polarność bipolarna/unipolarna	
6	Łącznik bipolarny IS-1mm	
7	Wysokooporowe/niskooporowe	
8	Gwarancja 5 lat	
9	Sterylizacja min. 12 miesięcy	
10	Rodzaj powłoki na tip –sterydowa.	

Stymulator SSIR

Nazwa:
 Nazwa firmy:
 Miejsce produkcji:
 Rok produkcji:

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów TAK/NIE
Właściwości fizyczne stymulatora		
1	Waga < 30g	
2	czas sterylizacji min. 12 miesięcy	
3	Gwarancja min. 5 lat	
II Parametry programowane		
1	Rodzaje stymulacji / VVIR, VVT, VOO, AAIR, AAT, AOO.	
2	Częstość stymulacji zakres min 40-170/min.	
3	Amplituda impulsu min 0,5 – 7,0 V	
4	Szerokość impulsu (A/V) min.0,1 – 1,5 ms	
5	Czułość przedsionkowa/komorowa – min.0,25/1,0mV.....4,0/7,5 mV	
6	Polarność stymulacji (A/V) unipolarny, bipolarny	
7	Polarność czułości (A/V) unipolarny, bipolarny	
8	Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod	
9	Żywotność stymulatora >7 lat/nast. nominalne/.	
10	Możliwość odwrotnego ułożenia stymulatora w loży/aktywny awers i rewers obudowy/.	
11	Różne rodzaje gniazd dla elektrod-3.2, 5.0, 6.0, IS-1 lub możliwość połączenia z gniazdem za pomocą łącznika.	
12	specjalne funkcje terapeutyczne od 1-5 typów	
13	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych sygnałów w przedsionku lub komorze	
14	Automatyczna ocena przewidywanej żywotności stymulatora. Automatyczne dostosowanie amplitudy impulsu do spontanicznych zmian progu pobudliwości (komorowej).	
15	ICD kompatybilność	

Stymulator DDDR

Nazwa:

Nazwa firmy:

Miejsce produkcji:

Rok produkcji:

Lp.	Parametry graniczne	Spełnienie parametrów TAK/NIE
I. Właściwości fizyczne stymulatora		
1	Waga < 30g	
2	czas sterylizacji min. 12 miesięcy	
3	Gwarancja min. 5 lat	
II. Parametry programowane		
1	Rodzaje stymulacji : DDDR , DDIR, DOO, VDD, VVIR, VVT, VOO, AAIR, AAT, AOO.	
2	Częstość stymulacji –zakres minimum 40-170/min.	
3	Amplituda impulsu min 0,1 – 1,5 V	
4	Szerokość impulsu (A/V) min. 0,1 – 1,5 ms	
5	Czułość przedsionkowa/komorowa – min. 0,18/1,0 mV-4,0/7,5 mV	
6	Polarność stymulacji (A/V) unipolarny, bipolarny	
7	Polarność czułości (A/V) unipolarny, bipolarny	
8	Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod	
9	Żywotność stymulatora od 7 do pow. 10 lat /nast. nominalne/	
10	Możliwość odwrotnego ułożenia stymulatora w łożu (aktywny awers i rewers obudowy)	
11	Różne rodzaje gniazd dla elektrod-3.2, 5.0, 6.0, IS-1 lub możliwość połączenia z gniazdem za pomocą łącznika.	
12	specjalne funkcje terapeutyczne od 1-5 typów. Co najmniej dwa algorytmy aktywacji funkcji mode switch.	
13	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych sygnałów w przedsionku oraz komorze.	
14	Automatyczna ocena przewidywanej żywotności stymulatora. Automatyczne dostosowanie amplitudy impulsu do spontanicznych zmian progu pobudliwości (komorowej).	
15	ICD kompatybilność	

PAKIET 2

Lp	Asortyment	Ilość sztuk	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa
1	Zestawy jednorazowego użytku do obłożenia pola operacyjnego do rozrusznika zawierający: 1. Przykrycie (prześcieradło) z otworem na okolicę barku (wielkość do wyboru); 2. Chusta 90x150 – 2 sztuki; 3. Powłoka ochronna 75x80 na lampę – 2 sztuki; 4. Fartuch ochronny rozmiar XL 5. Kuweta lub miska na odpadki (wielkość do wyboru); 6. Gaziki 10x10 sztuk 20; 7. Serweta dwustronna na stolik; 8. Skalpel; 9. Igła 0,8, 0,9; 10. Strzykawka 2x20ml.	250					
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)							
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)							

PAKIET 3

Lp	Asortyment	Ilość sztuk	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa
1	Cewniki do kontrapulsacji wewnątrzortralnej kompatybilne do pompy typu ARROW KAAT II plus	15					
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)							
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)							

PAKIET 4

Lp	Asortyment	Ilość sztuk	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa
1	Stenty pokrywane lekami o działaniu antyproliferacyjnym	10					
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)							
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)							

Parametry wymagane

Uwagi i objaśnienia dotyczące oferty:

Parametry określone jako "TAK", są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

L.p.	Wymagane parametry oferowanego sprzętu		Wartość oferowana	Nr stron oferty potwierdzające spełnienie parametrów
1	nazwa produktu	podać		
2	numer katalogowy produktu lub grupy	podać		
3	Producent	podać		
4	biodegradowalny polimer uwalniający lek antyproliferacyjny	tak		
5	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości	podać nazwę, numer		
6	osadzenie stentu na balonie zabezpieczające przed efektem "dog bone"	tak		
7	pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu	tak		
8	skrócenie stentu przy implantacji poniżej 2% przy RBP dla stentu 3.0 x 20 mm	tak		
9	minimalny wymagany przedział długości stentów od 12.0 mm do 34.0 mm	tak		
10	niski odsetek restenozy udokumentowany badaniami klinicznymi, publikowanymi w światowej literaturze. Minimum 2 letnie wyniki obserwacji.	tak, podać wartość dołączyć materiały naukowe		1-10pkt
11	profil stentu poniżej 0.045'' przy 3,0 mm	tak		

PAKIET 5

Lp	Asortyment	Ilość sztuk	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/nazwa
1	Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy do udrożnień	100					
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)							
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)							

Parametry wymagane

Uwagi i objaśnienia dotyczące oferty:

Parametry określone jako "TAK", są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

L.p.	Wymagane parametry oferowanego sprzętu		Wartość oferowana	Nr stron oferty potwierdzające spełnienie parametrów
1	nazwa produktu	podać		
2	numer katalogowy produktu lub grupy	podać		
3	producent	podać		
4	sposób sterylizacji produktu	podać		
5	dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości	podać nazwę, numer		
6	profil balonu $\leq 0.026''$ przy średnicy 3.0 mm	tak		
7	długość użytkowa cewnika min. 135 cm,	tak		
8	cewnik balonowy o średnicy 3,0 do 4,0 powinien współpracować z cewnikiem prowadzącym 5F	tak		
9	dobrze podparcie i popychalność w trakcie zabiegu	tak		
10	średnica balonu od 1.5 mm do 4,0 mm	tak		

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

_____, dnia _____ 2010 r.

**podpis osoby(osób uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy**

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu*zgodne z ustawą – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.**(Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; zmiany: Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r., Nr 19 poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 i Nr 157, poz. 1241).*

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- 1) spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

Art. 22.

1. *O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:*
 - 1) *posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania;*
 - 2) *posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;*
 - 3) *dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;*
 - 4) *sytuacji ekonomicznej i finansowej*

Art. 24.

1. *Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:*
 - 1) *wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;*
 - 2) *wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;*
 - 3) *wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;*
 - 4) *osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*
 - 5) *spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*

- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
 - 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
 - 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 - 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Miejsce i data

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

.....
 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

OFERTA

pieczęć nagłówkowa
Wykonawcy

Szpital Wojewódzki w Łomży
18 - 404 Łomża
Al. Piłsudskiego 11

Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawę stymulatorów i akcesoriów hemodynamicznych**, oferujemy wykonanie dostawy objętej postępowaniem na cenę brutto PLN:

PAKIET 1

słownie :

PAKIET 2

słownie :

PAKIET 3

słownie :

PAKIET 4

słownie :

PAKIET 5

słownie :

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1).....

2).....

3).....

itd.

data:

podpisano:
(pełnomocniony przedstawiciel)

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowych po uprzednim wezwaniu Sprzedającego do podjęcia realizacji umowy w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 3 dni robocze.

& 3

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za otrzymany towar cenę podaną w załączniku nr 1.
2. Zapłata nastąpi w złotych polskich.
3. Kupujący będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT i otrzymania zamówionej całości.
4. Sprzedający może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Kupującego.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Ustawy - Prawo zamówień publicznych).
6. Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości w trakcie trwania umowy.
7. Wykonawca zobowiązujący do nieodpłatnego użyczenia analizatora niezbędnego przy implantacji układu stymulującego serce, na okres trwania umowy.
8. W przypadku gdyby się okazało, że wszczepiony stymulator jest wadliwy i podlega wymianie, wszystkie koszty i ewentualne następstwa a tego tytułu, obciążają Sprzedawcę.
9. Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy) z wyjątkiem:
 - a) obniżenia cen towaru o procent zmiany ceny
 - b) zmiany nazwy towaru w przypadku kiedy nowy towar spełnia wszystkie parametry towaru, który przestał być wytwarzany
 - c) zmiany podatku VAT o procent zmiany stawki podatku
10. Sprzedający oświadcza, iż znany jest mu stan majątkowy Kupującego i w związku z tym zobowiązuje się nie korzystać z uprawnień jakie daje art. 490 Kodeksu cywilnego.

& 4

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne za zwłokę:
 - 1) w dostarczeniu zamówionych towarów w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki
 - 2) w wymianie towaru nieodpowiedniej jakości na towar dobrej jakości w wysokości 0,5% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

& 5

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa Prawo zamówień publicznych, a ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla Siedziby Kupującego.
2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres **1 roku od jej podpisania**.

& 6

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Kupujący, a jeden Sprzedający.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

Załącznik:

1. Zestawienie asortymentowo - ilościowe

