

# SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**

**e – mail: [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)**

**[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)**

~~~~~  
ZT-SZP-226/01/03p/2010

17.06.2010r.

.....  
.....  
**Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Pakietu 1 pozycje 1 i 3** zawierające przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu 1 poz. 1 i 3 tworząc pakiet 5. Pozostałe wymogi zawarte w SIWZ pozostawia bez zmian.**

## **2. Dotyczy Pakietu 1 pozycji 1 i 3**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi z zaciskaczem rolkowym z chwytnikiem.

**Ad. 2. Zamawiający dopuszcza do zaferowania przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi z zaciskaczem rolkowym z chwytnikiem. Pozostałe wymogi zawarte w SIWZ pozostawia bez zmian.**

## **3. Dotyczy Pakietu 1 pozycji 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o długości komory kroplowej wraz z kolcem o długości 105 mm.

**Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o długości komory kroplowej 105mm. Pozostałe wymogi zawarte w SIWZ pozostawia bez zmian.**

#### **4. Dotyczy Pakietu 1 pozycji 1 i 3**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby przyrządy posiadały komory kroplowe wolne od PCV.

**Ad. 4. Zamawiający wymagania przedstawił w SIWZ i podtrzymuje je w całości bez zmian.**

#### **5. Dotyczy Pakietu 1 poz.1 Opis przedmiotu zamówienia.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wraz z kolcem o długości 90 mm ?

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatów do płynów infuzyjnych z komorą kroplową wraz z kolcem o długości 90mm. **Pozostałe wymogi zawarte w SIWZ pozostawia bez zmian.**

#### **6. Dotyczy Pakietu 1 poz.1 Opis przedmiotu zamówienia.**

W treści opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia *„precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu”* Wprowadzając do opisu przedmiotu zamówienia powyższy zapis Zamawiający określił przedmiot w sposób który utrudnia uczciwą konkurencję i wskazuje na konkretnego dostawcę. Jednocześnie wykluczył z postępowania oferentów którzy oferują jakościowo bardzo dobre wyroby pomimo iż nie posiadają one w zacisku rolkowym dodatkowego miejsca na kołec komory kroplowej, który nie jest niezbędny do prawidłowej pracy i obsługi przyrządów do przetoczeń płynów infuzyjnych. Dokładnie taką samą rolę jak wymagane dodatkowe miejsce na kołec komory kroplowej pełni osłona kolca, która nie jest zintegrowana z zaciskiem rolkowym tylko stanowi odrębny element każdego dostępnego na rynku aparatu do infuzji .

Wobec powyższej argumentacji wnosimy do Zamawiającego o usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego: *„precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu”* .

**Ad. 6. Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi: „precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu” pod warunkiem zapewnienia innego zabezpieczenia komory kroplowej po użyciu aparatu.**

#### **7. Dotyczy Pakietu 1 poz.3 Opis przedmiotu zamówienia.**

W treści opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia *„posiadał: wskazane miejsce w zacisku np.: rolkowym na kołec komory kroplowej zabezpieczające po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu”* Wprowadzając do opisu przedmiotu zamówienia powyższy zapis Zamawiający określił przedmiot w sposób który utrudnia uczciwą konkurencję i wskazuje na konkretnego dostawcę. Jednocześnie wykluczył z postępowania oferentów którzy oferują jakościowo bardzo dobre wyroby pomimo iż nie posiadają one w zacisku rolkowym dodatkowego miejsca na kołec komory kroplowej, który nie jest niezbędny do prawidłowej pracy i obsługi przyrządów do przetoczeń płynów infuzyjnych. Dokładnie taką samą rolę jak wymagane dodatkowe miejsce na kołec komory kroplowej pełni osłona kolca, która nie jest zintegrowana z zaciskiem rolkowym tylko stanowi odrębny element każdego dostępnego na rynku aparatu do infuzji .

Wobec powyższej argumentacji wnosimy do Zamawiającego o usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego: „*posiadał: wskazane- miejsce w zacisku np.: rolkowym na kolec komory kroplowej zabezpieczające po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu*”.

**Ad. 7 Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi: „precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu” pod warunkiem zapewnienia innego zabezpieczenia komory kroplowej po użyciu aparatu.**

#### **8. Dotyczy Pakietu 2 poz. 2,3,4.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w pakiecie nr 2 lub wyłączenie z w/w pakietu pozycji nr 2,3,4 i utworzenie odrębnej podgrupy np. 2B. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

**Ad. 8. Zamawiający wydziela z pakietu nr 2 poz. 2, 3, 4 i tworzy nowy pakiet nr 6. Pozostałe wymogi zawarte w SIWZ pozostawia bez zmian.**

#### **9. Dotyczy Pakietu 2 poz. 2 i 3.**

Czy Zamawiający ma na myśli w poz 2,3 zestaw składający się z worka 2L, kranika trójdrożnego wraz z kompletem 3-igieł o różnej średnicy i długości 8cm?

**Ad. 9. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ, czyli nie wymaga oferowania zestawów o przedstawionych parametrach.**

#### **10. Dotyczy Pakietu 3 poz. 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych w pakiecie nr 3 lub wyłączenie z w/w pakietu pozycji nr 3 i utworzenie odrębnej podgrupy np. 3B. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

**Ad.10. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu 3 poz. 3 i tworzy pakiet nr 7. Pozostałe wymogi zawarte w SIWZ pozostawia bez zmian.**

#### **11. Dotyczy Pakietu 3 poz. 1 i 2.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na wkład workowy pakiet 3 pozycja 1 i 2 który powinien być :

- uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister
- skonstruowany w sposób, który przy wymianie wkładu będzie wymagał odłączenia od pokrywy jedynie drenu pacjenta
- powinien być wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem
- powinien posiadać szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym oraz tylko jeden króciec przyłączeniowy dwu funkcyjny z opcją ortopedyczną o średnicy wew. min. 12 mm

- powinien umożliwiać łatwe łączenie w tandem
- powinien być wyposażony w obrotowe łączniki o konstrukcji schodkowej

**Ad. 11. Zamawiający dopuszcza zaferowanie sprzętu o przedstawionych parametrach**

**12.** Zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie wymogu dołączenia próbek do oferty z zakresu pakietu nr 1 poz. 1-3 w celu weryfikacji zaferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi w SIWZ.

Prośbę swą motywujemy tym, iż nie zawsze katalogi czy kolumna producent pozwala na zweryfikowanie oferowanego asortymentu.

**Ad. 12. W związku z odpowiedzią na zapytanie nr 1, Zamawiający wprowadza wymóg dołączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu w pakiecie 1 i 5 celem jego weryfikacji – w ilości 6 sztuk.**

Dokonane zmiany SIWZ, zostały ogłoszone w BZP w „ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia”.

**Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ:**

**w rozdziale V. pkt 1.1 na:**

**W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:**

**Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia**

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy: *przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi, aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych. leków, igieł do nakłuć lędźwiowych i do nakłuć jamy opłucnej, igieł do nakłuć jamy otrzewnej, igieł do biopsji i aspiracji mostka, worków j. u. z zastawką do zamkniętego zestawu odsysania, zestawów infuzyjnych do rozgałęzień, wzierników ginekologicznych* każda na kwotę minimum: Pakiet 1 - 5.000,00 zł, Pakiet 2 - 1.000,00. zł, Pakiet 3 - 2.500,00 zł, Pakiet 4 - 2.000,00 zł, Pakiet 5 - 55.000,00 zł, Pakiet 6 - 3.000,00 zł, Pakiet 7 - 2.500,00 zł,.

**w rozdziale VI. D dopisujemy pkt 2:**

**2. Oświadczenie Wykonawcy, że załączył do oferty próbki oferowanego produktu podpisane przez Wykonawcę w celu ewentualnego wykorzystania do identyfikacji lub weryfikacji dostaw (po 6 szt. każdej pozycji) - dotyczy pakietu 1 i 5.**

Podpisał  
DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO