

# SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**

**e – mail: [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)**

**[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)**

~~~~~  
ZT-SZP-226/01/27/2010

30 .06.2010r.

.....  
.....  
Dotyczy: **postępowania przetargowego na zakup i dostawę błon rtg i odczynników chemicznych do ich obróbki dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

## **1. Dotyczy Pakietu 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby termin ważności dostarczanych odczynników chemicznych wynosił min 18 miesięcy od daty dostarczenia?

**Ad. 1. Tak, Zamawiający dopuszcza termin ważności min. 18 mies.**

## **2. Dotyczy Pakietu 1 – zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych.**

W związku z tym, iż filmy zębowe nie są przedmiotem zamówienia , prosimy o usunięcie pkt 13 i 14 z tabeli parametrów wymaganych.

**Ad. 2. Zamawiający usuwa pkt. 13 i 14 z tabeli parametrów wymaganych.**

## **3. Prosimy o zmianę §2 pkt 2 umowy na:**

Dostawa przedmiotu umowy następować będzie w zależności od potrzeb na podstawie złożonego telefonicznie potwierdzonego pisemnie (faksem) zamówienia przez Kupującego w ciągu 5 dni roboczych. Dostawy nadzwyczajne w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

**Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**4. Prosimy o wpisanie dodatkowego pkt. Do umowy poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływ w dniu składania ofert np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu”?**

Wprowadzenie wskazanego zapisu jest uwarunkowane tym, iż umowa nie przewiduje dla wykonawcy żadnej ochrony w razie zaistnienia szczególnych okoliczności jakie mogą powstać w trakcie realizowania podpisanej umowy, a uprawnienie o podobnym charakterze daje Zamawiającemu. W związku z ugruntowanym orzecznictwem interesy zarówno wykonawcy, jak i zamawiającego powinny być jak najbardziej zrównoważone.

Wprawdzie istotą umów zawieranych w trybie zamówień publicznych jest uprzywilejowanie zamawiającego, jednakże w doktrynie powszechny i słuszny jest pogląd, iż kształtowanie stosunku prawnego sprzecznie z zasadami słuszności kontraktowej nie zasługuje na ochronę prawa. Nie ulega wątpliwości, iż przerzucenie przez zamawiającego całego ryzyka i zwiększonych kosztów realizacji na jedną stronę umowy, tj. wyłącznie na wykonawcę, zwłaszcza przy braku jakiegokolwiek prawa wykonawcy do uwolnienia się od umowy grożącej stratą, należy traktować jako nadużywanie pozycji dominującej, jaką niewątpliwie ma zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powyższe potwierdzają również niniejsze orzeczenia:

- wyrok KIO UZP 199/08 2008.03.20

Nie można przenosić całego ryzyka gospodarczego na jedną ze stron umowy, a ryzyko to powinno być podzielone na obie strony kontraktu. Zakaz nadużywania pozycji dotyczy obu stron umowy.

-wyrok KIO UZP 767/08 2009.06.29

Mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone.

Niezależnie od powyższego z uwagi na to, iż z jednej strony przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie zakazują stronom rozwiązywania umów (ani wprowadzania takich postanowień do umowy), a z drugiej strony w zakresie nieuregulowanym odsyłają do stosowania przepisów kodeksu cywilnego, zatem strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego mają możliwość swobodnie ukształtować łączący je stosunek prawny i na podstawie art. 353<sup>1</sup> k.c. wprowadzić do umowy zapisy umożliwiające rozwiązanie umowy na podstawie pisemnego wypowiedzenia, co wynika także z poniższego orzeczenia:

-wyrok KIO UZP 1325/08 2008.11.28

Z p.z.p. nie wynika zakaz stosowania przepisów k.c. w przypadku regulowania postanowień umowy dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy. Ustawodawca w p.z.p. nie przewidział odrębnej kompleksowej regulacji dotyczącej wcześniejszego zakończenia umowy i zezwolił w tym zakresie na odnośnienie się do uregulowań k.c.

Mając na względzie powyższe uznać należy, iż wniosek wykonawcy o wprowadzenie w/w zapisu do treści umowy jest w pełni dopuszczalny, uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.

**Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody .**

**5.** W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że ujęcie w jednej umowie realizacji kilku / kilkunastu pakietów, nie zmienia stanu prawnego, iż każdy pakiet objęty jest odrębną umową ze wszystkimi płynącymi z tego konsekwencjami prawnymi, w szczególności możliwością zgodnego rozwiązania umowy w zakresie poszczególnych pakietów.

**Ad. 5. Tak, potwierdzamy.**

**6.** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty opinii Państwowego Zakładu Higieny, ponieważ według naszej wiedzy nie jest on obecnie wymagany. Wszystkie potrzebne informacje zawarte są w deklaracjach zgodności, certyfikatach Ce oraz kartach charakterystyki

**Ad. 6. Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania opinii PZH na błony rtg oraz odczynniki chemiczne do ich obróbki.**

7. Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów sensytometrycznych (gęstość minimalna, kontrast średni, gęstość maksymalna) dla błon ogólnodiagnostycznych i mammmogarficznych jakie będą najlepiej oceniane przez Zamawiającego.

**Ad. 7. Badania parametrów sensytometrycznych wykonywane są przy ocenie jakości dostarczonych próbek filmów rtg i najwyższą ilość punktów jest przyznawana błonom , które mają wartość najbardziej zbliżoną do wartości pożądaných tj. –np. dla filmów rtg ogólnodiagnostycznych rtg gęstość minimalna około 0.24, ale nie większa jak 0.3 , zaś dla filmów mrtg gęstość minimalna około 0.20. Średnia gęstość dla filmów rtg i mrtg powyżej 2.8. Gęstość maksymalna – filmy rtg max około 3.6, filmy mrtg około 4.0.**

Podpisał  
*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO