

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610 fax 086 47 33 210 tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) www.szpital-lomza.pl

~~~~~  
**ZT-SZP-226/ 01/ 22p /2010**

**04.08.2010r.**

.....  
.....

**Dotyczy: Postępowania przetargowego na zakup i dostawę stymulatorów.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**1. Dotyczy zad. 1.**

Czy Zamawiający dopuści elektrody stymulacyjne o długości 45, 53, 60 cm do wyboru z silikonową izolacją wysokooporowe?

**Ad. 1. Tak dopuszczamy.**

**2. Dotyczy zad. 2.**

Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy z czułością przedsionkową 0,4 – 6,0 niewiele różniącą się od parametru wymaganego?

**Ad. 2. Tak dopuszczamy.**

**3. Dotyczy zad. 2.**

Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy bez automatycznej zmiany wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych sygnałów w przedsionku lub komorze?

**Ad. 3. Nie dopuszczamy.**

**4. Dotyczy zad. 3.**

Czy Zamawiający dopuści stymulator dwujamowy bez automatycznej zmiany wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych sygnałów w przedsionku lub komorze?

**Ad. 4. Nie dopuszczamy.**

**5. Dotyczy poz. 1 i 4: Stymulatory DDDR (z kompletem i bez elektrod)**

Czy Zamawiający dopuści stymulator dwujamowy DDDR bez automatycznej zmiany wartości czułości, ale z funkcją automatycznego pomiaru fali P i R co pozwala na bezpieczne i precyzyjne ustawienie czułości oszczędzając przy tym baterię i wydłużając czas pracy stymulatora?

**Ad. 5. Nie dopuszczamy.**

**6. Dotyczy poz. 1 i 4: Stymulatory DDDR (z kompletem i bez elektrod)**

Czy Zamawiający dopuści stymulator dwujamowy DDDR o czułości komorowej w zakresie 0,5 – 12,5 mV, co nieznacznie różni się od wartości opisanej w SIWZ?

**Ad. 6. Tak dopuszczamy.**

**7. Dotyczy poz. 2 i 3: Stymulatory SSIR (z kompletem i bez elektrod)**

Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy SSIR bez automatycznej zmiany wartości czułości, ale z funkcją automatycznego pomiaru fali P/R co pozwala na bezpieczne i precyzyjne ustawienie czułości oszczędzając przy tym baterię i wydłużając czas pracy stymulatora?

**Ad. 7. Nie dopuszczamy.**

**8. Dotyczy poz. 2 i 3: Stymulatory SSIR (z kompletem i bez elektrod)**

Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy SSIR o czułości przedsionkowej/komorowej w zakresie 0,5 – 12,5 mV, co nieznacznie różni się od wartości opisanych w SIWZ?

**Ad. 8. Tak dopuszczamy.**

*Podpis*

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO