



SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

www.szpital-lomza.pl

~~~~~  
ZT-SZP-226/01/ 35/2010

13.10.2010r.  
.....  
.....

Dotyczy: **postępowania przetargowego zakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego i niemedyceznego wraz z przeprowadzeniem robót adaptacyjnych pod montaż aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu „Zapewnienie standardów, podniesienie jakości usług medycznych świadczonych przez Blok Operacyjny i Dział Higieny Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**1. Dotyczy załącznika nr 13 do SIWZ pkt 10 (Pakietu 3) – Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych –Autoklawy z wytwornicą pary – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o szerokości 999 mm lub zezwoli na ewentualny demontaż i montaż stolarki drzwiowej na czas transportu i montażu urządzenia na koszt Wykonawcy?

**Ad. 1. Tak dopuszczamy.**

**2. Dotyczy załącznika nr 13 do SIWZ (Pakietu 3)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie odrębnych pakietów na zakup autoklawów z wytwornicą pary – 2 szt., sterylizatora EO (z abatorem) – 1 szt., myjni-dezynfektorów przelotowa – 2 szt? Obecna konstrukcja SIWZ prowadzi do rażącego ograniczenia ilości wykonawców mogących przystąpić do przedmiotowego postępowania i zawęży grono oferentów. Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentów złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, parametrów technicznych, jakości, kosztów eksploatacji, serwisu.

**Ad. 2. Nie wyrażamy zgody.**

**3. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt 7 (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

Czy Zamawiający dopuści jedną szynę na dodatkowe wyposażenie umieszczoną z boku aparatu? W przeciwnym wypadku prosimy o podanie jakiego rodzaju wyposażenie Zamawiający zamierza montować na dwóch szynach.

**Ad. 3. Tak dopuszczamy.**

**4. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt A 5(Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

Czy Zamawiający dopuści aparat z trybem SIMV kontrolowanym objętością bez trybu SIMV kontrolowanego ciśnieniem?

**Ad. 4. Tak dopuszczamy jeden rodzaj SIMV (objętościowy lub ciśnieniowy).**

**5. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt D 11(Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

Czy Zamawiający dopuści ekran mniejszy od opisanego o 1,6” czyli 10,4”?. Jest to różnica praktycznie niezauważalna.

**Ad.5. Nie dopuszczamy.**

**6. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt D 13 (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

Czy Zamawiający dopuści moduł pomiarów gazów anestetycznych, pomiar stężenia N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, wdech i wydech z pomiarem MAC z uwzględnieniem wieku chorego w monitorze pacjenta? Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez wszystkich producentów.

**Ad. 6. Nie dopuszczamy.**

**7. Dotyczy załącznika nr 13 do SIWZ (Pakietu 3)pkt 13.2.- Sterylizator EO ( z abatorem – 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia sterylizatora gazowego na tlenek etylenu z abatorem wraz z systemem kontroli biologicznej, zapewniającym ostateczny wynik kontroli, potwierdzenie prawidłowości cyklu po 4 godzinach?

**Ad. 7. Tak wymagamy.**

**8. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt 12.3. (Pakiet 2 - Pompa strzykawkowa. – 4 szt. ppkt.5. Zasilanie – 230V; 50 Hz**

Czy w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy z pompami strzykawkowymi Zamawiający wymaga aby dostarczone pompy charakteryzowały się min. klasą II ochrony przed porażeniem elektrycznym?

**Ad. 8. Tak dopuszczamy, ale nie wymagamy.**

**9. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt 12.3. (Pakiet 2 - Pompa strzykawkowa. – 4 szt. ppkt. 7. Bateria o krótkim czasie ładowania, maksymalnie 3 godz. od stanu rozładowania do 90% naładowania baterii**

Czy Zamawiający dopuści pompę z wbudowanym akumulatorem o krótkim czasie ładowania w trybie standardowym 5 godzin do 100%? W oferowanym rozwiązaniu akumulator pozwala na pracę przez min 10 godz przy przepływie 5ml/godz, a więc prawie dwukrotnie więcej niż Zamawiający wymaga w 6.

**Ad. 9. Nie dopuszczamy.**

**10. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt 12.3. (Pakiet 2 - Pompa strzykawkowa. – 4 szt. ppk.14. Duży, czytelny wyświetlacz o przekątnej min 13 cm**

Czy Zamawiający dopuści pompę z dużym, czytelnym wyświetlaczem o przekątnej 6,5 cm?

**Ad. 10. Nie dopuszczamy.**

**11. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt 12.3. (Pakiet 2 - Pompa strzykawkowa. – 4 szt. ppkt. 13. Możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o wadze minimalnej 10 gramów do maksymalnie 250 kg**

Czy Zamawiający dopuści pompę z funkcją programowania parametrów infuzji dla pacjentów o wadze od 250 gramów do 250 kg? Wymóg programowania wagi pacjenta od 10g nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego ponieważ aktualnie nawet najmniejsi pacjenci na oddziałach noworodkowych są ciężsi niż 250 gramów.

**Ad. 11. Tak dopuszczamy, ale nie wymagamy.**

**12. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt 12.3. A (Pakiet 2 - Pompa strzykawkowa. – 4 szt. ppkt.16. - ręczny (hands on) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h i kontrolą objętości podanego bolusa**

Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem szybkości podaży bolusa ręcznego (hands on) od 50 – 1200ml? Wymóg szybkości bolusa ręcznego od 10- 1200ml.h, jest nie uzasadniony klinicznie ponieważ funkcja bolusa ręcznego stosowana jest do szybkiego przetaczania większych objętości i możliwość programowania prędkości podaży bolusa poniżej 50ml/h prawdopodobnie nigdy nie zostanie wykorzystana.

**Ad. 12. Nie dopuszczamy.**

**13. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt 12.3. A (Pakiet 2 - Pompa strzykawkowa. – 4 szt. ppkt.17. - manualny (z ręki) – możliwość wyjęcia strzykawki, podania bolusa z ręki i ponownego włożenia do pompy, która musi dodać do objętości leku podanej pacjentowi objętość podana z ręki**

Czy Zamawiający dopuści pompę z bolusem manualnym (z ręki) – możliwość wyjęcia strzykawki, podania bolusa z ręki i ponownego włożenia do pompy, która bierze pod uwagę pozostałą objętość w strzykawce i kontynuuje rejestrację podawanej objętości?

**Ad. 13. Nie dopuszczamy.**

**14. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt 12.3. A (Pakiet 2 - Pompa strzykawkowa. – 4 szt. ppkt.19. Programowanie progów ciśnienia okluzji przez Użytkownika w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 mm Hg**

Czy Zamawiający dopuści pompę z programowaniem 22 progów ciśnienia okluzji przez Użytkownika w zakresie 50-900 mm Hg?

**Ad. 14. Nie dopuszczamy.**

**15. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt 12.3. A (Pakiet 2 - Pompa strzykawkowa. – 4 szt. ppkt. 20. Funkcja wypełnienia drenu z wyborem przez Użytkownika prędkości i objętości wypełnienia drenu oraz maksymalnej objętości wypełnienia zakresie nie mniejszym niż 0,5-5 ml.**

Czy Zamawiający dopuści pompę z funkcją wypełniania ze stałą prędkością oraz wyborem przez Użytkownika objętości wypełnienia? Wymóg wyboru przez Użytkownika prędkości wypełniania nie ma uzasadnienia klinicznego, ponieważ procedura wypełnienia drenu powinna odbywać się optymalnie szybko, a więc z maksymalną dostępną prędkością, w związku z powyższym w rzeczywistości funkcja doboru prędkości wypełniania nie będzie wykorzystywana.

**Ad. 15. Nie dopuszczamy.**

**16. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu wyprodukowanego w roku 2010?

**Ad. 16. Tak dopuszczamy.**

**17. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną obszerną szufladą z wbudowanym organizerem pozwalającą na przechowanie akcesoriów używanych z aparatem? Ilość szuflad ze względu na różne gabaryty proponowane przez różnych producentów nie powinna być warunkiem odcinającym.

**Ad. 17. Nie dopuszczamy.**

**18. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**pkt. 10**

Ponieważ sformułowanie warunku może być różnie interpretowane prosimy o dopuszczenie aparatu z wbudowanym akumulatorem zapewniającym zasilanie przez min 30 minut przy każdych nastawach i co najmniej przez 90 minut w warunkach typowych lub jak to określa Zamawiający standardowych.

**Ad. 18. Nie dopuszczamy.**

**19. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**pkt.11**

Ponieważ standardowo używane w Polsce butle do gazów medycznych O<sub>2</sub> i N<sub>2</sub>O posiadają połączenia gwintowane odpowiednio 3/4 i 3/8 cala, czy zatem Zamawiający za spełnienie warunku uzna zaoferowanie reduktorów pasujących do standardowo używanych butli? Zgodność z normami PN lub raczej EN jest oczywista i naszym zdaniem nie wymaga potwierdzenia.

**Ad. 19. Tak.**

**20. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**pkt. 11**

Czy Zamawiający dopuści korzystniejsze rozwiązanie gdzie ciśnienie w butlach prezentowane są z przodu aparatu i nie ma potrzeby korzystania z droższych reduktorów z manometrami?

**Ad. 20. Tak dopuszczamy.**

**21. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**pkt. 12**

Czy Zamawiający dopuści korzystniejsze i bezpieczniejsze rozwiązanie i zaoferowanie ssaka medycznego z dwiema butlami o pojemności 0.7L każda, z możliwością stosowania wkładów jednorazowych?

**Ad. 21. Nie dopuszczamy.**

**22. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**pkt 14**

Czy Zamawiający dopuści aparat z systemem bezpieczeństwa zapewniającym utrzymanie 23% O<sub>2</sub> w mieszaninie z N<sub>2</sub>O? Zgodnie z odpowiednimi normami medycznymi i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pacjenta już system zapewniający 21% udział O<sub>2</sub> w mieszaninie z N<sub>2</sub>O spełnia wszystkie kryteria kliniczne, dodatkowo ów system ma za zadanie niedopuszczenie do podania mieszaniny hipoksyjnej, a nie natleniania pacjenta do czego wykorzystuje się inne funkcje. Natomiast sztuczne zawyżanie wymagania ma na celu ograniczenie liczby potencjalnych oferentów.

**Ad. 22. Tak dopuszczamy.**

**23. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**pkt 22**

Czy Zamawiający dopuści nowocześniejsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu do respiratorów pneumatycznych czyli respirator napędzany elektrycznie, który nie zużywa drogich medycznych gazów napędowych i zapewnia wyższą dokładność realizacji zadanych parametrów wentylacji?

**Ad. 23. Nie dopuszczamy.**

**24. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt. 12. 1. A (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**A pkt 5**

Aby uniknąć nadinterpretacji sformułowania i posługiwania się nomenklaturą proponowaną przez inne firmy zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nowoczesnego aparatu wyposażonego w tryb wentylacji SIMV a także możliwość prowadzenia wentylacji w trybie SIMV z kontrolowanym ciśnieniem PS? Aktualne nieuzasadnione brzmienie wymagania, które jest charakterystyczne dla jednej firmy uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

**Ad. 24. Tak dopuszczamy jeden rodzaj SIMV (objętościowy lub ciśnieniowy).**

**25. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt. 12. 1. B (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**B pkt. 2**

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją częstości oddechów w zakresie typowo stosowanym zarówno dla dzieci jak i dorosłych, od 4 do 60 odd/min? Stosowanie szerszych zakresów ma oczywiście sens jeśli jednocześnie wymagana jest możliwość wentylacji z niższymi niż 20 ml objętościami. Aktualny wymóg w sposób nieuzasadniony preferuje aparat jednej firmy.

**Ad. 25. Nie dopuszczamy.**

**26. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt. 12. 1. D (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**D pkt. 1-7**

Czy parametry mierzone wymagane w punktach D1 do D7 mają być wyświetlane także w formie liczbowej na ekranie respiratora?

**Ad. 26. Tak.**

**27. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt. 12. 1. D (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**D pkt.9**

Czy Zamawiający dopuszcza prezentację na ekranie monitora?

**Ad. 27. Tak.**

**28. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt. 12. 1. D (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**D pkt.11**

Czy dopuszczony zostanie aparat z wbudowanym ekranem sterowanym przyciskami i pokrętką funkcyjnym o przekątnej 6.5 cala, na którym prezentowane są parametry ustawione i mierzone? Przy ekranie dotykowym faktycznie może zachodzić konieczność stosowania większych przekątnych by uniknąć przypadkowego uruchomienia lub zapewnienia pewności wyboru obsłudze. W naszym przypadku sprawdzony sposób sterowania i kontroli nie wymaga aż takiej przekątnej ekranu.

**Ad. 28. Nie.**

**29. Wymagania ogólne**

Czy Zamawiający wymagając potwierdzenia parametrów technicznych ma na myśli parametry regulowane i mierzone obrazowane graficznie i/lub w formie liczbowej przez odpowiednie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

urządzenia? Potwierdzenie przez oferenta, faktu dostarczenia dwóch układów rur, polskiego oprogramowania, ramienia do rur oddechowych czy też odpowiednich reduktorów, poprzez dostarczenie jakichś broszur czy fotografii nie ma głębszego sensu, bowiem Oferent jest zobligowany do dostarczenia urządzenia zgodnie z wymaganiami, sprawnego, dostosowanego do pracy, co potwierdza w tabeli. Te deklaracje można zweryfikować np. w trakcie uruchomienia. Prosimy o wyjaśnienie lub enumeratywne wymienienie, które wymagania i jakimi dokumentami powinny być potwierdzone.

**Ad. 29. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**30.** Czy w rozumieniu pkt. 1.1.1. SIWZ w pakiecie 2, Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem poprzez złożenie wykazu referencji wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie na wyroby medyczne o wartość łącznej minimum 1 mln. zł brutto?

**Ad. 30. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**31.** Czy w rozumieniu pkt .1.8 SIWZ tzn. „Wykonawca do realizacji przedmiotu postępowania musi dysponować osobami posiadającymi”: w odniesieniu do ppkt. a) wymagania Zamawiającego odnoszą się wyłącznie do pakietu nr 3, natomiast wymagania zawarte w ppkt. b) do wszystkich pakietów?

**Ad. 31. Tak.**

**32.** Czy w rozumieniu pkt. 1.2 SIWZ zapisy w ppkt. 1.2.1 dotyczą wyłącznie pakietu nr 3?

**Ad. 32. Tak jak w SIWZ.**

**33.** Czy w rozumieniu pkt. 1.2 SIWZ ppkt. 1.2.2 Zamawiający uzna za spełnienie warunku przedstawienie dokumentu/ upoważnienia wystawionego przez producenta na firmę Oferenta w zakresie m.in. sprzedaży, instalacji, uruchomienia oraz usług posprzedażowych w tym serwisu jako upoważnionego przedstawiciela i spółkę serwisową?

**Ad. 33. Tak, jeżeli w.w. dokument będzie zawierał wyszczególnienie zaoferowanego sprzętu.**

**34.** Czy w rozumieniu pkt. VI SIWZ ppkt. D pppkt. 5 Zamawiający zrezygnuje z wymogu złożenia oświadczenia, że Wykonawca na własny koszt dokona wywiezienia wszystkich pozostałości z wykonywanych robót rozbiórkowych i montażowych, a także dokona na swój koszt utylizacji tych pozostałości które tego wymagają oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty z utylizacji i protokoły przekazania odpadów, dla Oferentów składających ofertę w pakiecie 1 i 2?

**Ad. 34. Tak, podtrzymujemy zapisy SIWZ**

**35.** Czy w rozumieniu pkt. VI SIWZ ppkt. F pppkt. 7 Zamawiający wymaga dołączenia DTR i paszportów technicznych wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym?

**Ad. 35. DTR do oferty, a paszporty po montażu wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym.**

**36.** Czy załącznik nr 5 do SIWZ tzn. „Potencjał kadrowy” dotyczy wyłącznie pakietu nr 3? Przedmiotem pakietu nr 1 i 2 są dostawy dlatego też niemożliwe jest wskazanie rodzaju i nr uprawnień dla danej czynności ( taki dokumenty nie są sporządzane)?

Jak również dla realizacji pakietu nr 1 i 2 nie ma możliwości dołączenia kopii uprawnień czy zaświadczeń z właściwego oddziału izby Inżynierów Budownictwa.

**Ad. 36. Załącznik nr 5 dotyczy pakietu nr 3.**

**37.** Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu na Załączniku nr 8 do SIWZ (pod tabelą), „ Każda pozycja wyceniona w kosztorysie powinna określać nazwę materiału (charakterystykę, opis) użytego do wybudowania”, odnośnie pakietu nr 1 i 2? Przedmiotem pakietu nr 1 i 2 są dostawy bez użycia materiałów do wybudowania.

**Ad. 37. Załącznik nr 8 dotyczy pakietu nr 3.**

**38.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego odnośnie pakietu nr 1 i 2 przygotowanego przez Oferenta zawierającego wyłącznie: lp., nazwę oferowanego przedmiotu, ilość, cenę jednostkową, wartość netto, VAT kwotowy oraz wartość brutto dla każdego pakietu oddzielnie wraz z sumowaniem wszystkich pozycji oraz podaniem ceny łącznej netto i brutto dla danego pakietu kwotowo i słownie bez podawania Rg, kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu? Przykładowy kosztorys ofertowy przedstawiony przez Zamawiającego odnośnie się do robót budowlanych, które nie mają miejsca w zakresie pakietu 1 i 2 (pakiet 1 i 2 dotyczy dostaw).

**Ad. 38. Kosztorys ofertowy (załącznik nr 8) należy załączyć tylko do pakietu nr 3. Wycena pakietu nr 1 i 2 wg druku „oferta” i harmonogramu rzeczowo – finansowego.**

**39.** Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie na załączniku nr 9 do SIWZ wyłącznie części I Zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej brutto I.1 + II.2 + III.3 + IV.4 + V.5 oraz ogólnej wartości brutto w przypadku składania oferty w zakresie pakietu 1 i 2?

**Ad. 39. Załącznik nr 9 wypełnić w odniesieniu od oferowanego pakietu.**

**40.** Czy w odniesieniu do zapisów załącznika nr 10 do SIWZ Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia w lp. 11 Zamawiający dopuszcza wskazanie kosztów obsługi serwisowej pogwarancyjnej (bez umowy serwisowej) w odniesieniu do: 1 roboczogodziny, kosztów dojazdu z pkt. serwisowego obsługującego do siedziby zamawiającego, ilości i kosztów wykonania przeglądów okresowych wg zaleceń producenta oferowanej aparatury w skali 1 roku – do końca roku 2010 r. z uwagi na fakt, iż w roku 2011 koszta te mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od ogólnej sytuacji gospodarczej?

**Ad. 40. Tak dopuszczamy.**

**41.** Czy Zamawiający zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza poleganie przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków oraz złożenie w takiej sytuacji pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przez wykonywanie zamówienia?

**Ad. 41. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt V. 2.**

**42.** Czy w przypadku braku potwierdzenia na materiałach informacyjnych wszystkich parametrów oferowanych Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego zaoferowane parametry?

**Ad. 42. Zamawiający dopuszcza wyłącznie oświadczenie producenta.**

**43. Dotyczy Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych – załącznik nr 12 do SIWZ - 12.3 Pompa strzykawkowa – 4 szt.**

Dotyczy Parametry Pracy Urządzenia - Czy jeśli nie ma potwierdzenia parametru urządzenia w materiale informacyjnym, czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie oświadczenia przedstawiciela producenta?

**Ad. 43. Zamawiający dopuszcza wyłącznie oświadczenie producenta.**

**44. Dotyczy Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych – załącznik nr 12 do SIWZ - 12.3 Pompa strzykawkowa – 4 szt.**

Dot. pkt.22. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pompy strzykawkową, która posiada możliwość wprowadzania biblioteki leków za pośrednictwem komputera? Rozwiązanie takie, jest wygodniejszym i szybszym przy konfiguracji pompy oraz daje więcej możliwości Użytkownikowi.

**Ad. 44. Tak dopuszczamy.**

**45. Dot. SIWZ, III, punkt 1.7.**

Czy o ile w trakcie realizacji inwestycji okaże się, że decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia nie są wymagane, co zostanie poparte stosownymi dokumentami, Zamawiający odstąpi od tego wymogu ?

**Ad. 45.** Zamawiający określając ten wymóg odnosi się do obowiązujących przepisów prawa w tym Prawa Budowlanego .Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie zna zakresu adaptacji pomieszczeń i instalacji pod planowane do zaoferowania przez Wykonawcę wyposażenie będące przedmiotem zamówienia. To wykonawca powinien przed realizacją zamówienia w opracowanej dokumentacji projektowej przewidzieć zakres prac dostosowawczych i montażowych i uzyskać stosowne uzgodnienia i pozwolenia. Z opracowanej dokumentacji projektowej będzie wynikało czy zakres przedmiotu zamówienia wymagać będzie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

**46. Dot. SIWZ, III, punkt 1.8.**

Czy Zamawiający uzna jako spełnienie wymogu opisanego w tym punkcie dołączenie do oferty przetargowej stosownego oświadczenia o dysponowaniu w trakcie realizacji inwestycji osobami posiadającymi stosowne uprawnienia ? Wykaz takich osób przedstawiony zostanie przed ewentualnym rozpoczęciem realizacji umowy.

**Ad. 46. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**47. Dot. SIWZ, V, punkt. 1.2.**

Czy Zamawiający uzna jako spełnienie wymogu opisanego w tym punkcie poprzez dołączenie do oferty przetargowej stosownego oświadczenia o dysponowaniu w trakcie realizacji inwestycji osobą posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania robotami opisanymi w tym punkcie ?

Dane dotyczące tej osoby zostaną przedstawione przed rozpoczęciem realizacji umowy.

**Ad. 47. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**48. Dot. SIWZ, VI, punkt. A.3.**

Czy w przypadku zgody na załączenie jedynie oświadczeń, o których mowa w pytaniach 2 i 3 Zamawiający odstąpi od podania wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia w zakresie świadczenia usług, kierowania robotami budowlanymi? Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero za 6 a nawet i więcej miesięcy i lista tych osób może ulec zmianie.

**Ad. 48. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**49. Dot. SIWZ VI, punkt F2.**

Ze względu na fakt, iż niektóre z produktów będących przedmiotem niniejszego postępowania nie są wyrobami medycznymi, dla których nie jest wymagana deklaracja zgodności czy oznakowanie CE Zamawiający dopuści przedstawienie stosownego oświadczenia o niemożliwości oznakowania takiego produktu znakiem CE czy wystawienia dla niego deklaracji zgodności ?

**Ad. 49. Tak, jeżeli zaoferowane wyroby niemedyce nie są uwzględnione w grupach wyrobów dla których jest obowiązek oznakowania CE i wystawienia deklaracji zgodności**

**50.** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujący kosztorys ofertowy, o którym mówi SIWZ, punkt VI, F4 lub ewentualnie odstąpienie od załączenia do oferty kosztorysu i podanie jedynie ceny ostatecznej wykonywanych prac z zastrzeżeniem, iż kosztorys taki będzie dostarczony po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

**Ad. 50. Zamawiający załączył do SIWZ przedmiar robót stanowiący załącznik nr 17 do SIWZ oraz Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWIOR) stanowiącą załącznik nr 18 do SIWZ. Zamawiający nie odstępuje od złożenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.**

**51. Dot. SIWZ VI, punkt FF4, F5**

Czy w przypadku wyrobów (sterylizatory, myjnie), których montaż ujęty jest w cenie urządzeń Zamawiający odstąpi od załączenia wyceny robót budowlano-montażowych ?

**Ad. 51. Tak**

**52. Czy Zamawiający dopuści aby wymagane w SIWZ w punktach FVI, 6,7 instrukcje i DTR, zostały dostarczone wraz z urządzeniami. Są one dostarczane przez nas zawsze z konkretnymi urządzeniami przy dostawie? Stosowne oświadczenie zobowiązujące się do dostarczenia takiej dokumentacji zostanie załączona do oferty.**

**Ad. 52. Zgodnie z SIWZ wg Zamawiającego DTR jest dokumentem zawierającym dane techniczne i wymogi instalacyjno – montażowe w odniesieniu do oferowanych urządzeń.**

**53. Dot. SIWZ, załącznik nr 13.1. do SIWZ**

- a) Lp. 4 – Czy Zamawiający dopuści aby wewnętrzne powierzchnie komory były również kuleczkowane lub polerowane ?
- b) Lp. 43 – Ze względu na fakt, iż dokumentacja niezbędna do dopuszczenia urządzenia do eksploatacji przez Dozór Techniczny dostarczana jest wraz z urządzeniem Zamawiający dopuści aby była ona dostarczona po dostawie? Stosowne oświadczenie zobowiązujące się do dostarczenia takiej dokumentacji zostanie załączona do oferty.
- c) Lp. 41 – Ze względu na fakt, iż czynności opisane w tym punkcie mogą zostać zrealizowane dopiero po dostawie prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wyraża na to zgodę.

**Ad. 53 a. Tak dopuszczamy.**

**Ad. 53 b. Tak dopuszczamy.**

**Ad. 53 c. Tak wyrażamy zgodę.**

**54. Dot. SIWZ, załącznik nr 13.1., poz. 44, załącznik nr 13.2. poz. 33, załącznik nr 13.3. poz. 35, załącznik nr 13.4. poz. 36, załącznik nr 13.5. poz. 36.**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawa materiałów eksploatacyjnych obejmowała również wskaźniki do kontroli procesów mycia, detergenty stosowane w procesach mycia i dezynfekcji ?

**Ad. 54. Tak na okres rozruchu.**

**55. Dot. SIWZ, załącznik 13.5.**

Czy Zamawiający dopuści myjnię, w której zużycie wody na cykl w prostym programie używanym do mycia wózków wynosi ok. 100 l – 140 l ?

**Ad. 55. Tak dopuszczamy.**

**56. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt. 12. 1. D (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

D. pkt.13. Czy Zamawiający dopuści pomiar MAC bez uwzględnienia wieku chorego?

**Ad. 56. Nie dopuszczamy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**57. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ pkt. 12. 1. E (Pakiet 2) - Aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem - 4 szt.**

**E. pkt. 1**

Czy Zamawiający dopuści monitor modułowy ekranie LCD o przekątnej 12,1”i o masie 6,6 kg?

**Ad. 57. Nie dopuszczamy.**



**58. Dotyczy Załącznika nr 12 do SIWZ**

Czy sformułowanie „Moduł lub aparat do pomiaru głębokości uśpienia (BIS) - 2 szt. oznacza, że należy zaoferować 2 szt. wyżej opisanych urządzeń na 4 szt. aparatów do znieczulenia?

**Ad. 58. Tak, Zamawiający oczekuje dwóch urządzeń lub modułów monitora do pomiaru BIS na cztery aparaty do znieczulania.**

*Podpisał*

Z-CA DYREKTORA

ds. finansowo – administracyjnych

*mgr inż. Jan Bajno*