

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/36/2010

06.10.2010r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego 1,5 T dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń.

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale V. „POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA” pkt V.1. przyjmuje brzmienie: *„Obciążenie płyty stołu $\geq 150\text{kg}$ przy ruchu pionowym.*
2. W załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale V. „POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA” pkt V.10. przyjmuje brzmienie: *„Podstawowy stół aparatu MR w całości odłączalny od aparatu lub rozwiązania równoważne dające możliwość ułożenia pacjenta do badania poza pomieszczeniem rezonansu magnetycznego”*
3. W załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale VIII. „PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING)
 - pkt. VIII.9.2. przyjmuje brzmienie: *„Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) $\leq 0,55\text{ ms.}$ ”*
 - pkt. VIII.9.4. przyjmuje brzmienie: *„Min TE dla EPI (256x256 matryca) $\leq 2,7\text{ ms.}$ ”*
 - pkt. VIII.11. przyjmuje brzmienie: *„Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) $\leq 0,74\text{ ms.}$ ”*
4. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w tabeli: „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCYCH OCENIE” w rozdziale III w pkt 5 na:

5.	Liczba elementów cewki wymienionej w punkcie III.4. [n].	Podać	2 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej
----	--	-------	--

5. W załączniku nr 1 „WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE” w rozdziale I „MAGNES” w pkt 6 „wymiar pola 5G (oś X x Y x Z) $\leq 2,5 \times 2,5 \times 4,0\text{ m}$ ” lub jeżeli dla systemu MR wartość ta jest większa – zastosowanie ekranowania zapewniającego ograniczenia pola 5G do tych wymiarów.

Podpisał
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO