

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/ 01/ 22p / 2/ 2010

22.09.2010r.

Dotyczy: **postępowania przetargowego na zakup i dostawę stymulatorów dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy Stymulatora SSIR (punkt 4)

Czy Zamawiający dopuści stymulator o szerokości impulsu A/V w zakresie: 0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5 ms, niewiele różniące się od wymaganej?

Ad.1. Tak dopuszczamy.

2. Dotyczy Stymulatora SSIR (punkt 5)

Czy Zamawiający dopuści stymulator o czułości przedsionkowej: 0,25, 0,35, **0,5**, 0,7, 1, 1,4, 2, 2,8, 4 mV, oraz komorowej: 1,0, 1,4, 2, **2,8**, 4, 5,6, 8, 11,2 mV, niewiele różniące się od wymaganej?

Ad.2. Tak dopuszczamy.

3. Dotyczy Stymulatora DDDR (punkt 4)

Czy Zamawiający dopuści stymulator o szerokości impulsu A/V w zakresie: 0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, **0,4**, 0.46, 0.52, 0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5 ms, niewiele różniące się od wymaganej?

Ad.3. Tak dopuszczamy.

4. Dotyczy Stymulatora DDDR (punkt 5)

Czy Zamawiający dopuści stymulator o czułości przedsionkowej: 0.18, 0,25, 0,35, **0,5**, 0,7, 1, 1,4, 2, 2,8, 4 mV, oraz komorowej: 1,0, 1,4, 2, **2,8**, 4, 5,6, 8, 11,2 mV, niewiele różniące się od wymaganej?

Ad.4. Tak dopuszczamy.

Podpisat

Z-CA DYREKTORA

ds. finansowo – administracyjnych

mgr inż. Jan Bajno