

# SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

~~~~~  
ZT-SZP-226/ 01/ 37/ 2010

24.09.2010r.  
.....  
.....

Dotyczy: **postępowania przetargowego na zakup, dostawę oraz montaż Shaver'a laryngologicznego z akcesoriami oraz systemem cyfrowej archiwizacji medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Dotyczy załącznika nr 9 Zestawienie parametrów granicznych.**

**1.** Czy Zamawiający dopuści konsolę zasilającą nie posiadającą funkcji umożliwiającej zamknięcie lub otwarcie okna ostrza?

**Ad. 1. Nie dopuszczamy.**

**2.** Czy Zamawiający dopuści konsolę zasilającą konsolą zasilającą posiadającą funkcję umożliwiającą zatrzymanie okna ostrza zawsze w tej samej, wcześniej ustawionej pozycji, np., „zawsze otwarte” lub, „zawsze zamknięte”?

**Ad. 2. Tak jak w SIWZ.**

**3.** Czy Zamawiający dopuści komplet o identycznej funkcjonalności złożony z konsoli z pompą perystaltyczną do irygacji oraz z konsoli posiadającej pompę do przemywania optyki endoskopów. Komplet ten umożliwia jednoczesną irygację i/lub chłodzenie oraz przemywania obiektywu optyk?

**Ad. 3. Tak dopuszczamy.**

**4.** Czy Zamawiający dopuści konsolę bez 4 programów dla „modu” z przemywaniem optyki endoskopowej?

**Ad. 4. Tak dopuszczamy.**

**5.** Czy Zamawiający dopuści sterownik nożny dwupedałowy z proporcjonalnym przyciskiem dla regulacji prędkości obrotowej, bez funkcji ustawiania stopnia otwarcia ostrza microdebridera?

**Ad. 5. Nie dopuszczamy.**

**6.** Prosimy o dopuszczenie uchwytu shavera o prędkości obrotowej od 800 do 12000 i prędkości oscylacyjnej od 300 do 7000.

**Ad. 6. Tak dopuszczamy.**

7. Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenie ostrzy i frezów o maksymalnym stopniu zakrzywienia 65 stopni.

**Ad. 7. Nie dopuszczamy.**

8. Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenie ostrzy i frezów o długości 12 cm przystosowanych specjalnie do operacji zatok przynosowych i podstawy czaszki.

**Ad. 8.** Proponowane ostrza i frezy o długości 12 cm zawierają się w przedziale, opisanym w zastawieniu parametrów granicznych w części I Shaver laryngologiczny z akcesoriami w pkt 6.

Podpisał  
*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO