

# SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

~~~~~  
ZT-SZP-226/01/38/2010

~~~~~  
15.10.2010r.

.....

.....

**Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawa materiałów do badań koronarograficznych i akcesoriów do koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**1. Dotyczy wzoru umowy.**

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu ważności dostarczonego towaru do minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

**Ad. 1. Nie wyrażamy zgody.**

**2. Dotyczy wzoru umowy.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 6 na następujący:

„W przypadku braku zapotrzebowania Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru w granicach 20% w stosunku do ilości określonej w załączniku do umowy.”

**Ad.2. Nie wyrażamy zgody.**

**3. Dotyczy wzoru umowy.**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki.

**Ad.3. Nie wyrażamy zgody.**

**4. Dotyczy wzoru umowy.**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki.

**Ad.4. Nie wyrażamy zgody.**

**5. Dotyczy wzoru umowy.**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru nieodpowiedniej jakości na towar o odpowiednich parametrach do 5 dni roboczych.

**Ad.5. Nie wyrażamy zgody.**

**6. Dotyczy wzoru umowy.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 4 wzoru umowy na następujący:

„Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

**Ad.6. Nie wyrażamy zgody.**

#### **7. Dotyczy wzoru umowy.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 10 wzoru umowy na następujący:

„Sprzedający oświadcza, iż znany jest mu stan majątkowy Kupującego i w związku z tym zobowiązuje się nie korzystać z uprawnień jakie daje art. 490 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie Sprzedający może wstrzymać wykonanie dostawy jeżeli opóźnienia w regulowaniu należności przekraczają 60 dni.”

**Ad.7. Nie wyrażamy zgody.**

#### **8. Dotyczy wzoru umowy.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

„Kupujący będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT oraz towaru.”

**Ad.8. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych §3 ust. 3 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: „Kupujący będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT oraz towaru.”**

#### **9. Dotyczy Pakietu nr 5 pkt. 2.**

Co Zamawiający określa jako zestaw w pakiecie nr 5 pkt 2 (zestaw do wkluć transradialnych 5F i 6F)?

**Ad. 9. Introduktor, dren prowadzący, igła.**

#### **10. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści stenty z zastosowaniem powłoki bezpolimerowej?

**Ad.10. Tak dopuszczamy**

#### **11. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści stenty o długości od 9 do 32 mm?

**Ad.11. Tak dopuszczamy**

#### **12. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści stenty o niskim odsetku restenozy udokumentowany w obserwacji półrocznej i badaniach klinicznych opublikowanych w światowej literaturze?

**Ad. 12. Tak dopuszczamy**

#### **13. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy w przypadku pozytywnych odpowiedzi na pytania: 10 – 12, dotyczące pakietu 1 pozycji 1 Zamawiający wyłączy tę pozycję z pakietu? Wyłączenie to umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny.

**Ad.13. Nie wyrażamy zgody.**

#### **14. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści stenty o długości od 9 do 30 mm?

**Ad.14. Tak dopuszczamy**

#### **15. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści stenty o średnicy od 2,25 do 4,0 mm?

**Ad.15. Nie wyrażamy zgody**

**16. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści stenty o ciśnieniu RBP 14 bar dla rozmiarów 3,5 – 27; 4,0 – 19; 4,0-23; 4,0-27 mm, a dla pozostałych rozmiarów o ciśnieniu RBP 16 bar?

**Ad. 16. Tak dopuszczamy**

**17. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści stenty bez rejestracji do implantacji techniką direct stenting?

**Ad.17. Nie wyrażamy zgody**

**18. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2**

Czy w przypadku pozytywnych odpowiedzi na pytania: 14 – 17, dotyczące pakietu 1 pozycji 2 Zamawiający wyłączy tę pozycję z pakietu? Wyłączenie to umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny.

**Ad.18. Nie wyrażamy zgody**

**19. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści stenty o ciśnieniu RBP 14 bar dla rozmiarów 3,5 – 27; 4,0-19, 4,0-23; 4,0-27mm, a dla pozostałych rozmiarów o ciśnieniu RBP 16 bar?

**Ad.19. Tak dopuszczamy**

**20. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści stenty o długości od 9 do 30mm?

**Ad.20. Tak dopuszczamy**

**21. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści stenty o budowie szczelin w cylindrycznym materiale i konstrukcji typu „slotted tube”?

**Ad.21. Nie wyrażamy zgody**

**22. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy w przypadku pozytywnych odpowiedzi na pytania: 19 – 21, dotyczące pakietu 3 pozycji 1 Zamawiający wyłączy tę pozycję z pakietu? Wyłączenie to umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny.

**Ad.22. Nie wyrażamy zgody**

**23. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający zezwoli na wyłączenie tej pozycji z pakietu? Wyłączenie to umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny.

**Ad.23. Nie wyrażamy zgody**

**24. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści stenty o długości od 9 do 30 mm?

**Ad.24. Nie wyrażamy zgody**

**25. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści stenty o ciśnieniu RBP 14 bar dla rozmiarów 3,5 – 27; 4,0-19, 4,0-23; 4,0-27mm, a dla pozostałych rozmiarów o ciśnieniu RBP 16 bar?

**Ad.25. Tak dopuszczamy**

**26. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1**

Czy w przypadku pozytywnych odpowiedzi na pytania: 24 – 25, dotyczące pakietu 4 pozycji 1 Zamawiający wyłączy tą pozycję z pakietu? Wyłączenie to umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny.

**Ad.26. Nie wyrażamy zgody**

**27. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o ciśnieniu nominalnym 8 atm. RBP 16 atm i MBP 24 atm?

**Ad.27. Nie wyrażamy zgody**

**28. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe typu monorail, semi-compliance?

**Ad.28. Tak dopuszczamy**

**29. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o średnicy od 1,5 do 4,5 mm co 0,5mm?

**Ad.29. Nie wyrażamy zgody**

**30. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1**

Czy w przypadku pozytywnych odpowiedzi na pytania: 27 – 29, dotyczące pakietu 4 pozycji 4 Zamawiający wyłączy tą pozycję z pakietu? Wyłączenie to umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny.

**Ad.30. Nie wyrażamy zgody**

***Podpisał***

Z-CA DYREKTORA

ds. finansowo – administracyjnych

*mgr inż. Jan Bajno*