

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

www.szpital-lomza.pl

~~~~~  
ZT-SZP-226/01/03p/ 2 / 2010

04.10.2010r.

.....  
.....  
Dotyczy: **postępowania przetargowego na zakup i dostawę sprzętu medycznego j. u. dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

## **1. Dotyczy warunków udziału w postępowaniu**

Zamawiający oczekuje, w przypadku pakietu 1, posiadania przez Wykonawców doświadczenia w zakresie wykonania (wykonywania) co najmniej dwóch dostaw przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi na kwotę co najmniej 80 000 zł każda. Prosimy o zmianę powyższego warunku. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawców mówi o dostawach tego samego rodzaju, a nie o dostawach identycznych z przedmiotem zamówienia. W świetle obowiązujących przepisów żądanie posiadania doświadczenia w zakresie dostaw konkretnych produktów, a nie produktów tego samego rodzaju (w tym przypadku będzie to niewątpliwie sprzęt medyczny jednorazowego użytku) jest niedopuszczalne.

**Ad.1. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 2 dostaw sprzętu j. u. .**

## **2. Dotyczy wymaganych próbek dla pakietu 1**

Prosimy o ograniczenie wymaganych próbek do 3 sztuk dla każdej pozycji.

**Ad.2. Zamawiający ogranicza dostarczenie wymaganych próbek do 5 szt. dla każdej pozycji. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.**

## **3. Dotyczy wzoru umowy.**

Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad z 5 dni do 5 dni roboczych.

**Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **4. Dotyczy wzoru**

Prosimy o sprecyzowanie, np. w postaci ułamka wartości umowy, jak duże ograniczenie zakresu wchodzi w grę zgodnie z regulacją zawartą w & 3 ust. 6 wzoru umowy.

#### **Ad.4. & 3 ust. 6 wzoru umowy przyjmuje nowe brzmienie :**

*„Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości w trakcie trwania umowy, przy uwzględnieniu iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20%.”*

#### **5. Dotyczy pakietu 1 poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wraz z kolcem o długości 110 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Ad. 5. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów z komorą kroplową o długości 110 mm. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.**

#### **6. Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i 2**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi z precyzyjnym zaciskaczem rolkowym posiadającym miejsce do podwieszenia drenu, tzw, chwytник.

**Ad. 6. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego asortymentu. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.**

#### **7. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia nakłucia klatki piersiowej tj:

- worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml
- dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8 x 8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4.8 x 6.8-40 cm dł)
- szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu
- trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)
- strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwością połączenia do trójdrożnego kraniku

**Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do nakłucia klatki piersiowej.**

**Wymagania pozostawia jak w SIWZ. Igła do nakłuć jamy opłucnej 3-4/ 12-14 G x 8 cm. Sterylne j. u..**

#### **8. Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw używany do drenażu płynów gromadzących się w jamie brzusznej składający się z:

- worka z podziałką o pojemności 2l, wyposażonego w bezzwrotną zastawkę i odpływ
- drenów łączących: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8 x 6.8-85 cm długości dla PARASET 2 oraz 100 cm długości dla pozostałych wersji) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4.8 x 6.8-40 cm dł)
- trójdrożny szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do дренаżu
- kaniulę, której zastosowanie ogranicza w możliwy sposób bolesność zabiegu. Po wprowadzeniu przez powłoki brzuszne i późniejszym wysunięciu z miejsca wkłucia części metalowej kaniuli w ciele pacjenta pozostaje giętki atraumatyczny cewnik, który nie uraża narządów wewnętrznych
- igła kaniuli 16G (51 mm long) pakowana indywidualnie
- strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwością połączenia do trójdrożnego kraniku

**Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do дренаżu jamy brzusznej. Wymagania pozostawia jak w SIWZ. Igła do nakłuć jamy otrzewnej 3/G 14 x 8 cm. Sterylne j. u..**

#### **9. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1,2**

W treści opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej. Wprowadzając do opisu przedmiotu zamówienia powyższy zapis Zamawiający określił przedmiot w sposób który utrudnia uczciwą konkurencję i wskazuje na konkretnego dostawcę. Jednocześnie wykluczył z postępowania oferentów którzy oferują jakościowo bardzo dobre wyroby pomimo iż nie posiadają one w zacisku rolkowym dodatkowego miejsca na kolec komory kroplowej, który nie jest niezbędny do prawidłowej pracy i obsługi przyrządów do przetoczeń płynów infuzyjnych i transfuzji. Dokładnie taką samą rolę jak wymagane dodatkowe miejsce na kolec komory kroplowej pełni osłona kolca, która nie jest zintegrowana z zaciskiem rolkowym tylko stanowi odrębny element każdego dostępnego na rynku aparatu do infuzyjnych i transfuzji.

Wobec powyższej argumentacji wnosimy do Zamawiającego o usunięcie wymaganego zapisu.

**Ad.9. Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi: „, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu „, pod warunkiem zapewnienia innego zabezpieczenia kolca komory kroplowej po użyciu aparatu. Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.**

#### **10. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1,2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w poz. zestawów do paracentezy i toracentezy składających się z 3 igieł o różnej średnicy i długości 8cm, kranika trójdrożnego oraz worka 2 litrowego.

**Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawów do paracentezy i toracentezy. Podtrzymuje wymogi SIWZ w tym zakresie.**

**11. Dot. Wzoru umowy §4 ust. 1.1 i 1.2**

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za zwłokę w dostawie towaru (ust 1.1) oraz za wymianę towaru wolnego od wad (ust 1.2) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%

**Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Podpisał  
*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO