

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/ 01/ 02p /2010

07.10.2010r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę materiałów szewnych.

dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści nici z 2 igłami o dł. 6,0 mm 140 mikronów, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Ad.1. Tak dopuszczamy.

2. Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w & 3 ust. 7 e w zakresie zmiany cen wynikających ze zmiany podatku VAT, wg poniższej propozycji:

„ c) zmiany cen brutto w przypadku zmiany podatku VAT o procent zmiany stawki podatku”

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, w pozycjach opisanych w tabeli poniżej, igłę o długościach 16 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

rozmiar	Długość i kształt igły	Długość nici
3/0	17-20 mm, okrągła ½ koła	75 cm
4/0	17-20 mm, okrągła ½ koła	75 cm

Ad. 3. Tak dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, w pozycjach opisanych w tabeli poniżej, podwiązkę o długościach nici 6 x 75 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

rozmiar	Długość i kształt igły	Długość nici
0	Bez igły	10 x 75 cm

Ad. 4. Nie dopuszczamy.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, w pozycjach opisanych w tabeli poniżej, podwiązki o długości nici 12 x 75 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

rozmiar	Długość i kształt igły	Długość nici
2/0	Bez igły	10 x 75 cm
3/0	Bez igły	10 x 75 cm

Ad. 5. Tak dopuszczamy.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 igły o długości 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Ad. 6. Tak wyrażamy zgodę.

7. Dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści igłę 6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 7. Tak dopuszczamy.

8. Dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści igłę pogrubioną, wzmocnioną 6 mm co jest równoważne z igłą wymaganą przez Zamawiającego?

Ad. 8. Tak dopuszczamy.

9. Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści igłę 6 mm 150 mikronów, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 9. Tak dopuszczamy.

10. Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści igłę 6 mm 150 mikronów, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 10. Tak dopuszczamy

11. Dotyczy pakietu 3 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 6,2 mm?

Ad. 11. Nie dopuszczamy.

12. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 pozycji 1, 2 i 3** igłę o długości 31mm? Pozostałe parametry bez zmian. Dodam, że używali Państwo na bloku operacyjnym produkt posiadający parametry, o których dopuszczenie wnioskujemy.

Ad.12. Tak dopuszczamy.

13. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 pozycji 8, 9 i 10** podwiązki 5 x 70 cm przy odpowiednim przeliczeniu(2 saszetki 5x70cm) w miejsce podwiązek 10 x 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.13. Tak dopuszczamy.

14. Dotyczy umowy. Paragraf 2 ust. 5.

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Po uwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni.

Opóźnienie w wymianie spowoduje naliczenie kar w wysokości 0,5 % wartości wymienionej z opóźnieniem partii towaru za każdy dzień zwłoki”

Ad.14. Nie wyrażamy zgody.

15. Dotyczy umowy. Paragraf 2 ust. 7.

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku 3-krotnej nieterminowej realizacji zamówienia lub nienależytego wywiązania się z postanowień niniejszej umowy (3-krotna dostawa niezgodna z zamówieniem) Kupujący ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.

Ad.15. Nie wyrażamy zgody.

16. Dotyczy umowy. Paragraf 3 ust. 6.

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

„Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości w trakcie trwania umowy, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20%”

Ad.16. & 3 ust. 6 wzoru umowy. Przyjmuje nowe brzmienie:

„Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości w trakcie trwania umowy, przy uwzględnieniu iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20%.”

Podpisał
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO