

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

www.szpital-lomza.pl

~~~~~  
ZT-SZP-226/ 01/ 40/ 2010

12.10.2010r.  
.....  
.....

Dotyczy: postępowania przetargowego na **zakup i dostawę sprzętu urologicznego jednorazowego użytku.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**1. Dot. Pakietu nr 13 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, który oprócz składu wskazanego w siwz, zawiera także serwetę na stolik Mayo 145cmx80cm mogącą mieć zastosowanie jako worek na odpady po zabiegu oraz serwetki celulozowe do osuszania rąk?

**Ad. 1. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**2. Dot. Pakiet 13 poz. 3-4:**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów z normą EN 13795:1-3?

**Ad. 2. Tak, wymagamy .**

**3. Dotyczy pakietu 2**

**a) poz. 1-2**

Czy w skład zestawu do nefrostomii ma wchodzić cewnik skalowany co 1 cm, tak jak obecnie stosowany na terenie Państwa placówki?

**b) poz 1-2**

Czy cewnik wchodzący w skład zestawu do nefrostomii ma być wykonany z materiału dwuwarstwowego, którego warstwa wewnętrzną ułatwia wprowadzenia za pomocą prowadnicy, a warstwa zewnętrzna jest mniej atraumatyczna dla pacjenta?

**Ad. 3a. Nie**

**Ad. 3b. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**4. Dot. Pakiet 7 poz. 1-2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii składającego się z rozrywanej igły 12 cm, cewnika wykonanego z poliuretanu o długości ok. 55 cm, skalpela, worka na mocz, przyklepnego systemu do mocowania do skóry pacjenta.

**Ad. 4. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**5. Dotyczy pakietu 8 poz. 1-5**

Czy cewniki Dufoura mają być pokryte silikonem czy może mają być wykonane ze 100 % silikonu pokrytego hydrożelem dla lepszego poślizgu oraz dla ograniczenia kontaktu lateksu z tkanką, co zmniejsza ryzyko występowania alergii?

**Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zarówno cewniki Dufoura pokryte silikonem jak i wykonane z silikonu pokrytego hydrożelem.**

**6. Dotyczy pakietu 10 poz. 2**

Czy igła biopsyjna automatyczna ma posiadać do wyboru dwie długości wycinka 15 mm i 22 mm, tak jak dotychczas stosowane na terenie Państwa placówki?

**Ad. 6. Tak.**

**7. Dotyczy pakietu 11 poz. 3**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewnika o długości 90 cm spełniającego pozostałe parametry SiWZ.

**Ad. 7. Zamawiający dopuszcza.**

**8.** Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

**Ad. 8. Każdy pakiet jest związany ze wzorem załączonej umowy.**

**9. Dot. Pakietu nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii, w skład którego wchodzi: cewnik pigtail 8 F, dł. części prostej 34 cm, 2-u częściowa igła punkcyjna 18G, przewodnik Lunderquista 0,035”, 80 cm, 2 rozszerzadła atraumatyczne, łącznik do worka na mocz, jednodrożny kranik regulujący przepływ moczu, kołnierz mocujący cewnik?

**Ad. 9. Zamawiający nie dopuszcza.**

**10. Dot. Pakietu nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii, w skład którego wchodzi: cewnik pigtail 9 F, dł. części prostej 34 cm, 2-u częściowa igła punkcyjna 18G, przewodnik Lunderquista 0,035”, 80 cm, 2 rozszerzadła atraumatyczne, łącznik do worka na mocz, jednodrożny kranik regulujący przepływ moczu, kołnierz mocujący cewnik?

**Ad. 10. Zamawiający nie dopuszcza.**

**11. Dot. Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii, w skład którego wchodzi: cewnik pigtail 12 F, dł. części prostej 34 cm, 2-u częściowa igła punkcyjna 18G, przewodnik Lunderquista 0,035”, 80 cm, 2 rozszerzadła atraumatyczne, łącznik do worka na mocz, jednodrożny kranik regulujący przepływ moczu, kołnierz mocujący cewnik?

**Ad. 11. Zamawiający nie dopuszcza.**

**12. Dot. Pakietu nr 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii, w skład którego wchodzi: cewnik pigtail 14 F, dł. części prostej 28 cm, 2-u częściowa igła punkcyjna 18G, przewodnik Lunderquista 0,035”, 80 cm, 2 rozszerzadła atraumatyczne (1 z koszulką rozrywalną), zacisk regulujący przepływ moczu, lejek do worka na mocz, zatyczka?

**Ad. 12. Zamawiający nie dopuszcza.**

**13. Dot. Pakietu nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści prowadnik „J” Lunderquista 0.035" dł. 80 cm?

**Ad. 13. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**14. Dot. Pakietu nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści prowadnik „J” Lunderquista 0.035" dł. 80 cm?

**Ad. 14. Odpowiedź jak wyżej.**

**15. Dot. Pakietu nr 4, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozszerzacza w rozmiarze 12F lub 14F.

**Ad. 15. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**16. Dot. Pakietu nr 4, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści łącznik miękkie o dł. 18 cm?

**Ad. 16. Zamawiający nie dopuszcza.**

**17. Dot. Pakietu nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszyk Dormia wykonany z nitinolu, prosty, 4 drutowy w rozmiarze 3F i o długości 120 cm?

**Ad. 17. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**18. Dot. Pakietu nr 6, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści koszyk Dormia wykonany z nitinolu, prosty, 4 drutowy w rozmiarze 2.5 F i o długości 120 cm?

**Ad. 18. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**19. Dot. Pakietu nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do cystostomii 12 F w składzie: cewnik pigtail 12F z zaciskiem regulującym przepływ moczu, dł. 65 cm, igła rozrywalna dł. 120 mm, skalpel?

**Ad. 19. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**20. Dot. Pakietu nr 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii 14F w składzie: cewnik pigtail 12F z zaciskiem, dł. 65 cm, igła rozrywalna dł. 120 mm, skalpel?

**Ad. 20. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**21. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów 3F o dł. 18cm, bez zacisków, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 21. Zamawiający nie dopuszcza.**

**22. Pakiet nr 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów 4F o dł. 18cm, bez zacisków, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad.22. Zamawiający nie dopuszcza.**

**23. Pakiet nr 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów 5F bez zacisków, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 23. Zamawiający nie dopuszcza.**

**24. Pakiet nr 1, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów bez zacisków, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 24. Zamawiający nie dopuszcza.**

**25. Pakiet nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrotomii punkcyjnej bez kranika i bez łącznika, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 25. Zamawiający nie dopuszcza.**

**26. Pakiet nr 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrotomii punkcyjnej bez kranika i bez łącznika, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 26. Zamawiający nie dopuszcza.**

**27. Pakiet nr 3, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrotomii punkcyjnej bez skalpela, bez strzykawki z nierozrywalną koszulką oraz bez kołnierza, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 27. Zamawiający nie dopuszcza.**

**28. Pakiet nr 6, pozycja 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści koszyk Dormia o długości 90cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 28. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**29. Pakiet nr 7, pozycja 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystotomii z cewnikiem Foleya, bez skalpela, strzykawki i kołnierza, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 29. Zamawiający nie dopuszcza.**

**30. Pakiet nr 10, pozycja 2**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 10 z zadania 10 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Ad. 30. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**31. Pakiet nr 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14 x 250cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 31. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**32. Pakiet nr 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 90 x 100cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 32. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**33. Pakiet nr 13, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze minimum 56g/m<sup>2</sup> do zabierów urologicznych w składzie:

1 x Serweta na stolik 150 x 190cm

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej z otworami brzuszными i kroczywymi, osłoną palca kieszeniową do zbiórki płynów 190 x 230cm

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk?

**Ad. 33. Zamawiający nie dopuszcza.**

**34. Pakiet nr 13, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze minimum 56g/m<sup>2</sup> do zabierów cystoskopii w składzie:

1 x Serweta na stolik 75 x 90cm

2 x Nogawica 70 x 120 cm

1 x Samoprzylepna serweta z otworem, 2-warstwy 75 x 90cm, otwór 6 x 8 cm przylepny?

**Ad. 34. Zamawiający nie dopuszcza.**

**35. Dotyczy pakietu 6**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pakietu 6 koszyk o średnicy ramion 15 mm i średnicy systemu wprowadzającego 4 F, długość całkowita narzędzia wynosi 90 cm.

**Ad. 35. Zamawiający nie dopuszcza.**

**36. Dotyczy pakietu 6**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 pakietu 6 koszyk o średnicy ramion 12 mm i średnicy systemu wprowadzającego 2,7 F, długość całkowita narzędzia wynosi 90 cm.

**Ad. 36. Zamawiający nie dopuszcza.**

**37. Dotyczy pakietu 4**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 pakietu 4 igłę 2 częściową o dł. 20 cm i średnicy 17,5 G.

**Ad. 37. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**38. Dotyczy pakietu 4**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 pakietu 4 rozszerzadła z rozrywalną koszulką o średnicach 12 F lub 14 F lub 16 F zamiast 13 F i 15 F.

**Ad. 38. Zamawiający dopuszcza 14F i 16F.**

**39. Dotyczy pakietu 4**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 pakietu 4 średnicę rozszerzadła 12 lub 14 F zamiast 13F

**Ad. 39. Zamawiający dopuszcza 12F.**

**40. Dotyczy zapisów siwz**

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia referencji na sprzęt endoskopowy jednorazowego użytku o wymaganych wartościach i wyższych.

**Ad. 40. Zamawiający, nie dopuszcza.**

**41. Czy dla produktów klasy I i IIa wystarczy złożenie CE i deklaracji zgodności (w nawiązaniu do art. 134 ustawy z dnia 20 maja 2010).**

**Ad. 41. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**42. Dotyczy pakietu 6 poz. 1.**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyka Dormia o rozmiarach 10mm/3.OF/115 cm oraz 20mm /4.5F /65 cm spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 42. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie koszyka Dormia o rozmiarach 10mm/3.OF/115 cm. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie koszyka Dormia o rozmiarach 20mm /4. 5F /65 cm**

**43. Dotyczy pakietu 6 poz. 1.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyka Dormia o rozmiarach 10mm/2.2F/115 cm spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 43. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. VI D dodając pkt. 3 o brzmieniu: „ Wykonawca do oferty załączy dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normą EN 13795:1-3 - dotyczy pakietu 13 poz. 3, 4.**

**Podpisat**

Z-CA DYREKTORA

ds. finansowo – administracyjnych

*mgr inż. Jan Bajno*

