

# SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

~~~~~  
ZT-SZP-226/01/ 44 / 2010

19.10.2010r.  
.....  
.....

**Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do diagnostyki mikrobiologicznej.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**1. Dotyczy Pakietu 3 poz. 15 - 17**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 15 – 17 wymaga płytek Petriego sterylizowanych radiacyjnie czy aseptyczne?

**Ad.1. W poz. 15-17 Zamawiający wymaga, by płytki były wyjałowione radiacyjnie.**

**2. Dotyczy Pakietu 3 poz. 11**

Czy Zamawiający w pakiecie 3, poz. 11 wymaga, aby pipetki były pakowane pojedynczo czy po 5 sztuk?

**Ad.2. W poz. 11 Zamawiający dopuszcza obie opcje – tak pipetki pakowane pojedynczo, jak i po 5 szt.**

**3. Dotyczy Pakietu 3 poz. 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 8 wymaga, aby próbówki były sterylne?

**Ad.3. W poz. 8 Zamawiający wymaga, aby próbówki były sterylne.**

**4. Dotyczy Pakietu 3 poz. 4**

W związku z tym, że producenci i użytkownicy w różny sposób podają pojemność probówek (raz jest to pojemność całkowita a innym razem pojemność robocza), czy Zamawiający zaakceptuje próbówki o wymiarach 12 x 75 mm z określoną przez producenta pojemność 5 ml?

**Ad. 4. W poz. 4 Zamawiający akceptuje próbówki o pojemności 5 ml, o ile długość i szerokość będą takie, jak opisane w SIWZ.**

**5. Dotyczy Pakietu 3 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pipety Pasteura o długości całkowitej 15 cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Ad. 5. W poz. 11 Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowano pipety Pasteur'a o całkowitej długości 15 cm.**

**6. Dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 6 wymazówek z korkiem w kolorze czarnym? Taki sam kolor korka posiada wymazówka z podłożem Amies z węglem, ale wyraźnie widać czarny kolor podłoża na dnie próbówki.

**Ad.6. Tak dopuszczamy.**

**7. Dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 6 wymazówki drewnianej w próbówce plastikowej bez podłoża?

**Ad.7. Nie dopuszczamy.**

**8. Dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 6 wymazówki z cienką bawełnianą końcówką (wacikiem) ?

**Ad.8. Tak dopuszczamy.**

**9. Dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 wymazówki plastikowej bez podłoża z włóknem alginowym?

**Ad.9. Tak wyrażamy zgodę.**

**10. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 4 z Pakietu 2 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Ad.10. Nie wyrażamy zgody.**

**11. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 5**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5 z Pakietu 2 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Ad.11. Nie wyrażamy zgody**

**12. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści probówki PS, 5ml, 12x75, okrągłodenne, 5ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Ad.12. Zamawiający akceptuje probówki o pojemności 5 ml, o ile długość i szerokość będą takie, jak opisane w SIWZ.**

**13. Dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści probówki typu Eppendorf 1,5 ml, bezbarwne, stożkowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Ad.13. Zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowano probówki typu Eppendorf 1,5 ml, ponieważ takie probówki występują w pozycji 6 pakietu nr 3.**

**14. Dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści pipety Pasteura o rozmiarze 15cm, z podziałką, jałowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Ad.14. Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowano pipety Pasteur'a o całkowitej długości 15 cm, z podziałką, jałowe.**

**15. Dotyczy Pakietu nr 3, pozycja 19**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 19 z Pakietu 3 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Ad.15. Zamawiający nie wyraża zgody.**

*Podpisat*

Z-CA DYREKTORA

ds. finansowo – administracyjnych

*mgr inż. Jan Bajno*