

# SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. 266

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

ZT-SZP-226/ 01/ 42 /2010

02.11.2010r.

.....  
.....  
**Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę endoprotez stawu biodrowego oraz gwoździ śródszpikowych.**

## **1. Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:**

Pkt. V.1.2 – W myśl art. 22 ust. 4 ustawy PZP, który stanowi, iż „opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków ... powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia” czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postawionego wymogu w odniesieniu do sytuacji finansowej poprzez rozdzielenie kwoty, którą należy udowodnić sytuację finansową, proporcjonalnie do wartości pakietów - odrębnie dla pakietu 1 stanowiącego endoprotezy oraz odrębnie dla Pakietu 2 stanowiącego gwoździe i płyty – w analogiczny sposób jak wymóg został postawiony w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia, oddzielnie dla pakietu 1 oraz oddzielnie dla Pakietu 2.

Nadmieniamy, iż przedmiot zamówienia jest podzielony na dwa odrębne pakiety, wielokrotnie różniące się cenowo (co ma też odzwierciedlenie w różnicy kwot wadium), zaś wymóg sytuacji finansowej w zakresie kwoty jest wspólny dla wszystkich wykonawców bez względu na pakiet, w którym będą brali udział. Stąd wnioskujemy jak powyżej.

**Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w części V pkt 1.2 i nadaje mu nowe brzmienie:**

### **1.2. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.**

➤ warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum:

Pakiet 1 - 400.000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 zł)

Pakiet 2 - 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100 zł)

## **2. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoźdźcia śródszpikowego rekonstrukcyjnego podwójnie blokowanego do kości udowej z 0 stopniową antetorsją dla blokowania śrubami trzonowymi Ø 6,5mm względem płaszczyzny anatomicznego wygięcia gwoźdźcia zamiast z 8 stopniową antetorsją?

**Ad.2. Tak, wyrażamy zgodę.**

## **3. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania śruby szyjkowej Ø 11mm zamiast Ø 12mm?

**Ad.3. Tak, wyrażamy zgodę.**

**4. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoźdźcia o średnicy w części proksymalnej 17mm zamiast max. 16mm?

**Ad.4. Tak, wyrażamy zgodę.**

**5. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoźdźcia do kości piszczelowej o przekroju zbliżonym do trójkąta zapewniającego obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji zamiast wyposażonego w minimum trzy kanałki?

**Ad.5. Tak, wyrażamy zgodę.**

**6. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płyt dynamicznych biodrowych (DHS) od 2 do 18 otworów o dł. 68-324mm zamiast od 2 do 14 otworów dł. 48-336mm?

**Ad. 6. Tak, wyrażamy zgodę.**

**7. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płyt dynamicznych kłykciowych (DCS) o dł. 118-310mm dla wymaganej ilości otworów zamiast 118-374mm?

**Ad.7. Tak, wyrażamy zgodę.**

**8. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8.**

Poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby kompresyjnej DHS/DCS dł. 31 mm zamiast 36mm?

**Ad. 8. Nie wyrażamy zgody**

**9. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 9.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania śruby DHS/DCS o dł. gwintu 18mm zamiast 22mm?

**Ad.9. Tak, wyrażamy zgodę.**

**10. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 10,11.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10-11 gwoździ azurowych z okrągłymi otworami i o średnicy min. 5 mm?

**Ad.10. Tak, wyrażamy zgodę.**

**11. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 12.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoźdźcia śródszpikowego do kości piszczelowej rekonstrukcyjnego o kącie wygięcia 13 stopni zamiast 10 stopni?

**Ad.11. Tak, wyrażamy zgodę.**

**12. Dotyczy Pakietu nr 2 poz.12.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoźdźcia śródszpikowego do kości piszczelowej rekonstrukcyjnego o długości w części proksymalnej (do zagięcia) do 80mm zamiast do 55mm?

**Ad.12. Tak, wyrażamy zgodę.**

**13. Dotyczy Pakietu nr 2 poz.13.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoźdźcia śródszpikowego blokowanego do kości ramiennej wielopłaszczyznowego (rekonstrukcyjnego) uniwersalnego do lewej i prawej kończyny (bez podziału na lewy i prawy gwóźdź)?

**Ad.13. Tak, wyrażamy zgodę.**

**Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy:**

**Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Ad. 14. Nie wyrażamy zgody.**

**Czy Zamawiający doda zapis w §2 ust. 5, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Ad.15. Nie wyrażamy zgody.**

**Czy Zamawiający zmieni w §3 ust. 10 wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane uzgodnione między przedstawicielami obu stron?**

Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzania zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

**Ad.16. Nie wyrażamy zgody.**

**W związku z odpowiedzią na zapytanie nr 1 (modyfikacja SIWZ) Zamawiający przedłuża termin otwarcia i składania ofert na dzień 25.11.2010r. Godziny otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.**

**Podpisł**  
*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO