

**SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY**

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

~~~~~  
**ZT-SZP-226/01/ 52/2010**

**07.12.2010r.**

.....  
.....  
**Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę rurek intubacyjnych, rurek tracheostomijnych, łączników anestetycznych, filtrów antybakteryjnych, wymienników ciepła i wilgoci oraz masek krtaniowych.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**1. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści łącznik kątowy jednorazowego użytku sterylne. Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający łącznik wielorazowy przed użyciem będzie musiał poddać procesowi sterylizacji, która jest wielokrotnie droższa od łącznika jednorazowego gotowego do użycia. Łączniki, które służą do współpracy z tym wyrobem w tym pakiecie są jednorazowe.

**Ad.1. Nie wyrażamy zgody.**

**2. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr o niższej wadze tj. 17g i szerszym zakresie objętości oddechowej tj. 70-600ml (Zamawiający wymaga 75-600ml) ze złączami 15mmM/15mmF-22mmM.

Pragniemy zaznaczyć iż proponowany przez nas filtr z powrotem jest stosowany w Państwa szpitalu.

**Ad.2. Tak dopuszczamy.**

**3. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych?

**Ad.3. Tak, zgodnie z SIWZ.**

**4. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga znacznika głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni wokół rurki?

**Ad.4. Nie wymagamy.**

**5. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych?

**Ad.5. Tak, zgodnie z SIWZ.**

**6. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych?

**Ad.6. Tak, zgodnie z SIWZ.**

**7. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga znacznika głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni wokół rurki?

**Ad.7. Nie wymagamy.**

**8. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych?

**Ad.8. Tak, zgodnie z SIWZ.**

**9. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga w komplecie dwóch tasiemek mocujących?

**Ad.9. Nie wymagamy, ale dopuszczamy.**

**10. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki intubacyjne były silikonowane, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad.10. Nie dopuszczamy.**

**11. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki tracheostomijne były silikonowane i czy dopuści oznakowanie rozmiaru na skrzydełkach mocujących, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad.11. Nie dopuszczamy.**

**12. Dotyczy Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe typu Guedel wykonane z PE, matowe, z oznakowaniem na rurce tylko rozmiaru, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 12. Nie dopuszczamy.**

**13. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno – wirusowy elektrostatyczny z zakresem zdalnej objętości w przedziale 300 – 1500 ml, ciężarem filtra 28,5 g, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad.13. Nie dopuszczamy.**

**14. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy z zakresem zdalnej objętości w przedziale 300 – 1500 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad.14. Nie dopuszczamy.**

**15. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny z zakresem zdalnej objętości w przedziale > 150ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad.15. Nie dopuszczamy.**

**16. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3:**

Zgodnie z Dyrektywą Europejską i Prawem Farmaceutycznym jednorazowe produkty nieinwazyjne stosowane w terapii oddechowej jak min. filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci należą do klasy czystości II a, więc nie muszą być sterylne, a mikrobiologicznie czyste.

Z uwagi na powyższe czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie filtra oddechowego antybakteryjnego i antywirusowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci pakowanego pojedynczo mikrobiologicznie czystego?

**Ad.16. Tak, wyrażamy zgodę.**

**17. Dotyczy umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 6 wzoru umowy na następujący:

*„W przypadku braku zapotrzebowania Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru w granicach 20% w stosunku do ilości określonej w załączniku do umowy.”*

**Ad.17. Nie wyrażamy zgody.**

**18. Dotyczy umowy**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki.

**Ad. 18. Nie wyrażamy zgody.**

**19. Dotyczy umowy**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki.

**Ad.19. Nie wyrażamy zgody.**

## **20. Dotyczy umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 4 wzoru umowy na następujący:

*„Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego.*

*Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”*

**Ad.20. Nie wyrażamy zgody.**

## **21. Dotyczy umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 8 wzoru umowy na następujący:

*„Sprzedający oświadcza, iż znany jest mu stan majątkowy Kupującego i w związku z tym zobowiązuje się nie korzystać z uprawnień jakie daje art. 490 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie Sprzedający może wstrzymać wykonanie dostawy jeżeli opóźnienia w regulowaniu należności przekraczają 60 dni.”*

**Ad.21. Nie wyrażamy zgody.**

## **22. Dotyczy umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

*„Kupujący będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT oraz towaru.”*

**Ad.22. Nie wyrażamy zgody.**

## **23. Czy Zamawiający w Zamawiający w Pakiecie 2 dla Punktu III (rurka intubacyjna zbrojona z mankietem)**

poprzez cechę „linia rtg oznaczająca położenie rurki” rozumie co najmniej dwie rozdzielone linie ze znacznikiem do identyfikacji w rtg na całym obwodzie rurki pozwalające na ustalenie pozycji mankieta w tchawicy ( głębokości intubacji )? Ze względu na wtopiony w ścianki rurki intubacyjnej zbrojonej drut, rurki takie nie posiadają znacznika rtg na grzbiecie. Dotyczy to wszystkich Producentów. Takie uszczegółowienie opisu SIWZ pozwoli uniknąć nieporozumień w trakcie oceny przedmiotu oferty.

**Ad. 23. Zamawiający wymaga co najmniej dwie rozdzielone linie ze znacznikiem do identyfikacji w rtg. Nie wymagamy aby te linie przebiegały na całym obwodzie.**

**24. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dla pozycji 1 i 3 wymaga, aby łączniki były wykonane z rury karbowanej wewnątrz gładkiej, co eliminuje możliwość kontaminacji bakterii? Łączniki mogą być wykonane z różnego rodzaju materiału ( karbowane sztywne, karbowane rozciągliwe) co ma wpływ na cenę produktu. Takie uszczegółowienie opisu SIWZ pozwoli uniknąć nieporozumień w trakcie oceny przedmiotu oferty.**

**Ad.24. Nie wymagamy aby łączniki były wewnątrz gładkie. Oferowane łączniki karbowane nie muszą być rozciągliwe.**

**25. Czy w Pakiecie 6 w pozycji 3 dopuści filtr o masie własnej 21g?**

**Ad. 25. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 6 pozycja 3 filtry o masie minimalnej od 15 g przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ.**

**26. Czy w Pakiecie 7 w pozycji 1 wymienniki mają być jednoelementowe? Taka konstrukcja zmniejsza masę wymiennika przy zachowaniu integracji umieszczenia warstwy nawilżającej z portem do tlenu.**

**Ad. 26. Zamawiający nie stawia warunku co do ilości elementów z których składa się wymiennik.**

**Podpisał**  
**DYREKTOR**  
**SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO**  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
**SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO**