

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. **266**

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

**ZT-SZP-226/ 01/ 4 /2012**

**08.02.2012r.**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę opakowań i testów do procesu sterylizacji.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Dotyczy Rękawów papierowo-foliowych z zakładką:**

**1.** Czy Zamawiający w Poz. 1 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji o szerokości zakładki 40mm zamiast 50mm?

**Ad.1. Nie dopuszczamy.**

**2.** Czy Zamawiający w Poz. 3 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji o szerokości zakładki 55mm zamiast 50mm?

**Ad.2. Tak dopuszczamy.**

**3.** Czy Zamawiający w Poz. 4 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji o szerokości zakładki 70mm zamiast 80mm?

**Ad.3. Nie dopuszczamy.**

**Dotyczy rękawów papierowo-foliowych:**

**4.** Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe posiadające folię 5-warstwową + warstwa kleju?

**Ad.4. Nie dopuszczamy.**

**5.** Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o wytrzymałości na przedarcie w kierunku wytwarzania 650mN?

**Ad.5. Nie dopuszczamy.**

**6.** Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o przenikalności powietrza 6,6  $\mu$ /Pa\*s?

**Ad.6. Nie dopuszczamy.**

**7.** Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na moko w kierunku walcowania 1.3kN/m, w kierunku poprzecznym 0.7kN/m?

**Ad.7. Wymieniony parametr nie jest napisany w SIWZ.**

**8.** Dotyczy działu TOREBKI PAPIER-FORLIA (gładkie) pozycja nr 1: Czy w miejsce torebki 200 x 270 (mm) Zamawiający dopuści torebkę 205 x 270 (mm)?

**Ad.8. Tak dopuszczamy.**

**9.** Dotyczy działu TESTY pozycja 3: czy Zamawiający dopuści testy biologiczne do sterylizacji parowej z odczytem po 48 godzinach?

**Ad.9. Nie dopuszczamy.**

**10.** Dotyczy działu TESTY pozycja 13-14 oraz działu SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH: Wymagany asortyment nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679/2010) a zatem nie wymaga dopuszczeń do obrotu i stosowania, ani żadnych zgodności CE. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie Wykonawcy?

**Ad.10. Tak dopuszczamy.**

**11.** Dotyczy działu TESTY pozycja 7.2: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 przyrządu testowego kontroli mycia mechanicznego. Aktualna ilość stanowi 50% rocznego zapotrzebowania

**Ad.11. Ilość – 2 szt. dotyczy samego testu. Przyrząd testowy nie jest wymagany.**

**Dotyczy działu TESTY poz. 11.3**

**12.** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do kontroli zdolności wymycia kateterów o średnicy 5mm?

**Ad. 12. Nie dopuszczamy.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania nr 10 i 11, Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść SIWZ :

- wykreślając w części VI D w pkt 1 zdanie: „Na zaoferowane urządzenia nie będące wyrobami medycznymi wymagana jest deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE.”
- wykreślając w części VI E w pkt 2 poz. 8 „Test sprawdzający skuteczność mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze nie wymagający dodatkowych działań – 2 szt.” **zdanie: Przyrząd do testów kontroli mycia mechanicznego.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w.w. zmiany zostały zamieszczone w BZP w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

**Podpisał**  
**DYREKTOR**  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO