

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. **266**
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/ 01/ 4 /2012

03.02.2012r.

**Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
ZAKUP I DOSTAWĘ
OPAKOWAŃ I TESTÓW DO PROCESU STERYLIZACJI**

TERMIN SKŁADANIA OFERT: **13.02.2012r. godz. 10:00**

OTWARCIE OFERT: **13.02.2012r. godz. 10:30**

CPV : 33.19.10.00 – 5 – Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

33.19.11.00 – 6 – Urządzenia sterylizujące

35.23.00.00 – 5 - Rękawy

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

Kontakt: tel. 86 47 33 266
fax 86 47 33 210
e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl

Strona internetowa: www.szpital-lomza.pl

Udostępnienie SIWZ w wersji elektronicznej:
www.szpital-lomza.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opakowań i testów do procesu sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwanego dalej Zamawiającym w ilościach, asortymencie i o wymaganiach wg załącznika nr 1 do SIWZ.
2. Realizacja odbywać się będzie w ilościach ustalanych telefonicznie przez Zamawiającego.
3. Dostawy towaru do magazynu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
4. Oferta musi zawierać całe zamówienie. **Zamówienie jest niepodzielne. Oferta, w której zamówienie nie będzie wycenione w całości zostanie odrzucona.** Wyceny należy dokonać **w cenach brutto.**
5. Zamawiający **przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.** Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega możliwość udzielenia w okresie 1 roku od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający **nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej** w rozumieniu zapisów art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **1 rok od dnia podpisania umowy.**

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

➤ warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy opakowań i testów do procesu sterylizacji, **na kwotę minimum: 77.000,00. zł.**

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w **pkt. 1.1.** winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w **pkt 2** powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru na **zał. nr 2** do SIWZ (oryginał).

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz

załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru na **zał. nr 4** do SIWZ (oryginał).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa pełnomocnik tych Wykonawców (Lider) albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru na **zał. nr 3 do SIWZ (oryginał)**.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w :

pkt 1, 2, – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Dokumenty o których mowa w lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

D. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć:

1. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania – w formie świadectwa rejestracji wyrobu (jeżeli dotyczy wyrobu), a w przypadku wyrobów nie podlegających obowiązkowi zgłoszenia dokument potwierdzający wywiązanie się wytwórcy z obowiązku nałożonego ustawą z dnia

20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679) albo dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu medycznego Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych bądź dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu a w przypadku wyrobów nie podlegających obowiązkowi zgłoszenia lub powiadomienia dokument potwierdzający wywiązanie się wytwórcy z obowiązku nałożonego ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679).

Niezależnie od daty pierwszego wprowadzenia wyrobu medycznego do użycia na terytorium RP Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE.

Na zaoferowane urządzenia nie będące wyrobami medycznymi wymagana jest deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE.

Na w.w dokumentach należy umieścić adnotację, której pozycji dotyczą.

2. Dokumenty (opisy techniczne producenta, prospekty producenta, katalogi producenta, ulotki producenta, foldery producenta, oświadczenia producenta) potwierdzające spełnienie parametrów wymagalnych zaoferowanych produktów.

3. Wymagane oświadczenia i dokumenty:

1. **wydane przez wytwórcę** - tam, gdzie wymieniona jest norma, na zgodność z normami dotyczącymi nie biologicznych systemów kontroli sterylizacji (odpowiednio: PN EN ISO 11140-1, PN EN ISO 11140-4) z podaniem klasy wskaźnika.
2. **wydane przez wytwórcę** - o parametrach punktu końcowego tam, gdzie ma to zastosowanie.
3. **wydane przez wytwórcę** - tam, gdzie jest to oznaczone „nietoksyczny” - o braku zawartości soli metali ciężkich w substancji testów chemicznych.
4. **wydane przez niezależną jednostkę** – potwierdzenie klasy wskaźnika tam, gdzie wymagane przy opisie wskaźnika.
5. **wydany przez wytwórcę opakowań** potwierdzający zgodność oferowanych opakowań z normami EN ISO 11607-1:2009 i EN 868-2:2009 oraz dokument wydany przez wytwórcę opakowań potwierdzający, iż wytwarzane przez niego opakowania mogą być walidowane przez szpital w oparciu o normę EN ISO 11607-2.
6. wydany przez wytwórcę potwierdzający parametry wytrzymałościowe papierów i włókien oraz ich zgodności z normą PN EN 868-2 oraz wydany przez wytwórcę papierów i włókien zawierający **charakterystykę wytrzymałościową** oferowanych papierów i włókien.
7. **kompletna charakterystyka papieru** stosowanego w zaoferowanych torebkach i rękawach wydana przez wytwórcę opakowań w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3.
8. **charakterystyka folii** wydana przez jego wytwórcę.

E. Inne:

1. Wypełnione załączniki do SIWZ od 1 do 5.

2. Oświadczenie Wykonawcy, że załączył do oferty próbki oferowanego produktu podpisane przez Wykonawcę:

- **po 2 arkusze dla papieru i włókniny, 2 x 30 cm rękawa*;**
- **po 2 szt. torebek, testów*;**
- **Test do kontroli ster. parą wodną dla parametrów 134°/7', 121°/20' - 2szt *;**

- **Test biologiczny do sterylizacji parowej ampułkowy – 2 amp*;**
- **Test chemiczny zintegrowany do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu – 2 szt. ***
- **Pakiet kontrolny prawidłowości działania sterylizatora typu B&D – 2 szt. *;**
- **Test do kontroli dezynfekcji termicznej 93/10 90/5 – 2 szt. *;**
- **Test sprawdzający skuteczność mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze nie wymagający dodatkowych działań Przyrząd do testów kontroli mycia mechanicznego – 2 szt. *;**
- **Pisaki odporne na warunki sterylizacji – 2 szt. *;**
- **Testy do sprawdzania skuteczności zgrzewu zgrzewarek rolkowych bez konieczności umieszczenia wskaźnika w dodatkowym opakowaniu – 2 szt. *;**
- **Etykiety podwójnie przyklepne ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parą wodną – 2 szt. *;**
- **Etykiety podwójnie przyklepne bez wskaźnika sterylizacji – 2 szt. *;**
- **Koperty do archiwizacji danych ze sterylizatora – 2 szt. *;**
- **Koperty do archiwizacji danych z myjni-dezynfektora – 2 szt. *;**

**1 szt. każdej próbki, wymagana zostanie przeznaczona do ewentualnej identyfikacji lub weryfikacji dostaw, a druga zostanie wykorzystana (zużyte) dla potwierdzenia parametrów wymaganych w SIWZ.*

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.**

2. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:

- **sprawy merytoryczne** – mgr Magdalena Ostaszewska – tel. 86 47 33 532 godz. 8.00-15.00
- **sprawy formalno-prawne** – mgr Sylwia Wiszniewska - tel. 86 47 33 266 w godz. 8.00-15.00

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający będzie dodatkowo zamieszczał na swojej stronie internetowej, zgodnie z przepisami ustawy.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ niezwłocznie, jednak nie później niż **na 2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ (wraz z treścią pytań bez ujawniania źródła zapytania), a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

8. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może przed upływem terminu składania ofert **zmienić treść SIWZ**. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany jest ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy złożyć na druku „Oferta” (w załączeniu) – **Załącznik nr 5 do SIWZ (oryginał)**.

3. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem ręcznym.

4. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty muszą **być aktualne na dzień otwarcia ofert**.

5. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy, pieczętę nagłóvkową firmy oraz podpis i pieczętę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.
6. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Dokumenty załączone do oferty winny być oznaczone kolejnymi numerami odpowiadającymi pozycji wpisu do wykazu dokumentów załączonego do oferty.
8. Strony oferty winny być ponumerowane.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.
12. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia i dokumenty. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. **Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia zgodności z oryginałem.**
13. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nieprześwietlonej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy (**adres, tel./fax. i e-mail do korespondencji**) oraz w napis:

<p>“ Oferta na zakup i dostawę opakowań i testów do procesu sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” “Nie otwierać przed 13 .02. 2012 r. godz. 10:30”</p>
--

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
15. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
16. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. W przypadku załączenia do oferty dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy je wyraźnie oddzielić od części jawnej oferty i oznaczyć „*tajna część oferty*”.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Utajnienie dokumentów nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa powoduje odrzucenie oferty.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach, **w kancelarii (pokój 235) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża do dnia: 13 .02.2012r. do godz. 10⁰⁰**

2. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. **13 .02.2012r. o godz. 10:30** w Sali konferencyjnej (**pokój 242**) Szpitala Wojewódzkiego *im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego* , Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża .

3. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt. 1.

4. Wprowadzone zmiany winny być przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. X.13, a koperta dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informację dotyczące ceny zawarte w ofertach.

7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert – na ich wniosek.

8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podana cena ostateczna powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (**z podatkiem VAT***). **Cena powinna m.in. obejmować koszty dostawy, itp.** Do oceny kryterium „cena” będzie brana pod uwagę wartość całego zamówienia .

Przy obliczaniu wartości brutto zamówienia należy stosować zasadę obliczania wartości brutto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 22.12.1999r. w sprawie wykonywania

niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym rozdz. 13 § 37.1 t.j.

$$\text{cena jednostkowa} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

*** Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.**

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

KRYTERIUM	WAGA
CENA	- 100 %

2. W zakresie kryterium „CENA” - maksymalną ilość punktów – otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{najniższa wartość brutto całego zamówienia spośród wszystkich ofert}}{\text{wartość brutto całego zamówienia oferty badanej}} \times 10 \times 100\%$$

3. Ocena końcowa oferty:

Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 10 pkt.

4. Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnego posiedzenia Komisji. W toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert (art. 26 ust. 3 P. z. p.)

6. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

W przypadku omyłek rachunkowych, tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

7. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – zgodnie z art. 87. ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Oferta będzie odrzucona , jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt.10 a) SIWZ, na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niż PLN.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym **niż 5 dni** od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona 1 oferta.
3. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę (3 egzemplarze), wg załączonego wzoru, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 4. W przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie będą one zobowiązane przedłożyć umowę konsorcjum.**
5. Załącznikiem do umowy będzie wypełniony przez Wykonawcę załącznik :

1. Zestawienie asortymentowo- ilościowe.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Projekt Umowy w załączeniu – **załącznik nr 6**, który stanowi integralną część SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – od art. 179 do 198.

3. Odwołanie należy kierować na adres:

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań

Ul. Postępu 17 A

02-676 Warszawa

Tel. +48 224587801

Faks +48 224587800

Załączniki do SIWZ :

Załącznik nr 1 – zestawienie asortymentowo – ilościowe

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - druk „Doświadczenie zawodowe”

Załącznik nr 5 - druk „Oferta”

Załącznik nr 6 – projekt umowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWE

OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE

1. Papier sterylizacyjny – parametry wymagane

I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały

- a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%
- b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02 %
- c) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
- d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m
- e) gramatura nominalna 60 g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2),

2. Włókniny sterylizacyjne – parametry wymagane

- II generacja : celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem, **kolor niebieski**

- a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%
- b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02 %
- c) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m
- d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m
- e) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro
- f) gramatura nominalna 60 g/m² (tolerancja wg. PN EN 868-2),

3. Torebki i rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu – parametry wymagane (konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5, PN EN ISO 11607-1,2):

Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3)

- a. wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach
- b. przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 µm/Pa*s
- c. nie zwilżalność wodą 20 - 40 s
- d. wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m

Folia co najmniej 8 warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju

- a) przezroczysta , bez rozwarstwień , bez substancji toksycznych i porów

- b) zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 °C
- c) wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN
- d) elastyczna - wydłużenie niemniej niż 70 %

Wymagania ogólne

- a) wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania
- b) wskaźnik procesu sterylizacji parowej , EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji $\geq 100 \text{ mm}^2$ [PN EN 868-5]
- c) jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej , EO, łatwa do interpretacji
- d) jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia
- e) zgrzew fabrycznie wielokrotny
- f) ze względów techniczno- higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz
- g) ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta

WSKAŹNIKI DO KONTROLI STERYLIZACJI ORAZ INNE MATERIAŁY

1. STERYLIZACJA PAROWA – parametry wymagane

- 1) Jednorazowy pakiet typu BOWIE-DICK - nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick'a 134°C 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej ,
- 2) Wskaźnik procesu – taśma wskaźnikowa(wymagana charakterystyka techniczna producenta) 12 mm x 50 mb
- 3) Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu [wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację] - wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 121 °C/20 min i 134 °C/7 min. odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1
- 4) Wskaźnik biologiczny – ampułkowy, o czasie inkubacji 24 godziny, wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121 °C i 134 °C
- 5) Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 121°C/20 min i 134 °C/7 min. odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 do stosowania z przyrządem PCD

2. STERYLIZACJA TLENKIEM ETYLENU [EO] – parametry wymagane

- 1) Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu - wskaźnik zintegrowany (klasy 5 wg ISO 11140-1) dla sterylizatorów na tlenek etylenu wszystkich typów (100% EO).

3. INNE MATERIAŁY ZUŻYWALNE W CS – parametry wymagane

- a) Koperty dokumentacyjne - przystosowane do etykiet i wskaźników wymienionych niżej
- b) Etykiety powinny zawierać miejsce do umieszczenia następujących informacji: data sterylizacji, data ważności, nr sterylizatora, nr osoby obsługującej sterylizator, rodzaj sterylizacji, nr cyklu sterylizacji.
- c) Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych
- d) Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych, stosowany w pisaku atrament – spełnia wymagania atramentu stosowanego we wskaźnikach klasy 1, zgodnie z normą ISO 11140-1 (załączyć deklarację zgodności oraz próbkę), atrament wskaźnikowy bez związków

ołowiu (załączyć oświadczenie wytwórcy), możliwość wykonania napisów o długości około 400 m

- e) Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], nie wprowadzający obcych substancji do procesu oceny

4. SYSTEMY MONITOROWANIA PROCESÓW MYCIA I DEZYNFEKCJI – parametry wymagane

- a) Test dezynfekcji termicznej o parametrach 93 °C /10 min w myjni-dezynfektorze
- b) Test dezynfekcji termicznej o parametrach 90 °C /5 min w myjni-dezynfektorze
- c) Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, gotowy do natychmiastowego użycia, zgodny z EN ISO 15883-1, Możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 minut, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora, Możliwość sprawdzania trudnodostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie czy złącza instrumentów o skomplikowanej budowie.
- d) Test skuteczności mycia zgodny z PN EN ISO 15883, do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach
- e) Przyrządy do mocowania wskaźnika umożliwiające kontrolę różnego typu narzędzi oraz wskaźniki tj. :
- przyrząd z pojemnikiem na płytkę wskaźnika – kontrola zdolności wymycia narzędzi do małoinwazyjnej chirurgii;
 - przyrząd zbudowany z pojemnika na płytkę wskaźnika i rurki o długości 2 m o średnicy wewnętrznej 2 mm zakończonej złączką uniwersalną – kontrola zdolności wymycia kateterów o średnicy 2 mm;
 - Wskaźnik skuteczności mycia do monitorowania efektów mycia, symulacja zabrudzenia ludzką krwią, wskaźnik zgodny z normą PN EN ISO 15883, skład substancji wskaźnikowej odpowiada składowi krwi ludzkiej

Wymagane oświadczenia i dokumenty :

- 1. wydane przez wytwórcę** - tam, gdzie wymieniona jest norma, na zgodność z normami dotyczącymi nie biologicznych systemów kontroli sterylizacji (odpowiednio: PN EN ISO 11140-1, PN EN ISO 11140-4) z podaniem klasy wskaźnika;
- 2. wydane przez wytwórcę** - o parametrach punktu końcowego tam, gdzie ma to zastosowanie;
- 3. wydane przez wytwórcę** - tam, gdzie jest to oznaczone „nietoksyczny” - o braku zawartości soli metali ciężkich w substancji testów chemicznych;
- 4. wydane przez niezależną jednostkę** – potwierdzenie klasy wskaźnika tam, gdzie wymagane przy opisie wskaźnika;
- 5. wydany przez wytwórcę opakowań** potwierdzający zgodność oferowanych opakowań z normami EN ISO 11607-1:2009 i EN 868-2:2009 oraz dokument wydany przez wytwórcę opakowań potwierdzający, iż wytwarzane przez niego opakowania mogą być walidowane przez szpital w oparciu o normę EN ISO 11607-2;
- 6.** wydany przez wytwórcę potwierdzający parametry wytrzymałościowe papierów i włóknin oraz ich zgodności z normą PN EN 868-2 oraz wydany przez wytwórcę papierów i włóknin zawierający **charakterystykę wytrzymałościową** oferowanych papierów i włóknin;
- 7. kompletna charakterystyka papieru** stosowanego w zaoferowanych torebkach i rękawach wydana przez wytwórcę opakowań w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3;
- 8. charakterystyka folii** wydana przez jego wytwórcę;

PAPIER DO STERYLIZACJI

Lp.	Rozmiar (cm)	Ilość Arkuszy (szt.)	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nazwa + kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną
1	50 x 50 cm	1 000					
2	60 x 60 cm	4 000					
3	75 x 75 cm	2 500					
4	90 x 90 cm	2 000					
5	100 x 100 cm	2 500					
6	120 x 120 cm	400					

WŁÓKNINA

Lp.	Rozmiar (cm)	Ilość arkuszy (szt.)	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nazwa + kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną
1	60 x 60 cm	1 000					
2	75 x 75 cm	2 000					
3	90 x 90 cm	2 500					
4	100 x 100 cm	1 500					
5	120 x 120 cm	500					

RĘKAWY PAPIER – FOLIA (gładki) - do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu z nadrukowanym sprawdzianem sterylizacji

Lp.	Rozmiar (mm)	Ilość w mb	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nazwa+ kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną
1	75	10 000					
2	100	9 000					
3	150	4 800					
4	200	5 000					
5	250	4 000					
6	300	3 000					

RĘKAWY PAPIER – FOLIA Z ZAKŁADKĄ - do sterylizacji parą i tlenkiem etylenu z nadrukowanym sprawdzianem sterylizacji

Lp.	Rozmiar (mm)	Ilość w mb	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nazwa + kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną
1	100 x 50	3 000					
2	150 x 50	1 000					
3	200 x 55	1 500					
4	300 x 80	1 200					
5	350 x 80	600					
6	400 x 80	600					

TOREBKI SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ - do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu z naniesionym sprawdzianem sterylizacji

Lp.	Rozmiar (mm)	Ilość (szt.)	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nazwa + kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną
1	90 x 200	3 000					
2	130 x 270	3 000					
3	250 x 400	3 000					
4	300 x 450	2 000					

TOREBKI PAPIER – FOLIA (gładkie) - do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu z naniesionym sprawdzianem sterylizacji

Lp.	Rozmiar (mm)	Ilość (szt.)	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nazwa + kod producenta zgodny z załączoną dokumentacją techniczną
1	200 x 270	2 400					

TESTY

Lp.	TESTY	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nazwa
1	Test do kontroli ster. parą wodną dla parametrów 134°/7', 121°/20'	18 000 szt.					
2	Taśma kontrolna do autoklawu z naniesionym indykátorem (szer.19mm)	7 500 mb					
3	Test biologiczny do sterylizacji parowej ampułkowy	500 szt.					
4	Test chemiczny zintegrowany do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu	8 000 szt.					
5	Pakiet kontrolny prawidłowości działania sterylizatora typu B&D	1 200 szt.					
6	Test do kontroli dezynfekcji termicznej 93/10 90/5	2 000 szt. 2000 szt.					
7	Test sprawdzający skuteczność mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze nie wymagający dodatkowych działań Przyrząd do testów kontroli mycia mechanicznego	5 000 szt. 4 szt.					
8	Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 121°C/20 min i 134 °C/7 min. do stosowania z przyrządem PCD	4 000 szt.					
9	Pisaki odporne na warunki sterylizacji	200 szt.					
10	Testy do sprawdzania skuteczności zgrzewu zgrzewarek rolkowych bez konieczności umieszczania wskaźnika w dodatkowym opakowaniu	750 szt.					
11	Wskaźniki do sprawdzania skuteczności mycia narzędzi rurowych Przyrząd do wskaźników kontroli mycia narzędzi rurowych Przyrząd do kontroli zdolności wymycia kateterów o średnicy 2 mm;	100 szt. 2 szt. 2 szt.					
12	Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parą wodną	15 0000 szt.					
13	Etykiety podwójnie przylepne bez wskaźnika sterylizacji	50 000 szt.					
14	Trzyrzędowa metkownica do w/w etykiet	3 szt.					

15	Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych, stosowany w pisaku atrament – spełnia wymagania atramentu stosowanego we wskaźnikach klasy 1, zgodnie z normą ISO 11140-1	5 szt.					
16	Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych	50 szt.					

SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH

Lp		Ilość (szt.)	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent/ Nazwa
1	Koperty do archiwizacji danych ze sterylizatora	1 200					
2	Koperty do archiwizacji danych z myjni-dezynfektora	1 500					

WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA (NETTO) : zł

WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA DO OCENY (BRUTTO) :..... zł

REGON
NIP.....
Internet http://.....
e-mail.....

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawę opakowań i testów do procesu sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Znak sprawy: ZT-SZP-226/ 01/ 4 / 2012

OŚWIADCZAM

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....
.....
.....

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

_____, dnia _____

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

REGON

NIP.....

Internet http://.....

e-mail.....

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawę opakowań i testów do procesu sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Znak sprawy: ZT-SZP-226/ 01/ 4 / 2012

OŚWIADCZAM

My, niżej podpisani

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....

.....

.....

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

_____, dnia _____

podpis osoby(osób uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)
REGON
NIP.....
internethttp://.....
e-mail.....

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawę opakowań i testów do procesu sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Znak sprawy: ZT-SZP-226/ 01/ 4/ 2012
przedstawiamy:

Doświadczenie zawodowe

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp.	Rodzaj dostaw	Wartość dostaw brutto	Termin realizacji dostaw	Miejsce wykonania

.....
data

.....
pieczęćka i podpis Wykonawcy

1. Dokumenty potwierdzające , że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

OFERTA

pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)
REGON
NIP.....
intemethhttp://.....
e-mail.....

Szpital Wojewódzki
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
18 - 404 Łomża

Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego **na zakup i dostawę opakowań i testów do procesu sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Znak sprawy: ZT-SZP-226/ 01/ 4/ 2012

oferujemy wykonanie dostawy objętej postępowaniem na cenę **brutto PLN:**

.....

słownie :

Termin płatności – 30 dni

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
3. Zamówienie zrealizujemy sami /z udziałem podwykonawców*, w przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy części zamówienia im powierzone

.....

Na etapie umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że będzie odpowiadał za ich prace jak za własne.

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Integralną częścią oferty są dokumenty wyszczególnione w pkt. SIWZ

1.....

2.....

.....

(pieczęć Wykonawcy)

.....

data (podpis upoważnionego przedstawiciela firmy)

* niepotrzebne skreślić

7. Nie wypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego tj. nieterminowa lub niezgodna dostawa z zamówieniem, a także istotne uchybienia w zakresie jakości dostarczonego wyrobu lub ich okresu gwarancji - dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowych po uprzednim wezwaniu Sprzedającego do podjęcia realizacji umowy w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 3 dni robocze.

& 3

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za otrzymany towar cenę podaną w załączniku nr 1.
2. Zapłata nastąpi w złotych polskich.
3. Kupujący będzie regulował należności za dostarczony towar przelewem bankowym w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT i otrzymania zamówionej całości.
4. **Sprzedający może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej Dz. U. Nr. 112 z 2011 poz. 654)**
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).
6. **Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości w trakcie trwania umowy.**
7. Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) z wyjątkiem:
 - a) obniżenia cen towaru o procent zmiany ceny
 - b) zmiany nazwy towaru w przypadku kiedy nowy towar spełnia wszystkie parametry towaru, który przestał być wytwarzany
 - c) zmiana obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku
 - d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie
8. Sprzedający oświadcza, iż znany jest mu stan majątkowy Kupującego i w związku z tym zobowiązuje się nie korzystać z uprawnień jakie daje art. 490 Kodeksu cywilnego.
9. Kupujący w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 pkt. 2, lub braku reakcji, opieszałość w wymianie zareklamowanego przedmiotu umowy, będzie upoważniony do dokonania zakupu interwencyjnego, którego koszty dodatkowe (różnica między ceną realizacji zakupu a ceną wynikającą z umowy oraz koszty transportu) poniesie Sprzedający.

& 4

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne za zwłokę:
 - 1) w dostarczeniu zamówionych towarów w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki
 - 2) w wymianie towaru nieodpowiedniej jakości na towar dobrej jakości w wysokości 0,5% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

& 5

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych, a ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla Siedziby Kupującego.
2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres **1 roku od dnia podpisania umowy.**

§ 6

1. Sprzedający będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi / z udziałem podwykonawców*.
2. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich prace jak za własne.

& 7

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwie otrzymuje Kupujący, a jedną Sprzedający.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

Załączniki do umowy:

1. Zestawienie asortymentowo ilościowe.

* - niepotrzebne skreślić