

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)
www.szpital-lomza.pl

znak sprawy: ZT-SZP-226/02/28/2021

Łomża, dnia 11.08.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI KONKURSU OFERT

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Konkursu ofert wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie w zakresie pakietu 2 poz. 1 rękawic posiadających badania wg metodologii EN ISO 374-1:2016/Type B na przenikanie: - wodorotlenek sodu 40% z czasem ochrony na poziomie 6, - formaldehyd 37% z czasem ochrony na poziomie 6, - nadtlenuk wodoru 30% z czasem ochrony na poziomie 2 - potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej oraz nadrukiem na opakowaniu w miejsce: „... substancje chemiczne i dezynfekcyjne:

- Kwasy - minimum 1 kwas - poziom ochrony - klasa 6
- Alkohole (etanol 35% lub izopropanol min. 10 %) - poziom ochrony - klasa 1
- Formalina 37% lub formaldehyd 4% - poziom ochrony - klasa 2
- Wodorotlenek sodu 40% - poziom ochrony - klasa 2... ”, oraz przebadanych wg ASTM D 6978 na 32 cytostatyki m.in. wymienionych przez Zamawiającego z wyłączeniem Hydrochloride, pozostałe parametry bez zmian.

Rozporządzenie Rady EU 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej załącznik nr 1 Kategoria III ŚOI obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z:

- a) niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;
- b) atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;
- c) szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
- d) promieniowaniem jonizującym;
- e) środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C;
- f) środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej;
- g) upadkiem z wysokości;
- h) porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;
- i) utonięciem;
- j) przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;

- k) strumieniem pod wysokim ciśnieniem;
- l) ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;
- m) szkodliwym hałasem;

Rękawice diagnostyczne w kategorii III stanowią odpowiednią ochronę w wykonywaniu czynności związanych z kontaktem z czynnikami zakaźnymi lub agresywnymi substancjami chemicznymi. Nie ma zatem potrzeby podawania dodatkowych cech rękawic oraz ich zawyżania.

Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty, które zapewniają skuteczną ochronę personelu medycznego jak i pacjenta przy wykonywaniu procedur takich jak: dezynfekcja, kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem biologicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów Konkursu ofert.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1

1. Czy zamiast badań na Formalina 10% lub formaldehyd 4%- poziom ochrony-klasa 2, Zamawiający dopuści rękawice z badaniami na formaldehyd 37% z poziomem ochrony-klasa 5, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Pragniemy nadmienić iż przebadanie rękawic na wyższe stężenie środka chemicznego pozwala stosować je przy niższych stężeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający oczekuje aby wymienione środki chemiczne w tym cytostatyki były fabrycznie opisane przez Producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy podane stężenia substancji chemicznych oczekiwanymi minimalnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. W związku ze zmianami nomenklaturze prawnej czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów również z normami zastępującymi stare Normy bądź ich równoważnikami. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671/EN 374-5:2016, -przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN374-3/EN 16523-1, przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą EN 374-3/ASTMD 6978

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią Konkursu ofert.

Dotyczy Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimeryzowane o zewnętrznej powierzchni teksturowanej o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów Konkursu ofert.

Dotyczy Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o lepszym poziomie AQL 0,65 z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów Konkursu ofert.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk