



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/16/2021

Łomża dnia 02.07.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP, na zakup i dostawę odczynników koagulologicznych wraz z najmem analizatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/16/2021

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej *Ustawą*, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający w zał. Nr 4 do SWZ w pozycji „parametry wymagane” pkt 6 dopuści aparat posiadający System ciągłego ładowania próbek jednak nie posiadający ciągłego ładowania odczynników i kuwet.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający w zał. Nr 4 do SWZ w pozycji „parametry wymagane” pkt 8 dopuści analizator dokonujący pomiar krzepnięcia metodą opartą o zjawisko wiskozyometrii? Metoda ta daje niezależność pomiarów od interferencji leżących po stronie zabarwienia próbki i charakteryzuje się możliwością pomiarów niskich poziomów fibrynogenu (od 0,4g/L)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający w zał. Nr 4 do SWZ w pozycji „parametry wymagane” pkt 14 dopuści do stabilności odczynników minimum 3 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający w zał. Nr 4 do SWZ w pozycji „parametry wymagane” pkt 15 dopuści do użytku odczynnik tylko zawierający tromboplastynę pochodzenia króliczego lub wyprodukowany w oparciu o tromboplastynę króliczą o ISI 1.0 +/- 0.1. Jeżeli tak, to jego stabilność wynosić będzie minimum 2 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Podpisał

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk