



Łomża, dnia 24.09.2021 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę, instalację i wdrożenie systemów PACS, RIS, Teleradiologii wraz z integracją oprogramowania radiologicznego z systemem szpitalnym HIS oraz dostawę stacji opisowych wraz z oprogramowaniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/20/2021

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy

Monitor Medyczny LCD kolorowy min. 21" 5Mpx o rozdzielczości 2560x2048 i jasności maksymalnej 2500 cd/m², kontrast 1700:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Matryca 10-bitowa (10-bit (DisplayPort): 1024 z palety 16369 (14-bit) odcieni, 8-bit: 256 z palety 16369 (14-bit) odcieni), Kąty widzenia 178/178 stopni w pionie i poziomie.

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający ma na myśli monitory monochromatyczne 5MP. Z naszej wiedzy wynika, że nie istnieją monitory kolorowe o wyspecyfikowanych parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w poz. 174 Załącznika nr 4 do SWZ – dotyczy Pakietu 2.

Zapis o treści:

Monitor Medyczny LCD kolorowy min. 21" 5Mpx o rozdzielczości 2560x2048 i jasności maksymalnej 2500 cd/m², kontrast 1700:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Matryca 10-bitowa (10-bit (DisplayPort): 1024 z palety 16369 (14-bit) odcieni, 8-bit: 256 z palety 16369 (14-bit) odcieni), Kąty widzenia 178/178 stopni w pionie i poziomie.

otrzymuje nowe brzmienie:

Monitor Medyczny LCD monochromatyczny min. 21" 5Mpx o rozdzielczości 2560x2048 i jasności maksymalnej 2500 cd/m², kontrast 1700:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Matryca

str. 1



10-bitowa (10-bit (DisplayPort): 1024 z palety 16369 (14-bit) odcieni, 8-bit: 256 z palety 16369 (14-bit) odcieni), Kąty widzenia 178/178 stopni w pionie i poziomie.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 Ustawy przedłużył termin składania ofert. Zmianie ulegają następujące postanowienia treści SWZ:

1. Rozdział XVI ust. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni, tj. do dnia 29 grudnia 2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. Rozdział XVII ust. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć **do dnia 1 października 2021 r. do godziny 10:00.**

3. Rozdział XVII ust. 3 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 1 października 2021 r. o godzinie 10:30.**”

W związku ze zmianą treści SWZ, zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 159-419764 z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
dr n. med. Anita Świętochowska**