



Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/48/2023

Łomża dnia 06 lipca 2023 r.

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, na dostawę odczynników i testów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/48/2023.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

#### Dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności dla podłoży krwawych na płytkach 3 - 4 tygodnie, zaś dla pozostałych podłoży na płytkach 7 - 10 tygodni od momentu dostawy? Pozostały asortyment z terminem ważności zgodnym z warunkami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podłoży krwawych z terminem ważności 3-4 tygodni od daty dostawy, zaś dla pozostałych podłoży na płytkach 7-10 tygodni.**

### Pytanie nr 2

#### Dotyczy Pakietu 4 poz. 3-4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 3-4 wyrazi zgodę na zaoferowanie jednej pozycji lateksu ASO w poz. 3 (zestaw zawiera kontrolę pozytywną i negatywną)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 4 w pozycji 3 i 4 jednej pozycji lateksu ASO z kontrolą, w takim wypadku wymagana łączna ilość to 9 opakowań.**

### Pytanie nr 3

#### Dotyczy Pakietu 4 poz. 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 11 wyrazi zgodę na dopisanie wierszy w formularzu asortymentowym z numerami katalogowymi wszystkich wymienionych surowic?

Uzasadnienie: Oferowane produkty pochodzą od tego samego producenta, lecz posiadają oddzielne numery katalogowe. Zezwolenie na dodanie wierszy z numerami katalogowym powyższych produktów przyczyni się do ułatwienia/przyspieszenia procesu realizacji zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dopisanie wierszy w formularzu asortymentowym z numerami katalogowymi.**

### Pytanie nr 4

#### Dotyczy Pakietu 7 poz. 10, 43 i 52

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 10, 43 i 52 wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków od innego producenta, ale tego samego dostawcy?



Uzasadnienie: Z punktu widzenia Zamawiającego ważny jest fakt jaką końcową wydajność otrzyma. Zaoferowane przez naszą firmę krążki antybiotykowe w pakiecie nr 5 poz. 10, 43 i 52 pozwolą otrzymać porównywalne lub wyższe wydajności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 7 w poz. 10, 43 i 52, aby zaoferowane krążki antybiotykowe pochodziły od innego producenta, ale tego samego dostawcy.**

#### Pytanie nr 5

##### Dotyczy Pakietu 5 poz. 62

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzgodnienie objętości produktu [ml] lub ilości wymaganych oznaczeń w pakiecie nr 5 poz. 62.

**Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca miał na myśli Pakiet 7 poz.62 to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w kolumnie: „jednostka miary” - 25 ml (+/-20%); W takim przypadku wymagana ilość to 4 opakowania.**

#### Pytanie nr 6

##### Dotyczy formularza cenowego pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym kolumny z ilością opakowań i wyrazi zgodę na wyliczenie wartości oferty poprzez pomnożenie ilości opakowań x cena jednostkowa netto za opakowanie? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie realnych kosztów wynikających z oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ilości opakowań w formularzu cenowym. W związku z powyższym Zestawienie asortymentowo – ilościowe w Pakiecie 3 przyjmuje nowe brzmienie. Aktualne zestawienie w załączeniu.**

#### Pytanie nr 7

##### Dotyczy formularza cenowego pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności odczynników 4-6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności odczynników 4-6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy.**

#### Pytanie nr 8

##### Dotyczy SWZ pkt XIII. 3.5 ppkt 4 i 9, dla Pakietu 3, 5, 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby instrukcje aparatów, karty charakterystyki produktów, oraz inne dokumenty tj ulotki, deklaracje były dostępne całodobowo na stronie www wykonawcy i Zamawiający mógł je pobrać samodzielnie?

Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty, do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

#### Pytanie nr 9

##### Dotyczy Pakietu SWZ pkt XIII. 3.5 ppkt 1, dla Pakietu 3, 5, 9



Czy Zamawiający odstąpi od złożenia z ofertą instrukcji dla produktów wyrazi zgodę na udostępnienie całej dokumentacji całodobowo na stronie www wykonawcy i Zamawiający mógł je pobrać samodzielnie? Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów i potwierdzi ich autentyczność.

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy Pakietu 3, 9**

Czy w punkcie 8 tabeli „Parametry aparatu” Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do sieci laboratoryjnej? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy sieci LIS oraz właściciela.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. W laboratorium działa sieć LIS Firmy MARCEL.**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy Pakietu 3, 9**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania drukarek razem z dostawą aparatów ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z aparatami drukarek laserowych czarno – białych. W związku z powyższym Zestawienie asortymentowo – ilościowe w Pakiecie 3 i 9 przyjmuje nowe brzmienie. Aktualne zestawienie w załączeniu.**

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy SWZ pkt XIII. 5 ppkt 10, dla Pakietu 3**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu gdy zaoferujemy analizator używany, kompletny, sprawny, nie starszy niż rok produkcji 2018 i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniający wymagany poziom świadczonych usług medycznych objęty pełną gwarancją serwisową ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy SWZ pkt XIII. 5 ppkt 10, dla Pakietu 9**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu gdy zaoferujemy aparat używany do posiewów krwi i płynów ustrojowych , kompletny, sprawny, nie starszy niż rok produkcji 2018 i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniający wymagany poziom świadczonych usług medycznych objęty pełną gwarancją serwisową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy SWZ pkt XIII. 5 ppkt 10, dla Pakietu 9**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu gdy zaoferujemy aparat używany kompletny, sprawny, nie starszy niż rok produkcji 2017 i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniający wymagany poziom świadczonych usług medycznych objęty pełną gwarancją serwisową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) §1 ust. 2 tiret ostatni**



Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „- Sprzedawca, na każde wezwanie Kupującego, zobowiązuje się przedstawiać dowody na okoliczności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Kupującego nie krótszym niż 4 dni robocze. Nieprzedstawienie w terminie dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, uważane będzie za zaprzestanie spełnienia przedmiotowych wymagań.”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie rzeczonoego postanowienia poprzez wskazanie minimalnego terminu przeznaczanego na przedstawienie dowodów na okoliczności, o których mowa §1 ust. 2. Zważywszy na obecne brzmienie postanowienia Zamawiający ma całkowitą dowolność w ukształtowaniu przedmiotowego terminu, tym samym możemy wyobrazić sobie sytuację w której Zamawiający wymagał będzie przykładowo kilkugodzinnego terminu, który nie będzie możliwy do spełnienia. Z uwagi na zabezpieczenie postanowienia możliwością naliczenia wysokich kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez jego doprecyzowanie i ustalenie minimalnego terminu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zapis w Załączniku nr 5 do SWZ (dotyczy Pakietu 3, 5, 8, 9) § 1 ust. 2 tiret ostatni przyjmuje aktualne brzmienie:**

**„- Sprzedawca, na każde wezwanie Kupującego, zobowiązuje się przedstawiać dowody na okoliczności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Kupującego nie krótszym niż 4 dni robocze. Nieprzedstawienie w terminie dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, uważane będzie za zaprzestanie spełnienia przedmiotowych wymagań.”**

#### **Pytanie nr 16**

##### **Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) § 2 ust. 8 § 2 (1) ust. 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wraz z realizacją pierwszej partii asortymentu Wykonawca dostarczy lub udostępni w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. ....:

- a) deklaracje zgodności i oznakowanie znakiem CE dla asortymentu,
  - b) dokumenty zaświadczające, że asortyment został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974
- niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej traktowane będzie jako zwłoka w realizacji zamówienia pierwszej partii asortymentu.

Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej ale także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zamawiających, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów w ich zawsze aktualnej wersji.

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

#### **Pytanie nr 17**

##### **Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) § 2 (1) ust. 6 lit. b**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczanego na naprawę urządzeń w wypadku awarii do 48 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia (w dni robocze), z zastrzeżeniem sytuacji w której wymagane jest sprowadzenie części bezpośrednio od producenta, a tym samym na modyfikację postanowienia w niżej zaproponowany sposób: „napraw Urządzeń w wypadku awarii – maksymalnie w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia (w dni robocze), z zastrzeżeniem napraw wymagających



srowadzenia części bezpośrednio od producenta. W takiej sytuacji Strony wspólnie uzgodnią inny termin naprawy, a na ten czas Wykonawca dostarczy analizator zastępczy”?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) § 6 ust. 1**

Wykonawca w celu uniknięcia nieporozumień i niejasności na etapie wykonywania umowy zwraca się z prośbą o wyjaśnienie podstawy naliczania kar w odniesieniu do Wykonawców realizujących kilka pakietów tzn. wskazanie czy w takiej sytuacji ewentualna kara umowna liczona będzie od sumy wartości wszystkich pakietów realizowanych przez danego Wykonawcę czy też od wartości pakietu, którego dot. uchybienie.

**Odpowiedź: Kary umowne będą naliczane od wartości określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy.**

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) § 6 ust. 1 lit. d**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w przekazaniu Kupującemu dowodów na oko licznosci, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy w wysokości 0.25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

**Pytanie nr 20**

**Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) § 6 ust. 1 lit. h**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w naprawie Urządzeń w terminie 48 h od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że naprawa wymaga sprowadzenia części bezpośrednio od producenta urządzenia - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto tytułem sprzedaży Asortymentu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) § 7 ust. 2 lit. a**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „o co najmniej 3 dni robocze w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy, lub”?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

**Pytanie nr 22**

**Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) § 7 ust. 3 lit. f**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „zwłoki Sprzedawcy w naprawie Urządzeń w terminie 48 h od dnia przyjęcia zgłoszenia, z zastrzeżeniem sytuacji wymagającej sprowadzenia części bezpośrednio od producenta”?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) § 8 (1) ust. 3**



Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Sprzedawca, w wypadku skorzystania przez Kupującego z przysługującego mu uprawnienia w postaci żądania wymiany określonej partii asortymentu na wolny od wad, zobowiązany jest do jego wymiany na wolny od wad w terminie 2 dni roboczych liczonych od pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie dokonane w formie pisemnej lub dokumentowej (np. poczta elektroniczna, fax,) przez osoby wyznaczone przez Kupującego do realizacji Umowy, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy.”?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

#### **Pytanie nr 24**

##### **Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) § 8 (1) ust. 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W wypadku, gdy Kupujący zażąda wymiany określonej partii asortymentu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 4 dni roboczych, uważać się będzie, że Sprzedawca uznał to żądanie.”?

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

#### **Pytanie nr 25**

##### **Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) §2 (1) ust. 4, par 1 ust 2 lit a oraz par 2 pkt 8 lit a umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby tylko produkty, które zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym podlegają Ustawie o wyrobach medycznych mają posiadać dopuszczenie do obrotu lub deklarację zgodności CE IVD? Wykonawca dodatkowo przedstawi w ofercie oświadczenie które produkty nie są zaliczane do wyrobów medycznych i nie podlegają ustawie co będzie zgodne z zapisami w SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W związku z powyższym zapis w Załączniku nr 5 do SWZ (dotyczy Pakietu 3, 5, 8, 9) § 1 ust. 2; § 2 ust. 8; § 2<sup>1</sup> ust. 4 przyjmują nowe brzmienie. Aktualny Załącznik nr 5 do SWZ (dotyczy Pakietu 3, 5, 8, 9) w załączeniu.**

#### **Pytanie nr 26**

##### **Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) § 2 (1) ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie wymaganych dokumentów na stronie internetowej Wykonawcy

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

#### **Pytanie nr 27**

##### **Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5) § 1 ust. 2 lit. c**

Czy Zamawiający potwierdza, iż ma na myśli autoryzacje producenta dla Wykonawcy do serwisowanie oferowanego aparatu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie nr 28**

##### **Dotyczy Pakietu 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowej nr 10-13 z pakietu nr 1. W/w pozycje (statyw na szalki, próbówki oraz testy) są powiązane z pakiet nr 2. Ich umieszczenie w pakiecie 1 (PAŁECZKI DO WYMAZÓW MIKROBIOLOGICZNYCH) stanowi barierę dla składania ofert przez większość



zainteresowanych podmiotów i umożliwia udział tylko jednej firmie, co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w SWZ.**

#### Pytanie 29

**Dotyczy: pakiet nr 7 – Krążki antybiogramowe do metody dyfuzyjno-krążkowej, testy krążkowe, pozycja nr 50.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w pozycji nr 50, Zamawiający wymaga zaoferowania krążka diagnostycznego do wstępnej identyfikacji paciorkowców beta-hemolitycznych grupy A na podstawie wrażliwości na niski poziom bacytracyny ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanego krążka diagnostycznego do wstępnej identyfikacji paciorkowców grupy A.**

#### Pytanie 30

**Dotyczy: pakiet nr 7 – Krążki antybiogramowe do metody dyfuzyjno-krążkowej, testy krążkowe. Warunki, jakim muszą odpowiadać krążki z antybiotykami. Pozycja nr 2.**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane krążki z antybiotykami posiadały fiolki z krążkami z barwnym oznaczeniem dla grup antybiotyków identyczne jak na zbiorczym opakowaniu np. cefalosporyny, betalaktamy, fluorochinolony, makrolidy..., co znacznie ułatwia pracę z krążkami ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby fiolki z krążkami posiadały barwne oznaczenia.**

#### Pytanie 31

**Dotyczy: pakiet nr 7 – Krążki antybiogramowe do metody dyfuzyjno-krążkowej, testy krążkowe. Warunki, jakim muszą odpowiadać krążki z antybiotykami. Pozycja nr 2.**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane krążki z antybiotykami były pakowane po 4 fiolki, które są umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Taki sposób pakowania eliminuje konieczność posiadania przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do przechowywania rozpakowanych z blistrów fiolek i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci a tym samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta w oryginalnym opakowaniu. Dodatkowo każda fiołka posiada zabezpieczenie w postaci kapturka chroniącego przed wilgocią i zanieczyszczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane krążki z antybiotykami były pakowane po 4 fiolki. Zamawiający wymaga, aby w rurce było 50 krążków.**

#### Pytanie 32

**Dotyczy: pakiet nr 7 – Krążki antybiogramowe do metody dyfuzyjno-krążkowej, testy krążkowe. Warunki, jakim muszą odpowiadać krążki z antybiotykami. Pozycja nr 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z antybiotykami, które posiadają średnicę około 6 mm (6,35 – 6,5 mm). Wymiar średnicy przeliczany jest z pozaukładowej jednostki miary długości zwanej całem międzynarodowym, przez większość producentów krążków z antybiotykami?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krążków, które posiadają średnice ok.6 mm. (6,35 – 6,5 mm).**



### Pytanie 33

**Dotyczy: pakiet nr 7 – Krążki antybiogramowe do metody dyfuzyjno-krążkowej, testy krążkowe. Warunki, jakim muszą odpowiadać krążki z antybiotykami. Pozycja nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycjach 24, 50, 52, 56 – 61 testów (krążków) diagnostycznych (służących do innych badań diagnostycznych od pozostałego asortymentu krążków antybiogramowych), pochodzących od innego producenta jak krążki antybiogramowe.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby zaoferowane w pozycji 24, 50, 52, 56-61 testy diagnostyczne pochodziły od innego producenta jak krążki antybiogramowe.**

### Pytanie 34

**Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych dla pakietu 9.**

Zwracamy się z prośbą o zamienne dopuszczenie certyfikatu ISO 13485 zamiast ISO 9001.

Uzasadnienie: ISO 13485 jest Systemem Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001. ISO 13485 zawiera wszystkie standardy ISO 9001 oraz dodatkowe dedykowane jedynie dla Wyrobów Medycznych –tak więc jest certyfikatem bardziej odpowiadającym potrzebom Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 35

**Dotyczy § 2 ust. 9 b) wzoru umowy dla pakietów 3, 5, 8, 9**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu.

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

### Pytanie 36

**Dotyczy § 6 ust. 1a) wzoru umowy dla pakietów 3, 5, 8, 9**

Zwracamy się z prośbą o obliczanie kary od wartości niezrealizowanego pakietu.

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

### Pytanie 37

**Dotyczy § 81 ust.3 Wzoru umowy dla pakietów 3, 5, 8, 9**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

### Pytanie 38

**Dotyczy § 81 ust. 5 wzoru umowy dla pakietów 3, 5, 8, 9**

- Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych dla wymiany bądź usunięcia wady.
- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego jednostronnej zmiany ceny umowy.

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

### Pytanie 39

**Dotyczy § 1 ust. 2 pkt. A i b wzoru umowy dla pakietów 3, 5, 8, 9.**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie „o ile dotyczy”. Nie wszystkie oferowane akcesoria np. końcówki do pipet są wyrobem medycznym i posiadają deklaracje zgodności.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**





W związku z powyższym zapis w Załączniku nr 5 do SWZ (dotyczy Pakietu 3, 5, 8, 9) § 1 ust. 2; § 2 ust. 8; § 2<sup>1</sup> ust. 4 przyjmują nowe brzmienie. Aktualny Załącznik nr 5 do SWZ (dotyczy Pakietu 3, 5, 8, 9) w załączeniu.

**Pytanie 40**

Dotyczy § 2 ust. 8 wzoru umowy dla pakietów 3, 5, 8, 9.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przesłania dokumentów do towarów po podpisaniu umowy.

**Odpowiedź: Dokumenty mają być dostarczone z pierwszą dostawą, a więc po zawarciu umowy.**

**Pytanie 41**

Dotyczy § 2 ust. 6 pkt. B oraz § 6 ust. 1 pkt h wzoru umowy dla pakietów 3, 5, 8, 9.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

**§ 2 ust. 6 - Termin dostawy jest wpisywany na podstawie oferty Wykonawcy (Formularz ofertowy)**

**§ 6 ust. 1 pkt h - Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

**Pytanie 42**

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt i wzoru umowy dla pakietów 3, 5, 8, 9.

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 100 zł

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

**Pytanie 43**

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt j wzoru umowy dla pakietów 3, 5, 8, 9.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od urządzenia zastępczego.

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w Załączniku 5 do SWZ.**

**Pytanie 44**

**Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego dla pakietu nr 3.**

W związku z faktem, że jednostką jest badanie, a zamawiający wymaga podania ceny za opakowanie zwracamy się z prośbą o:

- a. Dodanie kolumny ilość wielkość opakowania
- b. Dodanie kolumny ilość opakowań
- c. Podanie informacji czy ilość opakowań Wykonawca ma podać do 2 miejsc po przecinku czy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

**Odpowiedź:**

**A) Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wielkości opakowań w formularzu cenowym.**

**B) Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ilości opakowań w formularzu cenowym.**

**C) Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości asortymentu podanej przez Zamawiającego. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna ilość asortymentu była nie mniejsza niż podana w SWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań)**

**W związku z powyższym Zestawienie asortymentowo – ilościowe w Pakiecie 3 przyjmuje nowe brzmienie. Aktualne zestawienie w załączeniu.**



**Pytanie 45**

**Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Pakiet 3:, Tabela 1, l.p. 4, 5:**

W związku z wnioskiem Zamawiającego do Fundacji WOŚP o otrzymanie aparatu pozwalającego na prawidłowe wykonywanie pełnego oznaczenia szybkiej identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii mas i przyznaniem przez Fundację wyżej wymieniozonego aparatu, zwracamy się z prośbą o wykreślenie identyfikacji w kierunku Neisseria, Haemophilus i beztlenowców.

**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy określone w SWZ.**

**Pytanie 46**

**Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Pakiet 3:, Tabela : Analizator mikrobiologiczny L.p 2**

Czy Zamawiający dopuści aparat nie w pełni zautomatyzowany, a sposób napełniania paneli w sposób grawitacyjny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu nie w pełni zautomatyzowanego.**

**Pytanie 47**

**Załącznik nr 4 do SWZ, Pakiet 3:, Tabela : Analizator mikrobiologiczny l.p. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na archiwizację danych na nośniku USB?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na archiwizację danych na nośniku USB.**

**Pytanie 48**

**Załącznik nr 4 do SWZ, Pakiet 3:, Tabela : Analizator mikrobiologiczny l.p. 15**

Ponownie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie tego wymogu w związku z otrzymaniem aparatu do identyfikacji drobnoustrojów z Fundacji WOŚP.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pytanie 49**

W związku z wymaganymi dokumentami do postępowania, odnośnie aparatu do pakietu nr 3, prosimy o wyjaśnienie o jaki aparat Zamawiający wnioskuje? Czy analizator fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, czy nie starszy niż rok produkcji 2018 i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniający wymagany poziom świadczonych usług medycznych

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat nie starszy niż 2018 r., kompletny, sprawny, i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniający wymagany poziom świadczonych usług medycznych objęty pełną gwarancją serwisową**

**Pytanie 50**

**Dotyczy pakiet nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych podłoży na płytkach o poniższych terminach ważności?

Poz. 14, 16-18, 25, 26, 28, 29, 32 – 3 miesiące od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy

Poz. 15 – 60 dni od daty produkcji i minimum 7 tygodni od daty dostawy

Poz. 19, 23, 24, 27, 30 – 45 dni od daty produkcji i minimum 5 tygodni od daty dostawy

Poz. 20-22 – 55 dni od daty produkcji i minimum 6 tygodni od daty dostawy

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane terminy ważności.**



### Pytanie 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krwi baraniej, która z uwagi na swoją specyfikację, będzie posiadała w dniu dostawy 2-tygodniowy termin ważności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany termin ważności krwi baraniej.**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1, 3 Ustawy **dokonuje następującej zmiany treści SWZ:**

1. Załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie Pakietu 3, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego pisma.

2. Załącznik nr 5 do SWZ, dla Pakietu 3, 5, 8, 9, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego pisma.

#### **3. Termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert.**

Postanowienia, o których mowa w Rozdziale XVII pkt 1 i pkt 3 SWZ, otrzymują nowe brzmienie:

**„1. Ofertę należy złożyć do dnia 13 lipca 2023 r. do godziny 8.00.”**

**„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2023 r. o godzinie 8.15.”**

#### **4. Termin związania ofertą.**

Postanowienie, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 1 SWZ, otrzymuje nowe brzmienie:

**„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11 sierpnia 2023r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”**

W związku z powyższą zmianą SWZ, zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00281847/01 z dnia 2023-06-29. Zgodnie z art. 284 ust. 6 i 286 ust. 7 Ustawy, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmianę treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7b8a386e-158a-11ee-a60c-9ec5599dddc1> oraz dodatkowo - na stronie internetowej Zamawiającego: <https://szpital-lomza.pl/index.php?k=129>

**Dyrektor**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łomży

**Jarosław Pokoleńczuk**