



**SZPITAL WOJEWÓDZKI**

**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/80/2022

Łomża dnia 30.12.2022 r.

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm. ) zwanej dalej Ustawą, **na dostawę artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/80/2022.**

Zamawiający na podstawie **art. 284 ust. 2 i ust. 6 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:**

#### **Pytanie nr 1**

##### **Dotyczy Pakietu nr 27, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję typu olej w wodzie do pielęgnacji suchej, zniszczonej i wrażliwej skóry rąk, przebadaną dermatologicznie, zawierająca w składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczoły i kompleks witamin C, E, F, ekstrakt z cytryny oraz naturalnych olejków z pestek winogron, orzecha kokosowego i pestek moreli? Pielęgnuje i wygładza zniszczoną skórę dłoni oraz poprawia naturalną wilgotność i elastyczność skóry.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 27 poz. 1.**

#### **Pytanie nr 2**

##### **Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

#### **Pytanie nr 3**

##### **Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 12 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

#### **Pytanie nr 4**

##### **Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 21cm, gramatura 90g/m<sup>2</sup>. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 5 poz. 2.**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m<sup>2</sup>. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 12 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> w kolorze granatowym, zakładaną przez głowę, z rozcięciem „Y”. W rozmiarze uniwersalnym. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm).

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, w tali wiązany na troki, na szyi rzep?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a'10szt?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym elastycznym mankietem z dzianiny?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 8 poz. 1.**

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> w kolorze granatowym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 9 poz. 1.**

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 9 poz. 1.**

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli tylko w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w kolorze zielonym i białym?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści komplet o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 20**

**Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści miskę tekturową o pojemności min. 300 ml – max. 900 ml, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 15 poz. 1.**

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę misek tekturowych pakowanych a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 300 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 22**

**Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaczkę jednorazową o pojemności 875 ml?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę worków na wymioty pakowanych a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 20 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.

Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.

**Pytanie nr 24**

**Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania koca ogrzewającego składającego się z warstwy zewnętrznej wykonanej z włókniny polipropylenowej 25g/m<sup>2</sup> w kolorach zielonym i niebieskim, oraz warstwy wewnętrznej z poliestru o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 21 poz. 1.

**Pytanie nr 25**

**Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.

Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.

**Pytanie nr 26**

**Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.

Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.

**Pytanie nr 27**

**Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 28 poz. 1.

**Pytanie nr 28**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści myjki o wymiarach 17cm x 24,5cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 5 poz. 2.**

**Pytanie nr 29**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści brzegi zgrzewane ultradźwiękami?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 30**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści myjki o gramaturze 100g/m<sup>2</sup> (część przednia) + 70g/m<sup>2</sup> (część tylna)?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 31**

**Dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu:

- 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z niepofalowaną gąbką na górnej powierzchni,
  - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją,
  - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofalowaniem,
  - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku;
- Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania; oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej oceną kliniczną skutecznością w redukcji VAP; poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 32**

**Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur zawierający:

- dwa osobne opakowania o składzie:
  - 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z niepofalowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu
  - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce,
  - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofalowaniem,
  - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej
- cztery osobne opakowania o składzie:
  - 1 aplikator z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem do regulacji siły odsysania oraz zagiętą końcówką
  - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofalowaniem,
  - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce,
  - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, opakowanie w formie wygodnego dyspensera, poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 33**

**Dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur zawierający:

- dwa osobne opakowania o składzie:
  - 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z niepofalowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu
  - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% roztworem nadtlenku wodoru w saszetce,
  - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofalowaniem,
  - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej
- cztery osobne opakowania o składzie:
  - 1 aplikator z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem do regulacji siły odsysania oraz zagiętą końcówką
  - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofalowaniem,
  - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% roztworem nadtlenku wodoru w saszetce,
  - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, opakowanie w formie wygodnego dyspensera, poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 34**

**Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga koca wykonanego z włókniny o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 21 poz. 1.**

**Pytanie nr 35**

**Dotyczy Pakietu 1, poz. 2-5:**

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki w miejsce ściągacza taliowego? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 36**

**Dotyczy Pakietu 3, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści pieluchy dla wcześniaków o wadze poniżej 700 g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 3 poz. 1.**

**Pytanie nr 37**

**Dotyczy Pakietu 12, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści podkłady nieposiadające wytłoczeń?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 38**

**Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sucha rękawica o wysokiej chłonności, przeznaczona do codziennej higieny

osobistej ciała. Uniwersalny prostokątny rozmiar sprawia, że rękawica jest wygodna w użyciu.

Produkt wykonany z dwóch warstw włókniny molton 77g.

Kolor: biały

Rozmiar: 16,5 cm x 24,5 cm

Opakowanie: 50 sztuk

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 5 poz. 1.**

**Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem przez Wykonawcę oferowanej liczby opakowań w taki sposób, aby była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.**

**Ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.**

**Pytanie nr 39**


**Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści Myjka w formie gąbki prostokątnej o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Łatwe użycie w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom.

Produkt wykonany z miękkich włókien poliestru o gramaturze 100 g/m<sup>2</sup>, nasączona mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5.

Rozmiar: 12 cm x 20 cm

Opakowanie: 24 sztuki



**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 40**

**Dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju)

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**



**Pytanie nr 41**

**Dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości)?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 42**

**Dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści włókninę PP?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 43**

**Dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający oczekuje koszuli zakładanej przez głowę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 44**

**Dotyczy Pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści włókninę PP?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 45**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 x 80 cm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 46**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1,2**

Czy Zamawiający dopuści 28 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 47**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 48**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści tylko zielony?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 49**

**Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści podkład wykonany z : 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m<sup>2</sup>; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m<sup>2</sup> ; minimalna chłonność 160 g/m<sup>2</sup> ; grubość folii 22 ± 2 μm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 4 poz. 1.**

**Pytanie nr 50**

**Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści podkład wykonany z 2 x bibuły i 1 x folii : gramatura bibuły: 2 x 18 ± 0,10 g/m<sup>2</sup> ; minimalna chłonność 160 g/m<sup>2</sup> ; grubość folii 13 ± 2 μm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 4 poz. 1.**

**Pytanie nr 51**

**Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 cm , z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 24 ± 0,10 g/m<sup>2</sup> ; minimalna chłonność 90 g/m<sup>2</sup> ; grubość folii 15 ± 2 μm, 100 szt. na rolce?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 52**

**Dotyczy Pakietu nr 8**

Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m<sup>2</sup> z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 53**

**Dotyczy Pakietu nr 8**

Czy zamawiający dopuszcza fartuch częściowo podfoliowany, wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 54**

**Dotyczy Pakietu nr 8**

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony na gumkę lub mankietem z elastycznym ściągaczem?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 8.**

**Pytanie nr 55**

**Dotyczy Pakietu nr 8**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 56**

**Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści włókninę PP, jednowarstwową, o gramaturze nie mniejszej jak 25 g/m<sup>2</sup>, w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 57**

**Dotyczy Pakietu nr 13**

Czy zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 38 cm x 49 cm (+/- 1 cm), składający się z dwóch warstw bibuły i warstwy folii, gramatura 54 g/m<sup>2</sup>, z kieszenią na dole i trokami do zawiązania u góry, pakowane w paczkach po 50 szt.?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Dyrektor**  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łodzi

*Jarosław Pokoieniczuk*

