

Załącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie asortymentowo – ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

UWAGA!

Dotyczy wszystkich Pakietów:

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

*Zamawiający **żąda** złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (np. katalogi, opisy, foldery, instrukcje obsługi lub inne dokumenty i oświadczenia potwierdzających spełnienie przez zaoferowany asortyment parametrów wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ.*

Zamawiający dopuszcza złożenie „Załącznika nr 5 do SWZ” tylko w zakresie Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup cystoskopów giętkich w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/63/2022,**

OFERUJEMY:

Pakiet 1 – Cystoskop giętki

Lp.	Asortyment	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto	Model, typ, producent, rok produkcji*
1.	Cystoskop giętki	5 zestawów					
				WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO			
				WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)			

*- wymagany rok produkcji nie wcześniej jak 2022 r.

o następujących parametrach:

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr punktowany (oceniany) w kryterium „JAKOŚĆ - PARAMETRY TECHNICZNE”	Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) <i>UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać.</i> <i>Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru</i>
1	Wideocystoskop kompatybilny z przenośnym monitorem firmy Storz, który jest na wyposażeniu Zamawiającego	TAK		
2	Giętki wideocystoskop ze zintegrowanym przetwornikiem CMOS oraz ze zintegrowanym oświetleniem LED	TAK		
3	Rozmiar płaszczka nie większy niż 16 Fr.	TAK		
4	Długość robocza 37 cm - 40 cm	TAK		
5	Kąt pola widzenia min. 100°	TAK		
6	Kanał roboczy umieszczony na „godzinie 9” wideocystoskopu	TAK/NIE	TAK = 10,00 pkt. NIE = 0,00 pkt.	

7	Rozmiar kanału roboczego nie mniejszy niż 6,5 Fr.	TAK		
8	Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.: 210° - do góry, 140° - do dołu	TAK		
9	Zintegrowany przewód łączący z przenośnym monitorem	TAK		
10	Rękojeść giętkiego wideocystoskopu wyposażona w 3 przyciski do uruchamiania balansu bieli, zapisu zdjęcia, start/stop zapisu wideo w przenośnym monitorze	TAK		
11	Wodoszczelność i możliwość pełnego zanurzenia w środkach czyszcząco dezynfekcyjnych	TAK		
12	Możliwość sterylizacji	TAK		
13	Kontener do sterylizacji i przechowywania giętkiego wideocystoskopu z osprzętem	TAK		

*Maksymalna ilość punktów jednostkowych, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w **Pakiecie 1** w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” - wynosi **10,00 pkt.***

Pakiet 2 – Cystoskop giętki

Lp.	Asortyment	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto	Model, typ, producent, rok produkcji*
1.	Cystoskop giętki	5 zestawów					
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO							
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)							

*- wymagany rok produkcji nie wcześniej jak 2022 r.

o następujących parametrach:

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr punktowany (oceniany) w kryterium „JAKOŚĆ - PARAMETRY TECHNICZNE”	Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) <i>UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać.</i> <i>Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaofiarowanego parametru</i>
1	pełna kompatybilność z używanym torem wizyjnym firmy Olympus posiadany przez Zamawiającego	TAK		

2	pole widzenia 120°	TAK		
3	kierunek widzenia 0°	TAK		
4	odległość widzenia 3-50 mm	TAK		
5	rozmiar zewnętrzny max. 16,5 Fr (średnica 5,5 mm)	TAK		
6	rozmiar zewnętrzny końcówki 12 Fr (szerokość 4,6 mm)	TAK	rozmiar zewnętrzny końcówki mniejszy niż 12 Fr – 10,00 pkt. rozmiar zewnętrzny końcówki równy bądź większy niż 12 Fr – 0,00 pkt.	
7	rozmiar kanału roboczego 7 Fr (średnica 2,4 mm)	TAK	rozmiar kanału roboczego większy niż 7 Fr – 10,00 pkt. rozmiar kanału roboczego równy bądź mniejszy niż 7 Fr – 0,00 pkt.	
8	długość robocza 380 mm	TAK		
9	długość całkowita 700 mm	TAK		
10	wygięcie w górę 210°	TAK		
11	wygięcie w dół 120°	TAK		

12	możliwość pracy w obrębie pęcherza moczowego, dróg moczowych i nerek	TAK		
13	cystoskop kompatybilny z przenośnym akumulatorowym źródłem światła LED do endoskopów giętkich, o wadze maksymalnej do 130 gram (waga bez akumulatorów), z wbudowanym wskaźnikiem ich rozładowania, umożliwiającym przeprowadzenie badania z użyciem cystoskopu giętkiego bezpośrednio przy łóżku pacjenta bez używania toru wizyjnego.	TAK		
14	W zestawie z endoskopami:			
a	zawór podwójny luer – 5 szt.,	TAK		
b	nasadka do sterylizacji – 5 szt.,	TAK		
c	adapter do światłowodu – 5 szt.,	TAK		
d	światłowód kompatybilny z endoskopem i źródłem światła firmy Olympus posiadanym przez Zamawiającego – 5 szt.	TAK		

e	szczoteczka dwustronna do czyszczenia – min. 5 szt,	TAK		
f	kontener do sterylizacji z pokrywą – 5 szt.,	TAK		
g	port biopsyjny do narzędzi maks. 9 Fr, regulowane uszczelnienie, jednorazowego użytku, sterylne - 50 szt.,	TAK		
h	kleszcze biopsyjne wielorazowe kompatybilne z endoskopem – 5 szt.,	TAK		
i	kleszcze chwytające wielorazowe kompatybilne z endoskopem – 5 szt.,	TAK		
j	korek do zaworu ssącego – 1 szt.	TAK		
k	zawory ssące - min. 10 szt.	TAK		
l	adapter do mycia i płukania – 1 szt.	TAK		

Maksymalna ilość punktów jednostkowych, jaką może uzyskać oferta za parametry oceniane w **Pakiecie 2** w kryterium „JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” - **wynosi 20,00 pkt.**