



# **APARAT RENTGENOWSKI - SHIMADZU**

1 - GENERATOR UD 150L - RJJ  
 Gn - Gniazdo sieciowe z wtykiem ochronnym-podwójne 230V/16A  
 In - Instalacja nagłaśniająca  
 So - Sygnalizacja ostrzegawcza - uwaga promieniowanie x  
 Tz - Tablica zasilająca  
 Wa - Wyłącznik awaryjny (h-180 cm)  
 Ww - Wyłącznik włącz/wyłącz

WOJEWÓDZKA STACJA  
 SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
 w Białymstoku  
 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8  
 tel. 85 732-70-22, fax 85 740-11-09  
 centr. tel. 85 732-50-11

SERWIS  
 TECHNIKI MEDYCZNEJ s.c.  
 Zakrzewski Z., Zebranowski Z., Pancerz K.  
 41-908 Białystok, ul. Nowa 29a/4  
 tel. fax 32 280-39-77  
 NIP: 626-2501-782, Reg.: 276214537

>PIĘTRO I<

Opracował:	Zb. Zebranowski	SHPITAL WOJEWÓDZKI im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18-404Łomża, Al. Piłsudskiego 11	
Kreślił:	Zb. Zebranowski		
Data:	listopad 2015 r		
Skala 1:50	Wymiary w [cm]	Tytuł rys.: ZAŁOŻENIA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	Rys. nr: 06