

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i zestawienie parametrów wymaganych

.....
Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę asortymentu do wykonywania hemodiafiltracji żyłno - żyłnej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/47/2018**

OFERUJEMY:

L.p.	Nazwa asortymentu	Nazwa handlowa	Producent/ Numer katalogowy	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu.			1400 worków				
2.	Płyn dializacyjny bezwapniowy.			1400 worków				
3.	Płyn substytucyjny.			600 worków				
4.	Płyn substytucyjny o zawartości K+2			600 worków				
5.	Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr z liniami do aparatu Prismaflex) o powierzchni 1,5 m.			120 szt.				
6.	Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych, z filtrem z błony heparynizowanej zdolnej do adsorpcji			20 szt.				

	endotoksyn, cytokin, anafilaksyn.							
7.	Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex CA 250.			150 szt.				
8.	Worek odpadowy na ultrafiltrat o pojemności 9 litrów (+/- 1 litr) kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex.			200 szt.				
WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA NETTO								
WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA DO OCENY BRUTTO								

Wymagania określone jako „TAK”, są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

L.p	Nazwa parametru	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu - kompatybilny z aparatem Prismaflex, worek 5 litrowy posiadający co najmniej trzy otwory służące do mocowania go na aparacie rozmieszczone w równej odległości około 6 cm od siebie; - połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną	TAK	

	przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki - kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład płynu: Cytryniany 18 mmol/l, Chlorki 86 mmol/l, Sód 140 mmol/l.		
2.	Płyn dializacyjny bezwapniowy - kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany wraz z płynem substytucyjnym z zawartością cytrynianów; - worek 5 litrowy, dwukomorowy posiadający co najmniej trzy otwory do mocowania na aparacie, rozmieszczone równomiernie w odległości około 6 cm od siebie; - worek posiadający łatwo łamliwe komory; - połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki; - kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład płynu: Wodorowęglan 22 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, Chlorki 120 mmol/l, Potas 4 mmol/l.	TAK	
3.	Płyn substytucyjny - kompatybilny z aparatem Prismaflex; - worek dwukomorowy 5 litrów mający co najmniej trzy otwory służące do mocowania go do urządzenia dializującego rozmieszczone w równych odstępach około 6 cm od siebie; - worek posiadający łatwo łamliwe komory; - połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki; - Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład płynu leczniczego: HPO₄ 1,2 mmol/l, K⁺ 4 mmol/l, HCO₃ – 30 mmol/l, chlorki 116 mmol/l.	TAK	
4.	Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek posiadający: - kompatybilny z aparatem Prismaflex; - worek dwukomorowy 5 litrów mający co najmniej 3 otwory służące do mocowania go do urządzenia dializującego; - połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną, przekłuwaną plastikową igłą bez konieczności przełamywania zawleczki; - łatwo łamliwe komory. Skład: K⁺2 mmol i osmolarność 297 mOsm/l.	TAK	
5.	Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr z liniami – do aparatu Prismaflex)	TAK	

	o powierzchni 1,5 m. Zestaw powinien zawierać: - dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacyjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, - worek odprowadzeniowy min.5 litrów, - igły plastikowe spike.		
6.	Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych , z filtrem z błony heparynizowanej zdolnej do adsorpcji endotoksyn, cytokin, anafiloksyn. Zestaw powinien zawierać: - dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacyjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, - worek odprowadzeniowy min. 5 litrów, - igły plastikowe spike, - hemofiltr o powierzchni 1,5 m ² , kompatybilny z aparatem Prismaflex.	TAK	
7.	Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex CA 250.	TAK	
8.	Worek odpadowy na ultrafiltrat o pojemności 9 litrów (+/- 1 litr) kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex.	TAK - należy podać pojemność oferowanego worka.	

.....
data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy